

# 专家成员到会签到表

采购单位	宕昌县人民医院		
项目名称	宕昌县人民医院CT球管采购项目		
论 证 到 会 人 员			
姓 名	职 称	工 作 单 位	
任晋喜		影像中心	
[Signature]		影像中心	
刘小燕		院南中心血库	

### 单一来源采购专家论证表

采购单位	宕昌县人民医院			
项目名称	宕昌县人民医院CT球管采购项目			
采购金额	187万元			
专家信息	姓名	刘小燕	性别	女
	工作单位	陇南市中心医院	职称	[REDACTED]
	身份证号码	[REDACTED]	联系方式	[REDACTED]
专家意见:				
<p>因球管出现故障，需要更换球管一套，球管为CT设备的主要的核心备件，为保证购置球管与原有设备匹配，保障设备使用的安全、有效和最佳图像质量，说明原厂球管要能满足上述条件，设备运行稳定，故障率低，售后服务措施完善，建议采购该设备。</p>				

论证专家签名: 刘小燕      2023.08.11

### 单一来源采购专家论证表

采购单位	宕昌县人民医院			
项目名称	宕昌县人民医院CT球管采购项目			
采购金额	187万元			
专家信息	姓名	陈丽英	性别	女
	工作单位	宕昌县中医院	职称	[REDACTED]
	身份证号码	[REDACTED]	联系方式	[REDACTED]
<p>专家意见:</p> <p>陈丽英副主任医师。为了保障宕昌县人民医院CT球管采购工作的顺利进行，经与多家供应商沟通，发现目前市场上CT球管品牌众多，质量参差不齐，且价格差异较大。经综合比较，认为陈丽英副主任医师具有较高的专业水平和丰富的临床经验，能够胜任此次CT球管采购项目的论证工作。建议由陈丽英副主任医师负责此次CT球管采购工作。</p>				

论证专家签名:

陈丽英

2013.8.11

### 单一来源采购专家论证表

采购单位	宕昌县人民医院			
项目名称	宕昌县人民医院CT球管采购项目			
采购金额	187万元			
专家信息	姓名	任彦章	性别	男
	工作单位	市疾控中心	职称	
	身份证号码		联系方式	
<p>专家意见：</p> <p style="font-size: 1.2em;">CT球管是CT机的重要部件。该球管必须采购原厂生产质量保证的球管才能与机器配套正常使用；同时为了保证设备的稳定性和安全性，故采用单一来源采购方式。</p>				

论证专家签名：

任彦章

2023年8月11日