

# 礼县卫生健康局文件



礼卫健发〔2022〕214号




## 礼县卫生健康局 关于申请紧急采购 120 急救车的报告

县财政局：

为了更好地应对我县突发性公共卫生事件，确保医疗卫生急救体系的正常运转，进一步提高部分医疗卫生机构院前急救的快速反应能力和转诊能力，保障广大群众的生命安全，坚决打好打赢疫情防控攻坚战。根据当前实际需求和陇南市财政局转发《甘肃省财政厅关于转发〈财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知〉的通知》的通知（陇财采〔2020〕2号）及《甘肃省应急项目政府采购管理暂行办法》等相关精神，现申请紧急采购转运型 120 急救车 5 辆，预算资金 100 万元，资金来源为县级财政资金，采购方式按照疫情防控急需紧缺物资采购要求和程序办理。

特此报告

附件：礼县 120 急救车采购计划表



礼县卫生健康局

2022年12月2日

# 礼县 120 急救车采购计划表

单位：礼县卫生健康局

价格：万元

序号	设备名称	产品参数	单位	数量	单价	合价
1	120 急救车	<p>一、车辆技术参数：总质量(kg)：3510；罐体容积(m3)、外形尺寸(mm) 4900X1972X2440、整备质量(kg) 2220、额定载客(人) 5-7、轴荷(kg) 1570/1940, 底盘技术参数：底盘型号：JX6490T-L6，轴数 2 轮胎数 4, 轴距(mm) 2835, 轮胎规格 215/65 R16C, 钢板弹簧片数 -/3 前轮距(mm) 1692, 燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1700, 排放依据标准 GB17691-2018 国VI,GB3847-2005, 发动机排量 2771； 发动机功率：90kw。</p> <p>二、监护型医疗仓配置：医疗舱大功率空调、医疗舱大功率暖风。</p> <p>三、电路及用电器（警报、警示系统）：长排警灯 1 套、100W 警报器及手持控制、尾部蓝色爆闪 2 个。</p> <p>四、车内电源系统：1000W 正旋波逆变电系统、一体化电路集成控制保护系统、交流电路防护系统、医疗舱集成开关控制面板、国标 220V 电源端口 4 个、国标 12V 电源插口 2 个、顶部 LED 照明灯 4 个、长条消毒灯 1 个、双向换气扇 1 个、前后对讲机 1 个、车内后照灯系统 1 个。</p> <p>五、氧路及氧气（供氧系统）：10 升医用氧气瓶 2 个及专用减震卡箍、隐藏式氧气管路系统、医疗舱立柱安装氧气端口 2 个、车载氧气插口（可供呼吸机和湿化器使用）、湿化瓶 1 个。</p> <p>六、医疗舱制作：高分子硬顶内饰方便清洗消毒、高分子材料异型中隔断墙、中隔墙透明推拉观察窗、左侧上部沃克板材医疗长吊柜、左侧中部沃克板材医疗器械及储物柜、左侧后部沃克板材立式氧气柜、全车安装隐藏式安全预埋件、环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层。</p> <p>七、座椅系统：右侧正向安装独立靠背座椅 1 个，右侧 2 人长条横向软包座椅及安全带。</p> <p>八、医疗系统急救辅助：自动上车担架、担架导板及垫板、可滑动输液架 1 个、灭火器。</p> <p>九、车辆外观：医疗舱左侧黑色太阳膜、右、后侧半透明磨砂膜、标准医用外观定制、置物垃圾桶 1 个。</p>	台	5	20	100