

甘肃省武威肿瘤医院 CT 球管采购项目

专家论证名单

姓名	工作单位	职称	签字
于永良	武威市医院	高工	于永良
杨永亮	凉州医院	高工	杨永亮
俞文彬	甘肃致和律师事务所	四级律师	俞文彬
赵文彬	市二院	副高	赵文彬
刘红田	武威市人民医院	副主任医师	刘红田

单一来源采购方式专业人员论证意见表


专业人员信息	姓名:	于永发
	职称:	高职称
	工作单位:	武威市医院
项目信息	项目名称:	甘肃省武威肿瘤医院 CT 球管采购项目
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	本项目采购的球管属于高精医疗设备,要求为西门子,要求使用原厂零配件,原生产厂家的,目前只有西门子医疗系统有限公司提供此服务故建议单一来源采购。	
专业人员签字	于永发	日期: 2025 年 6 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。

本证书由甘肃省人力资源和社会保障厅批准和颁发，它表明持证人通过相应专业技术职务任职资格评审委员会评审



编号甘职高资字：N° 6278450 号



持证人签名：_____

姓 名 于天良

性 别 男

出生年月 1975年10月

出生地点 _____

资格名称 副高级职称

资格级别 副高

评审时间 2015年11月26日

评委会名称 甘肃省职称改革委员会



单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 庞永亮	
	职称: 高级技师	
	工作单位: 武威市凉州医院	
项目信息	项目名称: 甘肃省武威肿瘤医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	西门子双源CT为德国西门子子公司生产的高端CT, 具有扫描速度快, 图像分辨率高等特点。而球管为其重要配件, 球管的设计、制造及软件算法均为西门子子公司独有, 其它厂商无法仿制或替代。故建议从原厂单一来源购买其球管。	
专业人员签字	庞永亮	日期: 2025 年 6 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。



持证人签名: 张永康

姓 名 张永康

资格名称 农村基层干部

性 别 男

资格级别 副高

评审时间 2017.12

出生年月 1982.07

评委会名称 甘肃省农村基层干部高评会

出生地点 _____



单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 樊文彬	
	职称: 副高	
	工作单位: 武威市二院	
项目信息	项目名称: 甘肃省武威肿瘤医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	本采购项目属于大型、高精度医疗设备。此设备的维修保养要求很高，需使用专业的工具和仪器才能对本设备进行维修保养，只有生产厂商能提供可靠的原装的零配件，才能保证高质量的临床诊断图像。故只能采用本厂家的维修，才能保证设备正常运行。按单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	樊文彬	日期: 2025 年 6 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓 名：楚文彬

性 别：男

出生日期：1972年03月03日

身份证号：622301197203032654

工作单位：武威市第二人民医院



资格名称：副主任医师

职称层级：副高级

专 业：放射医学

评委会名称：武威市卫生系列高级职务任职资格评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2020年12月16日

资格文号：武人社发〔2020〕406号

管 理 号：62202012038359



唯一在线验证网址：

<http://www.gszcxt.cn/zcxt>

打印时间：2021年01月09日



单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 冯刚	
	职称: 副高	
	工作单位: 武威市人民医院	
项目信息	项目名称: 甘肃省武威肿瘤医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	此设备使用专业性很强的高新技术, 所以此设备对维修保养要求很高, 需要经过生产厂家培训的专一工程师, 并使用专业的工具和仪器才能对设备进行维修保养, 其设备使用的零件具有唯一性, 只有生产厂家才能提供可靠原装的配件。故建议按单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	冯刚	日期: 2025 年 6 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓名：冯偶

性别：男

出生日期：1971年12月14日

身份证号：622301197112140078

工作单位：武威市人民医院



资格名称：副主任医师

职称层级：副高级

专业：介入治疗

评委会名称：武威市卫生系列高级职称评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2022年12月28日

资格文号：武人社发〔2023〕3号

管理号：62202212689152



唯一在线验证网址：

<http://www.gsxcxt.cn//zcxt>

打印时间：2023年01月06日



单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 俞文婷	
	职称: 四级律师	
	工作单位: 甘肃致为律师事务所	
项目信息	项目名称: 甘肃省武威肿瘤医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	甘肃省武威肿瘤医院使用 STRATON MX Sigma 球管的维修保养要求很高,需使用专业的工具和仪器才能对本设备进行维修保养,只有生产厂家才能提供可靠、原装的零配件,球管属于核心部件,无法维修且无其他厂家替代,只有原厂生产的球管配件及原厂专业售后服务才能保证设备整体技术指标的完整性、稳定性、安全性。原厂配件接收维修服务供应商为西门子医疗系统有限公司,符合只能从唯一原厂授权供应商处获取的条件,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十条规定,采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	俞文婷	日期: 2025 年 6 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。

执业机构 甘肃致为律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 16206201711838780

法律职业资格 A20166206020372
或律师资格证号

发证机关 甘肃省司法厅

发证日期 2025 年 04 月 17 日



持证人 俞文婷

性别 女

身份证号 65312219940819002X

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	