

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘小燕	
	职称: 高级	
	工作单位: 陇南平东医院	
项目信息	项目名称: 康县第一人民医院 CT 维修更换原厂进口配件 X 射线管项目	
	供应商名称: 陕西嘉天医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>飞利浦的64排CT是大型诊断影响设备,球管是CT的核心部件,也是耗材件,在集用过程中球管的管壳,与扫描图像质量,辐射安全息息相关,息息相关,为保障病人安全,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	刘小燕	日期 2024年10月08日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高伟
	职称: 副高
	工作单位: 市疾控中心
项目信息	项目名称: 康县第一人民医院 CT 维修更换原厂进口配件 X 射线管项目
	供应商名称: 陕西嘉天医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>CT 球管属于消耗件, 为保证设备正常使用, 建议采购正在使用 CT 设备原厂配件, 经原厂授权一级总代理处采购, 建议采用单一来源方式。</p>
专业人员签字	<p>高伟</p> <p>日期: 2024年10月8日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王亚军
	职称: 主任
	工作单位: 影像中心
项目信息	项目名称: 康县第一人民医院 CT 维修更换原厂进口配件 X 射线管项目
	供应商名称: 陕西嘉天医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>采购设备为进口设备飞利浦 CT 的球管, 属损耗件, 使用要求如原厂设备正常使用, 须从原厂授权的供应商处购买球管, 如原厂设备损坏严重, 导致无法使用, 建议采购原厂球管。</p>
专业人员签字	<p>王亚军 日期 2024 年 10 月 8 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。