

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 王建军	
	职称: 工程师	
	工作单位: 甘肃立信电梯公司	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>庄浪县人民医院 16 排 CT 球管属于精密设备, 专业性很强, 设备兼容性服务配套性要求很高, CT 机球管等设备配件更换、维修及后续服务只能由该唯一代理西安宏光医疗公司解决, 原厂全新配件供应, 能够保证原材料, 具有唯一性, 建议使用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王建军	日期 2022 年 8 月 21 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 田宝凝	
	职称: 中级	
	工作单位: 庄浪县人民医院	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>1. 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管属于精密设备, 专业性很强, 设备兼容性和服务配套性要求很高. CT 机球管等设备配件的更换维修以及后续的服务只能由厂家的唯一代理商西安宏光医疗科技有限公司提供, 能保证原厂全新配件的及时供应, 能按照最新发布的软件升级包为设备进行软件升级, 具有唯一性.</p>	
专业人员签字	田宝凝	日期 2017年6月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名： 牛乙	
	职称： 中级统计师	
	工作单位： 庄浪县统计局	
项目信息	项目名称： 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称： 西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>本次采购的 16 排 CT 球管为庄浪县人民医院 CT 设备的核心部件，CT 属于大型精密医疗设备，具有放射源的危害，为保证图像质量及球管与整机的匹配使用安全，采购的 16 排 CT 更换球管需与原机型匹配，球管产品匹配具有唯一性，需从 GE 医疗公司的唯一代理商西安宏光医疗科技有限公司采购。建议采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	牛乙	日期 2022 年 6 月 25 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。