


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张志平
	职称: 主治医师
	工作单位: 陇南市妇幼保健院
项目信息	项目名称: 文县第二人民医院 CT 球管更换
	供应商名称: 成都巨维业科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院现有一台16排螺旋CT机,由成都巨维业科技有限公司代理经营业务,其服务质量较好,技术过硬,能够提供较好的售后服务和技术支持,该设备运行时间长,负荷相对较大,设备故障率逐渐增多,故建议重新维保服务,能保证设备正常运行,减少单次购买维保费用较大问题。</p>
专业人员签字	
	日期: 2022年10月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨俊辉	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 陇南市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 文县第二人民医院 CT 球管更换	
	供应商名称: 成都巨维业科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院西门口子16排彩超CT机一直由该成都巨维业科技有限公司承担维修业务,其服务质量较好,技术能力强,能够对服务质量做担保,该设备运行时间较长,使用率高,负荷相对较大,设备故障率逐渐增多,故建议签订维保服务,能保证设备正常运行且减少单次购买保修费用较大问题。</p>	
	专业人员签字	杨俊辉 日期 2024年10月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭小华	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 陇南市第一人民医院医学影像科	
项目信息	项目名称: 文县第二人民医院 CT 球管更换	
	供应商名称: 成都巨维业科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该机器(16排CT)原由成都巨维业科技有限公司提供维护保养,该机器使用年限较长,自身表退程故障越来越严重,各部件受损程度日益增加,临时购置零部件一旦损坏则停产,其次价格较贵,费用整体加大,故建议由原公司继续维护保养。</p>	
专业人员签字	谭小华	日期 2022年10月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。