

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 闫沁露	
	职称: 工程师	
	工作单位: 镇原县人民医院	
项目信息	项目名称: 镇原县中医医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西恒恩慧康实业有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">球管是 CT 机的核心部件, 又是消耗性配件, 其质量直接影响其他重要部件像比较器、探测器等, 其质量与整机的可靠性非常重要, 为保证 CT 机的运行和图像质量, 延长机器使用寿命, 本次自行采购的球管符合第三十一条“采购人唯一供应商外采购”规定, 建议本次采购采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	闫沁露	日期: 2024年10月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



# 单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：镇原县中医医院

编号：

一、基本情况			
联系人	兰雅萍	联系电话	19996279797
项目名称	镇原县中医医院 CT 球管采购项目		
采购内容	CT 球管		
预算金额	75.00 万元		
供应商	陕西恒恩慧康实业有限公司 陕西省西安市高新区丈八五路 41 号高科尚都摩卡 1 幢 10405 室		
二、申请理由			
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的；			
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；			
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的；			
<input type="checkbox"/> 4. 因专利、专有技术等原因具有唯一性；			
<input type="checkbox"/> 5. 其他。			
原因阐述：我院影像科 CT 球管曝光次数已经超出质量控制要求，有随时报废停机风险，为保障 CT 检查工作正常开展，有效对应停机风险，能够给患者提供更好的检查诊断服务，给临床提供高质量的诊断依据，满足病人的诊断需求，根据我院业务实际需求，所需设备经调研、比较，国内同类设备在技术指标上与进口设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距，且进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好，在国内拥有完备的售后服务系统，综合考虑所需设备的参数、性能、价格及售后服务等，国内设备暂无法达到进口设备的性能指标要求，为满足我院临床工作需求，申请购买进口设备。			

2024年 10 月 20 日



扫描全能王 创建

# 单一来源政府采购专家论证意见表


申请单位（盖章）：镇原县中医医院

编号：

一、基本情况			
联系人	兰雅萍	联系电话	19996279797
项目名称	镇原县中医医院 CT 球管采购项目		
采购内容	CT 球管		
预算金额	75.00 万元		
供应商	陕西恒恩慧康实业有限公司 陕西省西安市高新区丈八五路 41 号高科尚都摩卡 1 幢 10405 室		
二、申请理由			
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的；			
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；			
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的；			
<input type="checkbox"/> 4. 因专利、专有技术等原因具有唯一性；			
<input type="checkbox"/> 5. 其他。			
<p>原因阐述：我院影像科 CT 球管曝光次数已经超出质量控制要求，有随时报废停机风险，为保障 CT 检查工作正常开展，有效对应停机风险，能够给患者提供更好的检查诊断服务，给临床提供高质量的诊断依据，满足病人的诊断需求，根据我院业务实际需求，所需设备经调研、比较，国内同类设备在技术指标上与进口设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距，且进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好，在国内拥有完备的售后服务系统，综合考虑所需设备的参数、性能、价格及售后服务等，国内设备暂无法达到进口设备的性能指标要求，为满足我院临床工作需要，申请购买进口设备。</p>			
2024 年 10 月 20 日			



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	
	职称:	
	工作单位:	
项目信息	项目名称: 镇原县中医医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西恒恩慧康实业有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">CT球管为CT设备的核心部件, 其技术参数应与主机相匹配, 才能保证一致性及兼容性且该部件只有原厂产品能与主机无缝衔接, 保证图像质量, 建议采取单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2024年10月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 崔叔	
	职称： 工程师	
	工作单位： 庆阳市人民医院	
项目信息	项目名称： 镇原县中医医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称： 陕西恒恩慧康实业有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">计算机断层扫描装置CT机的主要部件球管是高值消耗品，与使用机型配套使用无法替代。为使原机型运行正常，建议采用单一来源方式采购与机型品牌一致的原装球管，发挥原有设备的正常功能与完整性。</p>	
专业人员签字	崔叔	日期： 2024年10月20日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



# 单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：镇原县中医医院

编号：

一、基本情况			
联系人	兰雅萍	联系电话	19996279797
项目名称	镇原县中医医院 CT 球管采购项目		
采购内容	CT 球管		
预算金额	75.00 万元		
供应商	陕西恒恩慧康实业有限公司 陕西省西安市高新区丈八五路 41 号高科尚都摩卡 1 幢 10405 室		
二、申请理由			
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的；			
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；			
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的；			
<input type="checkbox"/> 4. 因专利、专有技术等原因具有唯一性；			
<input type="checkbox"/> 5. 其他。			
原因阐述：我院影像科 CT 球管曝光次数已经超出质量控制要求，有随时报废停机风险，为保障 CT 检查工作正常开展，有效对应停机风险，能够给患者提供更好的检查诊断服务，给临床提供高质量的诊断依据，满足病人的诊断需求，根据我院业务实际需求，所需设备经调研、比较，国内同类设备在技术指标上与进口设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距，且进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好，在国内拥有完备的售后服务系统，综合考虑所需设备的参数、性能、价格及售后服务等，国内设备暂无法达到进口设备的性能指标要求，为满足我院临床工作需要，申请购买进口设备。			
2024 年 10 月 20 日			

