

九、报价明细表

项目名称：宕昌县妇幼保健院医疗服务与保障能力提升项目 招标编号：GSGXZC-2024-09 金额单位：元

序号	服务名称	品牌	规格型号	单价	数量	合计	备注
1	4K 宫腹腔镜摄像系统	华诺康	1. 1. 4K 内窥镜摄像系统主机，具有 3840*2160 逐行扫描内窥镜成像性能。图像输出分辨率包括：3840*2160 和 1920*1080 两种。 1. 2. ★能够同时支持 6 路全画面视频输出，至少包括 5 路 1080P 和 1 路 4K 视频输出。（提供省级以上医疗器械检测机构出具的检测报告） 1. 3. 图像的水平分辨能力 2000LW/PH。（提供省级以上医疗器械检测机构出具的检测报告） 1. 4. 图像的垂直分辨能力 2000LW/PH。（提供省级以上医疗器械检测机构出具的检测报告） 1. 5. ★摄像系统静态图像宽容度 578。（提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告） 1. 6. 摄像系统信噪比 68dB。（提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告） 1. 7. 主机图像显示界面 3 种菜单调用或系统控制方式，至	920000	1 项	920000	/

		<p>少包含：键盘、摄像头按键、主机面板。</p> <p>1.8. 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放（2倍数字变焦），图像翻转等菜单控制功能。</p> <p>1.9. 具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，锐度调节等图像调节功能。</p> <p>1.10. 主机支持2种曝光模式，至少包含：自动曝光和手动曝光。手动曝光模式下2种调节设置，其中快门设置7档可调、增益设置11档可调。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）</p> <p>1.11. 场景模式8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。</p> <p>1.12. 主机内置刻录功能，原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）视频录制，支持H.265编码，支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、可变码率可配。</p> <p>1.13. 具备血管增强功能，提高对血管的辨识度。</p> <p>1.14. 具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>调节光源亮度，使手术更加高效便捷。</p> <p>1. 15. 支持多种输出端口：HDMI2.0*1，DVI-D*2、HD-SDI*2、HDMI1.4*1。</p>				
2	乳腺旋切活检系统	修能	<p>★1. 设备可兼容封闭式取样 / 开放式取样，满足不同医生取样需求</p> <p>2. 触摸式液晶屏：15 英寸屏幕实时显示刀槽状态、累计取样次数及活检针规格，便于精准把控</p> <p>3. 智能操作界面中文显示，便于操作，更加人性化</p> <p>4. 故障排除功能：中文提示故障信息，便于快速解决术中问题</p> <p>5. 真空负压：</p> <p>5.1 真空负压范围：-70kpa+10kPa-90kPa±10kPa，提供更大的负压和气流量</p> <p>★5.2 负压可调：三档负压可调，低档：-70Kpa±10kPa，中档：-80Kpa±10kPa，高档：-90Kpa±10kPa，，更利于浅表病灶的切除</p> <p>★5.3 负压显示：操作界面显示负压值，便于实时监测</p> <p>5.4 真空泵流速：大于 20L/min</p>	208000	1 项	208000	/

		<p>5.5 真空泵工作噪音小于 70dB( A 计权)</p> <p>★6. 真空回路：一次性使用真空管路设计，降低感控风险</p> <p>★7. 废液管理：界面实时显示废液容量（大于 800ml）并有预警音提示，避免设备污染及损坏</p> <p>8. 取样功能</p> <p>8.1 支持一键连续取样与手动取样并存，满足临床不同需求</p> <p>8.2 支持预设角度自动旋转取样，更方便省力</p> <p>8.3 支持手柄按键急停功能，降低手术风险</p> <p>★8.4 根据病灶尺寸精准调节刀槽长度，调节范围：1mm-30mm，内部创伤更小</p> <p>★8.5 操作界面提供三种切割模式，满足不同种类病的切除</p> <p>普通：适合常规病灶</p> <p>致密：适合较硬病灶</p> <p>增强：提升电机扭矩，适合更硬病灶</p> <p>9. 系统功能</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>9.1 支持手柄和脚踏两种控制方法</p> <p>9.2 支持系统更新升级</p> <p>10. 活检针要求</p> <p>10.1 活检针管径规格多选，覆盖 7G/8G/10G</p> <p>★10.2 活检针金属管有效长度多选，覆盖 90mm/100mm/115mm/125mm，满足不同部位病灶需求</p> <p>★10.3 活检针刀槽规格多选，覆盖 19mm/23mm/30mm，满足不同大小病灶需求</p> <p>10.4 活检针刀尖规格多选，覆盖 45。一体化平刀尖 / 一体化三棱面刀尖，穿刺更锋利</p> <p>10.5 活检针切割及气路方式多选，覆盖 360° 旋转切割，双套管上下气路 / 摆动式切割，一体化封闭式气路，满足临床不同使用需求</p> <p>11. 临床适用范围：适用于在超声设备引导下异常乳腺组织进行乳腺微创活检取样。</p>				
3	低温等离子灭菌器	三强	<p>1. 容积：100L</p> <p>2. 适用范围：产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭</p>	161000	1 项	161000	/

		<p>菌。</p> <p>3. 移动门结构：采用顶杆驱动式电动升降门，均匀的移动速度加大了操作的安全性。</p> <p>4. 操作界面：采用高精度工业触摸屏，全新外观设计，262K 色，画质更细腻并针对性的设计专有交互界面，新的显示方式不仅带来了更低的能耗，也创造了跟家人人性化的交互行为，优化用户体验。</p> <p>5. 过氧化氢加注方式：药剂定量加注，注液更精准更安全且操作更方便。</p> <p>6. 控制系统：采用 PLC 控制系统和友好的人机交互界面，安全可靠；一键式启动至结束，全过程自动完成，显示温度、压力、灭菌时间等信息，系统可以维护升级。</p> <p>7. 显示功能：可显示温度、压力、时间、运行模式、过程阶段和报警信息等。</p> <p>8. 打印功能：能够打印程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，打印记录保存 5 年以上，以便于医院的追溯。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>9. 存储功能：不小于 6000 锅次灭菌数据无限循环储存，存储信息包括程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息。</p> <p>10. 运行模式：依据相关国家标准和物品灭菌特点，设置 3 个灭菌模式，在快速和加强两个模式基础上增设了管腔灭菌模式。</p> <p>11. 多种防护功能：设有过压、欠压、超温、门故障等多重保护功能，确保使用安全。</p> <p>12. 真空泵：采用真空度极高且耐 H2O2 腐蚀的旋片式真空泵，极限真空可达 0.04Pa。</p> <p>13. 空气过滤器：过滤精度 0.22 μm；</p> <p>14. 油雾过滤器：产品具有油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流至泵内重复使用减少油耗；</p> <p>★ 15. 灭菌效果：按照 GB27955-2020 附录 B 的方法，半周期循环验证，无细菌生长，达到灭菌要求。</p> <p>可提供灭菌效果检测报告。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>★16. 残留控制： 产品具有过氧化氢气体过滤系统，周围空气中 8h 加权过氧化氢浓度 0.3mg/m<sup>3</sup>, 提供检测报告。</p> <p>灭菌后灭菌负载 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 残留量 4mg/KgH<sub>2</sub>O, 提供检测报告；</p> <p>17. 电磁兼容性： 可提供省级或省级以上检测机构电磁兼容检测报告。</p>				
<p>报价金额合计：小写： <u>1289000.00</u>（元）</p> <p>大写： <u>壹佰贰拾捌万玖仟元整</u></p>						

供应商名称(盖公章)：甘肃煜为峰医疗器械有限责任公司

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：杨霞

日期：2024 年 06 月 11 日

说明：

1. 供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2. “报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。