

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	通渭县人民医院		
项目名称	通渭县人民医院 16 排 CT 球管采购		
采购内容	CT 球管		
预算金额	38 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	马 青 生	副 高	兰州市第一中心医院
专家论证意见	申请购置的球管参数必须兼容原主机工作,为了保证曝光效率和主机使用寿命,只能采用原厂生产厂家的球管。西安麦博医疗设备有限公司为厂家的代理商提供此产品。符合政府采购法规规定,必须采用单一来源方式采购。 专家签字: 马青生 日 期: 2023.6.8		

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	通渭县人民医院		
项目名称	通渭县人民医院 16 排 CT 球管采购		
采购内容	CT 球管		
预算金额	38 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	谢圣中	工程师	兰州大学第二医院
专家论证意见	申请采购的CT球管，是专为TCT配套的球管，如达到技术参数一致的要求，必须采购GE公司生产的原装球管，符合单一采购来源方式采购。西安麦博医疗设备有限公司，作为GE公司产品唯一代理商，可作为唯一供应商，符合政府采购法，所以必须采用单一来源采购 专家签字：谢圣中 日 期：2023.6.8		

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	通渭县人民医院		
项目名称	通渭县人民医院 16 排 CT 球管采购		
采购内容	CT 球管		
预算金额	38 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王 可	高工	省紧急医疗救援中心
专家论证意见	申请采购的产品是GE公司生产的球管。由于球管参数的不兼容性，为保证主机使用寿命，只能采用GE公司的产品。GE公司在国内代理商为西安麦博医疗设备有限公司。采用单一来源方式采购符合相关规定，所以必须采用单一来源方式采购。 专家签字：  日 期： 2023.6.8		