

表 1 单一来源采购产品申请表

申请单位	甘谷县人民医院
申请文件名称	
申请文号	
采购项目名称	甘谷县人民医院西门子 6 排 CT 机球管更换项目
采购项目金额	60 万元
项目使用单位	甘谷县人民医院
项目组织单位	甘谷县人民医院
申 请 理 由	我 院 购 置 的 西 门 子 SOMATOM Emotion6(2007)型CT是由德国西门子股份公司所生产的，属于大型高精密医疗设备，此设备使用了专业性很强的高新技术，所以此设备对维修保养要求很高，需要经过生产厂家培训的专一工程师，并使用专业的工具和仪器才能对设备进行维修保养，其设备使用的零配件具有唯一性，只有生产厂家才能提供可靠、原装的零配件，才能够保证设备的正常运行，同时也才能获得高质量的临床诊断图像，由于德国西门子股份公司独有的核心专利技术运用在此设备上，第三方人员无论从工具、零配件和技术上都不可能实施维修，鉴于上述原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，申请按单一来源方式进行采购。 盖 章 2022年10月13日

表2 政府采购单一来源产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	甘谷县人民医院
拟采购产品名称	6排 CT 机球管
拟采购产品金额	60 万元
采购项目所属项目名称	甘谷县人民医院西门子 6 排 CT 机球管更换项目
采购项目所属项目金额	60 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：我院购置的西门子SOMATOM Emotion6(2007)型CT是由德国西门子股份公司所生产的，属于大型高精密医疗设备，此设备使用了专业性很强的高新技术，所以此设备对维修保养要求很高，需要经过生产厂家培训的专一工程师，并使用专业的工具和仪器才能对设备进行维修保养，其设备使用的零配件具有唯一性，只有生产厂家才能提供可靠、原装的零配件，才能够保证设备的正常运行，同时也才能获得高质量的临床诊断图像，由于德国西门子股份公司独有的核心专利技术运用在此设备上，第三方人员无论从工具、零配件和技术上都不可能实施维修，鉴于上述原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，申请按单一来源方式进行采购。	
三、所属行业主管部门意见	
 2022年 10月 13日 23002189	

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王世禄	
	职称：副主任技师	
	工作单位：天水市第一人民医院	
项目信息	项目名称：甘谷县人民医院西门子6排CT机球管更换采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	采购单位采购的该型号球管，是唯一-CTDI 该球管期内的球管。改用原厂球管，技术可靠 性更高，不存在因技术壁垒而产生图像质量差异 等。为了保证与原有设备的一致性和配套 服务，建议采用单一来源方式采购	
专业人员签字		日期2022年10月10日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李祥文	
	职称: 工程师	
	工作单位: 天水市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 甘谷县人民医院西门子6排CT机球管更换采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	因球管为CT核心部件,必须要通过国家食品药品监督管理局CFDA球管与CT整机的匹配性测试检验,才能保障安全、高效和最佳的图像质量。原采购设备是西门子球管,属不可替代的专利和专有技术,球管参数与系统要求应匹配,才能保证CT图像质量,其他供应商球管参数无法满足要求。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《采购法实施条例》第二十七条的规定,应采取单一来源方式从西门子医疗系统有限公司采购该配件,以确保设备参数与原机相匹配。	
专业人员签字	李祥文	日期 2022年10月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏丽君	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 天水四一六医院	
项目信息	项目名称: 甘谷县人民医院西门子6排CT机球管更换采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	西门子CT机只能使用 西门子原厂生产的球管,目 前市场上没有能替代使用 的其他球管,更换也有统 一规格的需要,且球管是 进口产品. 建议采购原厂 配件...	
专业人员签字	苏丽君	日期: 2022年10月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

