

单县来源采购审核意见表

采购单位 (盖章)	灵台县人民医院
采购项目名称	灵台县人民医院 16 排螺旋 CT 球管采购项目
采购项目金额	小写: <u>380000.00</u> 元 大写: <u>叁拾捌万元整</u>
采购项目主要内容	计划采购 1 台 16 排螺旋 CT 球管
单一来源采购依据	我院目前配置的美国 GE16 排 X 射线计算机摄像设备 (CT) 于 2019 年启用, 至今已有三年多时间, 其主要配件球管属于易损配件, 有使用寿命。设备自投入使用以来诊疗病人多, 工作量大, 近日球管因超过使用寿命而损坏, 机器无法进行正常运行, 为方便患者检查, 现急需购置球管。由于 CT 机是影像高端设备, 球管是设备的核心部件, CT 机器对球管有严格的精准性和匹配性要求, 因上海苔挚医疗器械有限公司为 GE 公司在本地区唯一授权代理商, 根据政府采购法第三十一条规定, 拟采用单一来源方式采购。
专家论证意见	论证通过 ☒ 论证未通过 ☐

政府 采购 监管 机构 意见	财政资金管理股室审查意见： 签字：  2022年8月24日 
	政府采购服务中心审查意见： 签字：  2022年8月24日 
	财政局分管领导意见： 签字：  2022年8月24日

附件：1.单一来源采购申请表；2.单一来源采购专家论证意见表

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王雯雯	
	职称: 副高	
	工作单位: 甘肃省建筑职工医院	
项目信息	项目名称: 灵台县人民医院非螺旋CT球管采购项目	
	供应商名称: 上海普华医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	采购内容是主机配套使用的球管, 主机与之配套的球管是有是否兼容的特点, 如果兼容则能与主机正常使用, 否则主机不能正常使用, 因此该项目采取单一来源方式采购。	
专业人员签字	王雯雯	日期: 2022年8月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王可馨	
	职称: 高工	
	工作单位: 荆门市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 荆门市第一人民医院16排螺旋CT球管采购项目	
	供应商名称: 上海慈惠医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	16排螺旋CT球管是GE厂家原装生产, 目前市场尚无代用球管, 需采购GE原厂球管才能保证和整机的匹配性, 达到安全、高效和最佳的图像质量, 保证设备的稳定运行。具有唯一性, 建议使用单一来源采购。	
专业人员签字	王可馨	日期 2022年 8月 22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 甘根科	
	职称: 副高	
	工作单位: 甘肅医学院附属医院	
项目信息	项目名称: 灵台县人民医院16排螺旋CT球管采购项目.	
	供应商名称: 上海壹尊医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	由于CT机是影像科高端设备,球管是设备的核心部件,CT机器对球管有严格的精确性和匹配性要求,加之,本次采购时间紧,任务急,建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	甘根科	日期 2022年8月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。