

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	张掖市中医医院
拟实施项目名称	张掖市中医医院 GE64 排 CT、DR 拍片机维保项目
拟采购金额	426 万元
二、申请理由	
<p>张掖市中医医院美国 GE 数字化医用 X 线摄影系统 (DR) 购置于 2015 年 6 月、美国 GE64 排 128 层螺旋 CT 购置于 2016 年 8 月，该机具有先进的性能，优良的设备硬件，完善的临床应用软件，扫描速度快，射线剂量低，图象质量优异，并且其价格也非常昂贵，以上两台设备目前均已超过质保期限，一旦出现故障就会严重影响临床诊疗工作的正常开展，必须时刻保持正常运转，并保证在出现故障时第一时间得到解决。该设备所需的主要配件均为原厂生产，才能保证图像质量，保证设备更好运行，设备在软硬件升级、安全检查，更换所需配件等方面，国产配件无法提供支持。为使该设备安全运行，就必须严格的好设备的日常维修和保养，由于 GE64 排 CT 和 DR 属于美国 GE 公司原装进口的精密仪器，对其维修与保养有着极高要求，需要专业维保公司进行维修和保养，部分核心部件属厂家专利技术，其他厂家产品无法替代，且 GE64 排 CT 球管唯有 GE 原厂能够提供。GE 原厂维保的优点是有强大的远程诊断功能与能力，通过远程诊断可发现故障隐患，预先处理，实现预防性维修，保证机器的稳定及完整。是第三方维保做不到的，并且一部分系统测试功能需要原厂工程师的密码支持才能做到。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故采取单一来源方式进行采购方式购置 CT、DR 维保项目。</p>	
<p>拟定的唯一供应商：甘肃西金电子科技有限公司</p> <p>申请单位(盖章)</p> <p>2024年10月28日</p>	
三、专家论证意见	
<p>张掖市中医医院拟保设备均为 GE 公司产品，其维保必须是原厂品牌，才能保障设备性能和稳定性。建议原厂维保。</p>	
<p>专家信息</p> <p>姓名： 李文海 工作单位： 浙江省立同德医院 职称： 主任医师</p> <p>身份证号： 330102197001011234 联系方式： 13801000000</p> <p>专家签字： 李文海</p> <p>2024年10月28日</p>	

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况

申请单位	张掖市中医医院
拟实施项目名称	张掖市中医医院 GE64 排 CT、DR 拍片机维保项目
拟采购金额	426 万元

二、申请理由

张掖市中医医院美国 GE 数字化医用 X 线摄影系统 (DR) 购置于 2015 年 6 月、美国 GE64 排 128 层螺旋 CT 购置于 2016 年 8 月，该机具有先进的性能，优良的设备硬件，完善的临床应用软件，扫描速度快，射线剂量低，图象质量优异，并且其价格也非常昂贵，以上两台设备目前均已超过质保期限，一旦出现故障就会严重影响临床诊疗工作的正常开展，必须时刻保持正常运转，并保证在出现故障时第一时间得到解决。该设备所需的主要配件均为原厂生产，才能保证图像质量，保证设备更好运行，设备在软硬件升级、安全检查，更换所需配件等方面，国产配件无法提供支持。为使该设备安全运行，就必须严格的好设备的日常维修和保养，由于 GE64 排 CT 和 DR 属于美国 GE 公司原装进口的精密仪器，对其维修与保养有着极高要求，需要专业维保公司进行维修和保养，部分核心部件属厂家专利技术，其他厂家产品无法替代，且 GE64 排 CT 球管唯有 GE 原厂能够提供。GE 原厂维保的优点是有强大的远程诊断功能与能力，通过远程诊断可发现故障隐患，预先处理，实现预防性维修，保证机器的稳定及完整。是第三方维保做不到的，并且一部分系统测试功能需要原厂工程师的密码支持才能做到。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故采取单一来源方式进行采购方式购置 CT、DR 维保项目。

拟定的唯一供应商：甘肃西金电子科技有限公司

申请单位(盖章)

2024年10月28日

三、专家论证意见

美国 GE 公司的数字化拍片 (DR) 和 64 排螺旋 CT 其软硬件均由其授权的专业维护公司维修和保养。原厂的配件及应用软件国内无其他供应商，建议采用单一来源采购此项目。

专家信息

姓名：俞平

工作单位：

河西学院附属

张掖人民医院

职称：

副主任药师

身份证号：

联系方式：

专家签字：

2024年10月28日

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	张掖市中医医院
拟实施项目名称	张掖市中医医院 GE64 排 CT、DR 拍片机维保项目
拟采购金额	426 万元
二、申请理由	
<p>张掖市中医医院美国 GE 数字化医用 X 线摄影系统 (DR) 购置于 2015 年 6 月、美国 GE64 排 128 层螺旋 CT 购置于 2016 年 8 月，该机具有先进的性能，优良的设备硬件，完善的临床应用软件，扫描速度快，射线剂量低，图象质量优异，并且其价格也非常昂贵，以上两台设备目前均已超过质保期限，一旦出现故障就会严重影响临床诊疗工作的正常开展，必须时刻保持正常运转，并保证在出现故障时第一时间得到解决。该设备所需的主要配件均为原厂生产，才能保证图像质量，保证设备更好运行，设备在软硬件升级、安全检查，更换所需配件等方面，国产配件无法提供支持。为使该设备安全运行，就必须严格地做好设备的日常维修和保养，由于 GE64 排 CT 和 DR 属于美国 GE 公司原装进口的精密仪器，对其维修与保养有着极高要求，需要专业维保公司进行维修和保养，部分核心部件属厂家专利技术，其他厂家产品无法替代，且 GE64 排 CT 球管唯有 GE 原厂能够提供。GE 原厂维保的优点是有强大的远程诊断功能与能力，通过远程诊断可发现故障隐患，预先处理，实现预防性维修，保证机器的稳定及完整。是第三方维保做不到的，并且一部分系统测试功能需要原厂工程师的密码支持才能做到。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故采取单一来源方式进行采购方式购置 CT、DR 维保项目。</p>	
<p>拟定的唯一供应商：甘肃西金电子科技有限公司</p> <p style="text-align: center;">申请单位（盖章）  2014年10月28日 6207020040100</p>	
三、专家论证意见	
<p>因大型医疗设备结构繁杂，专业性强，加之维修保养所需的配件只能由 GE 厂商提供，为保证医院 GE CT 和 DR 正常、安全、高效地运行，建议医院从 GE 公司或授权的售后服务商处购买单独的维保项目。</p>	
专家信息	
姓名：	向天华
身份证号：	1807021981****0018
工作单位	张掖市中医院
联系方式：	13919360018
专家签字：	向天华
2014 年 10 月 28 日	