

## 政府单一来源采购专家论证意见

一、基本情况		
申请单位	徽县中医医院	
采购项目名称	徽县中医医院 CT 维保及球管采购项目	
采购项目金额	95 万元	
专家姓名: 王小娟	单位: 成县人民医院	职称: 副主任医师
三、专家论证意见		
<p>球管是CT的核心部件,又是辐射作用的设备,CT机对球管有严格的精度和匹配性的要求,需要采购了质量的球管才能保证球管的匹配性,达到安全,有效和最佳的图像质量。</p> <p>专家签字: 王小娟</p> <p>2021年11月16日</p>		

## 政府单一来源采购专家论证意见

一、基本情况		
申请单位	徽县中医医院	
采购项目名称	徽县中医医院 CT 维保及球管采购项目	
采购项目金额	95 万元	
专家姓名: 张磊	单位: 成县国库支付中心	职称: 会计师
三、专家论证意见		
<p>为了保证设备的稳定运行,与原厂配件配套性,备件供应的及时性,不降低设备使用性能,使设备能达到最佳的国家质量,因此建议本县采购该采购项目单一来源的方式进行采购。</p>		
专家签字: 张磊		
2021 年 4 月 16 日		

## 政府单一来源采购专家论证意见

一、基本情况		
申请单位	徽县中医医院	
采购项目名称	徽县中医医院 CT 维保及球管采购项目	
采购项目金额	95 万元	
专家姓名: 刘鸣	单位: 成县人民医院	职称: 副主任医师
三、专家论证意见		
<p>CT机对球管有严格的技术要求和匹配性的要求,为保证设备的稳定运行和合机的安全与最优的图像质量,降低停机率.因此建议采用单一来源方式进行采购.</p>		
专家签字: 刘鸣		
2021 年 4 月 16 日		