

单一来源产品论证专家信息表

序号	姓 名	工作单位	专业	技术职称	专家签字	联系电话
1	姜文平		设备	高级	姜文平	
2	张树强		设备	高级工程师	张树强	
3	王树		设备	高工	王树	111

单一来源采购专家论证意见表

采购单位			
拟采购项目名称			
拟采购唯一供应商	甘肃中远电子有限公司		
预算资金	万元		
专家姓名	王树军	职称/职务	高工
工作单位		联系方式	
专家意见: 所申报采购的C1球管必须与C1整机匹配,并提供SFDA认证报告,所提供的球管具各型号认证书,所更换备件为原厂设备,且同一生产厂家同一型号规格,且经维修工程师同意并签字,且原厂认证书,并保证能够解决所有需原厂service key才能解决的设备故障;且球管必须具备与整机生产厂家授权书,故该项目只能够采用单一来源方式进行采购。 专家签字: 王树军 日期:			

单一来源采购专家论证意见表

采购单位			
拟采购项目名称			
拟采购唯一供应商	甘肃中远电子有限公司		
预算资金	万元		
专家姓名	秦文平	职称/职务	副主任医师
工作单位		联系方式	
专家意见: 拟采购的设备为计算机的核心配件, 需具备以下特点: ① 提供的配件必须与计算机匹配的 OEM 认证, 报告是整机厂的注册证. ② 提供的配件必须与计算机为同一生产厂家, 同一型号规格的配件. ③ 提供的配件必须是整机原厂全新配件, 需要原厂 service key 进入维修系统解决故障. ④ 提供的配件与整机出厂必须有统一的授权书. 根据以上 4 点, 为使设备正常使用必须采用单一来源方式采购. 专家签字: 秦文平 日期: 2023-5			

单一来源采购专家论证意见表

采购单位			
拟采购项目名称			
拟采购唯一供应商	甘肃中远电子有限公司		
预算资金	万元		
专家姓名	王庆书	职称/职务	副主任医师
工作单位	兰州市第一人民医院	联系方式	13919111111
专家意见： 经了解，贵单位CT球管所更换的备件为原厂备件，且同一型号规格的备件，贵单位能够提供原厂的相关材料，进口产品中贵单位能够提供原厂备件，且备件供货有100%保障，提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告。所提供的球管具备整机的注册证，以维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service-key才能解决的设备故障。球管具备整机生产厂家的授权，故中远单一来源方式采购。			
专家签字：王庆书			
日期：			

CT 球管招标参数

	招标要求
1.	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准
2.	阳极热容量：5MJ
3.	焦点数量：≥三个
4.	小焦点（per IEC 60336/2005） $\leq 1.0\text{mm} \times 0.7\text{mm}$
5.	大焦点（per IEC 60336/2005） $\leq 1.6\text{mm} \times 1.2\text{mm}$
6.	超大焦点 per IEC 60336/2005 $\leq 2.0 \times 1.2$
7.	提供以 DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在 70kv、80kv、100kv、120kv、140kv 五种条件下，可持续 4 秒扫描的大焦点最大 mA 输出单数）
8.	提供以 DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在 70kv、80kv、100kv、120kv、140kv 五种条件下，可持续 4 秒扫描的小焦点最大 mA 输出单数）
9.	提供以 DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在 70kv、80kv、100kv、120kv、140kv 五种条件下，可持续 4 秒扫描的超大焦点最大 mA 输出单数）
10.	投标人在我省有长期稳定的服务机构
11.	省内服务机构需配备有至少两名全职的、CT 厂家认证的工程师，需提供当年更新的资质证明
12.	提供球管与 CT 整机匹配的 SFDA 认证报告，所提供的球管具备整机的注册证。
13.	国内拥有专业的技术支持团队超过 10 年
14.	投标人需提供生产厂家医疗器械维修 ISO9001 及 ISO13485 认证证书

15.	提供 CT 原厂的 InSite™ 数字化远程故障筛排系统, 提前预知 CT 整机及球管的问题, 帮医院提早做计划, 无计划外停机。
16.	提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件, 具备对标的设备的电气环境进行 24 小时实时监测能力
17.	所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的合格零配件, 并提供零配件的相关材料, 包括但不限于: 进口产品须提供报关单 (国外供货)。且备件供应 100%保障。
18.	显示标的设备的 24 小时实时动态的球管异常打火次数, 球管使用量等
19.	维修工程师可显示全套原厂诊断软件, 并保证能够解决所有需要原厂 service key 才能解决的设备故障
20.	提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知 (FMI) 能力的证明, 保修期内免费提供设备 (含独立工作站) 的系统软件升级补丁和技术支持, 保证所有系统软件为最新版本。
21.	球管具备与整机生产厂家的授权书