



永靖县县级结核病定点机构分子生物学耐药检测能力提升项目更正公告

甘肃辉越创新建设有限公司受甘肃省永靖县人民医院的委托,对永靖县县级结核病定点机构分子生物学耐药检测能力提升项目进行公开招标,采购编号为LXZC11920230783,首次公告日期为2023年12月19日,现对招标文件内容做如下更正:

一、原公告及招标文件内容:

投标文件递交的截止时间为:2024年1月9日09时20分(北京时间);

第四章、采购项目需求:4.1设备名称和数量:

序号	名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	全自动医用PCR分析系统	1、样本通量:1~4样本/次 2、液体样本加样体积:1 μ L~2000 μ L 3、移液准确度:≤4% (25 μ L) 4、核酸提取方法:磁珠法 5、升温速率:≥5.0°C/s 6、降温速率:≥3.5°C/s *7、检测反应孔数:24孔 8、温度精度:≤0.1°C, 可做HRM高分辨熔解曲线 9、孔间温度均匀度:±0.1°C *10、检测通道:4通道 11、检测系统检测波长:470-665nm 12、适用探针/染料:FAM/SYBR Green、VIC/HEX/JOE/TET/、TAMRA/Cy3、ROX/Texas Red CY5 13、消毒功能:可计时门控紫外消毒 14、控制方式:触摸屏控制,支持外接电脑控制 15、全自动化:系统整合了基于实时荧光定量PCR检测所需的所有步骤,在一个设备中,可自动完成基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。将待检样品处理完之后加入到检测试剂盒中,系统会自动按照相应的程序运行,实时监测PCR进行情况,一旦PCR完成,系统的软件会自动判断并报告结果。 16、软件应用:仪器自带双软件,配置熔解曲线项目检测结果判读软件,仪器自动输出	台	1	



		检测结果，直接导出实验结论；软件应用兼容性强，既能满足新冠检测，又能满足常规PCR项目检测； ★17、熔解曲线结果判读软件：在熔解曲线项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰；自动输出结核分枝杆菌复合群检测结果、非结核分枝杆菌分型鉴定结果，以及可直接导出不少于三种抗结核药物对结核分枝杆菌耐药或敏感的结论。 *18、仪器获得NMPA的三类注册证。			
2	利福平耐药检测试剂	★匹配全自动医用PCR分析系统使用，并提供NMPA三类注册证	人份	192	
3	异烟肼耐药检测试剂	★匹配全自动医用PCR分析系统使用，并提供NMPA三类注册证	人份	192	
4	乙胺丁醇耐药检测试剂	★匹配全自动医用PCR分析系统使用，并提供NMPA三类注册证	人份	192	
5	核酸提取试剂	★匹配全自动医用PCR分析系统使用，并提供NMPA三类注册证	人份	240	
6	结核分枝杆菌复合群试剂	★匹配全自动医用PCR分析系统使用，并提供NMPA三类注册证	人份	240	

二、现更正为：

投标文件递交的截止时间为：2024年1月22日09时20分（北京时间）；

第四章、采购项目需求：4.1 设备名称和数量：

序号	名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	全自动医用PCR分析系统	1、样本通量：1~4样本/次 2、液体样本加样体积：1 μL~2000 μL 3、移液准确度：≤4% (25 μL) 4、核酸提取方法：磁珠法 5、升温速率：≥5.0°C/s 6、降温速率：≥3.5°C/s *7、检测反应孔数：≥24孔 8、温度精度：≤0.1°C 9、孔间温度均匀度：±0.1°C 10、检测系统检测波长：470-665nm 11、适用探针/染料：FAM/SYBR Green、VIC/HEX/JOE/TET/、TAMRA /Cy3、ROX/Texas	台	1	



		Red CY5 12、消毒功能：紫外线消毒 13、控制方式：触摸屏或外接电脑控制 14、结果判读：在项目检测分析中，可直接检测并导出两种及以上抗结核药物对结核分枝杆菌耐药或敏感的结论。			
2	利福平耐药检测试剂	★匹配全自动医用 PCR 分析系统使用，并提供 NMPA 三类注册证	人份	192	
3	异烟肼耐药检测试剂	★匹配全自动医用 PCR 分析系统使用，并提供 NMPA 三类注册证	人份	192	
4	乙胺丁醇耐药检测试剂	★匹配全自动医用 PCR 分析系统使用，并提供 NMPA 三类注册证	人份	192	
5	核酸提取试剂	★匹配全自动医用 PCR 分析系统使用，并提供 NMPA 三类注册证	人份	240	
6	结核分枝杆菌复合群试剂	★匹配全自动医用 PCR 分析系统使用，并提供 NMPA 三类注册证	人份	240	

其他内容不变

三、联系方式：

采购人：甘肃省永靖县人民医院

联系人：唐鹏

联系电话：15095441881

单位地址：临夏回族自治州永靖县刘家峡镇太极南路

代理机构：甘肃辉越创新建设有限公司

联系人：赵娟娟

联系电话：15379928819

单位地址：甘肃省临夏州临夏市陈方花园 D 区 1 号楼 7 号铺面

监管单位：永靖县财政局政府采购办公室

联系电话：0930-8830217

单位地址：甘肃省永靖县古城新区太极中路财政局办公楼

甘肃辉越创新建设有限公司

二〇二四年一月五日