

论证专家签到表

项目名称：庄浪县中医医院CT球管采购项目

预算金额：185 万元

姓名	工作单位	身份证号	技术职称	联系电话
李红恩	甘肃通渭县	62272319810206001X	教授	13830372834
邵久荣	甘肃通渭县法院	620423197303162378	副主任医师	13993384166
程和平	甘肃通渭县法院	622701197207100636	放射科医师	18993321011
于世利	平凉疾控中心	620102196512015435	主任医师	15193300788
邵永立	平凉市疾控中心	622701197410244598	副主任医师	15336038699

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	庄浪县中医医院
拟采购产品名称	64排螺旋CT球管1套
拟采购产品金额	185.00万元
采购项目所属项目名称	庄浪县中医医院CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	185.00万元
二、申请理由 我院的 GE 64排CT设备现已使用三年多，使用工作量大，近期球管出现故障预警，且球管接近使用寿命，目前出现扫描成像伪影。为了后期不影响我院CT正常运转工作，保证设备的正常运转、防止医疗事故的发生，需及时购买球管。CT属于精密大型专用医疗设备，设备球管作为机器核心配件。所替换的配件需与原CT配件保持一致，由于该设备为美国 GE 公司产品，配套球管需从美国公司唯一授权的西安宏光医疗科技有限公司采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条单一来源采购条件第一款“只能从唯一供应商处采购”规定，建议采用单一来源方式采购。	
三、专家论证意见 庄浪县中医院现使用CT为美国GE公司产品，目前出现扫描成像伪影，影响临床诊断结果，需更换。由于GE公司唯一授权西安宏光医疗科技有限公司，为保障该CT正常使用，建议采用单一来源方式采购。 专家签字: 李刚 2024年7月15日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	庄浪县中医医院
拟采购产品名称	64排螺旋CT球管1套
拟采购产品金额	185.00万元
采购项目所属项目名称	庄浪县中医医院CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	185.00万元
二、申请理由 我院的 GE 64排CT设备现已使用三年多，使用工作量大，近期球管出现故障预警，且球管接近使用寿命，目前出现扫描成像伪影。为了后期不影响我院CT正常运转工作，保证设备的正常运转、防止医疗事故的发生，需及时购买球管。CT属于精密大型专用医疗设备，设备球管作为机器核心配件。所替换的配件需与原CT配件保持一致，由于该设备为美国 GE 公司产品，配套球管需从美国公司唯一授权的西安宏光医疗科技有限公司采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条单一来源采购条件第一款“只能从唯一供应商处采购”规定，建议采用单一来源方式采购。	
三、专家论证意见 该设备球管已预警，为不影响临床诊断，医院是购买球管备用。该CT机为GE Revolution. Maxima 128层CT，球管为CT机的核心配件，为保证设备的性能，保证图像质量，建议购买原装同一型号球管，该型号球管仅由GE公司提供，建议单一来源方式采购。 2 专家签字：印久宁 2024年7月15日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	庄浪县中医医院
拟采购产品名称	64排螺旋CT球管1套
拟采购产品金额	185.00万元
采购项目所属项目名称	庄浪县中医医院CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	185.00万元
二、申请理由 我院的 GE 64排CT设备现已使用三年多，使用工作量大，近期球管出现故障预警，且球管接近使用寿命，目前出现扫描成像伪影。为了后期不影响我院CT正常运转工作，保证设备的正常运转、防止医疗事故的发生，需及时购买球管。CT属于精密大型专用医疗设备，设备球管作为机器核心配件。所替换的配件需与原CT配件保持一致，由于该设备为美国 GE 公司产品，配套球管需从美国公司唯一授权的西安宏光医疗科技有限公司采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条单一来源采购条件第一款“只能从唯一供应商处采购”规定，建议采用单一来源方式采购。	
三、专家论证意见 该球管原：程师检查，确诊为球管漏油。 为不影响工作，应购置球管备用。该院CT机为 GE Maxima 128层CT，且CT球管为核心部件。 为保证检查图像质量，建议购买原厂原装 同型号球管，建议单一来源方式 采购。 专家签字：程和平 2024年7月15日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	庄浪县中医医院
拟采购产品名称	64排螺旋CT球管1套
拟采购产品金额	185.00万元
采购项目所属项目名称	庄浪县中医医院CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	185.00万元
二、申请理由 我院的 GE 64排CT设备现已使用三年多，使用工作量大，近期球管出现故障预警，且球管接近使用寿命，目前出现扫描成像伪影。为了后期不影响我院CT正常运转工作，保证设备的正常运转、防止医疗事故的发生，需及时购买球管。CT属于精密大型专用医疗设备，设备球管作为机器核心配件。所替换的配件需与原CT配件保持一致，由于该设备为美国 GE 公司产品，配套球管需从美国公司唯一授权的西安宏光医疗科技有限公司采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条单一来源采购条件第一款“只能从唯一供应商处采购”规定，建议采用单一来源方式采购。	
三、专家论证意见 球管为CT机的核心配件，更换时只能购买原厂同一型号球管，为保证更换后设备能正常使用。建议采用单一来源方式采购。 专家签字：于世利 2024年 7月 15日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	庄浪县中医医院
拟采购产品名称	64排螺旋CT球管1套
拟采购产品金额	185.00万元
采购项目所属项目名称	庄浪县中医医院CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	185.00万元
二、申请理由 我院的 GE 64排CT设备现已使用三年多，使用工作量大，近期球管出现故障预警，且球管接近使用寿命，目前出现扫描成像伪影。为了后期不影响我院CT正常运转工作，保证设备的正常运转、防止医疗事故的发生，需及时购买球管。CT属于精密大型专用医疗设备，设备球管作为机器核心配件。所替换的配件需与原CT配件保持一致，由于该设备为美国 GE 公司产品，配套球管需从美国公司唯一授权的西安宏光医疗科技有限公司采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条单一来源采购条件第一款“只能从唯一供应商处采购”规定，建议采用单一来源方式采购。	
三、专家论证意见 CT属于精密医疗设备，设备球管为其核心配件。为保证原有设备精准运行，替换球管需与原CT配件保持一致，原CT为美国GE公司产品。配套球管需从美国GE公司授权的西安宏光医疗科技有限公司采购。根据上述意见，建议用单一来源方式采购。 专家签字：郭林书 2024年7月15日	