

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术机器人手术器械
拟采购产品金额	599.9853万
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购该批手术器械，其技术参数要求高，如①固定对视范围(20mm-140mm)②视觉图像，3D目镜分辨率1280*1024，可视范围80°，固定对视，预置颜色。同类国内产品无法满足采购需要，拟进口产品数量，预算价格在合理范围内。 专家签字 刘伟 王新苗 2024年5月11日 张学英	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术机器人手术器械
拟采购产品金额	599.9853万
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购达芬奇手术器械。其技术性能要求高。如①固定时范围(20mm-160mm)②视觉图像3D眼镜分辨率1280x1024。可化范围80°。固定时范围。可置颜色。同类国内产品无法满足采购需要。拟进口产品数量、预算价格在合理范围内。 专家签字 刘明 王新苗 2024 年 月 日 张学军	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	进口骨科材料
拟采购产品金额	391.9853万
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
申请理由：进口骨科材料，国内无法获取，且价格较高，进口产品具有明显优势。	
三、专家论证意见	
专家组认为：进口骨科材料，国内无法获取，且价格较高，进口产品具有明显优势。建议采购进口产品。 专家签字：_____ 年 月 日	

专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术器械机器人手术器械
拟采购产品金额	579.78万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购器械，由于主机为原装进口设备，需采购的手术器械与原主机互相匹配，而且配套使用，须采购进口产品，预算价格在合理范围内。 专家签字  2024年 5月 11日	

专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术机器人手术器械
拟采购产品金额	599.9853万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购的项目不属于禁止进口采购的项目，申请单位通过进口方式采购不违反我国法律、行政法规的强制性规定。 专家签字 王新苗 2024年5月11日	

专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术机器人手术器械
拟采购产品金额	599.9853万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购的设备为达芬奇手术机器人手术器械主机专用，目前无其它替代产品，具有唯一性，因主机为原装进口机，故考虑到需要配套使用，必须采购进口产品方能满足用户需求且预算在合理范围内。 专家签字 张长学 2024 年 5 月 11 日	

专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术机器人手术器械
拟采购产品金额	599.9853万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购的该产品为达芬奇手术机器人手术器械 专机专用，无替代产品，具有唯一性，由于主机为 原装进口机，所以，若采购配套使用，须采购进口 产品以满足临床的需要。专家签字 丁锁军 且预算也在合理的范围内。 2024年5月11日	

专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	兰州大学第一医院
拟采购产品名称	达芬奇手术机器人手术器械
拟采购产品金额	599.9853万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
三、专家论证意见	
申请采购的达芬奇手术器械，其技术参数要求较高，如①切割范围(20mm-140mm)，②视觉图像，3D，③镜头分辨率1280×1024，④切割范围80°，⑤图像对焦，⑥置针颜色。国内同类产品无法满足采购需要，拟进口产品，价格符合采购范围。 专家签字 刘伟 2020年5月11日	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王新苗	
	职称: 律师	
	工作单位: 北京德恒(三门峡)律师事务所	
项目信息	项目名称: 达芬奇手术机器人手术器械	
	供应商名称: 河南臻钻医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	申请采购的项目不属于禁止单一来源采购项目,申请单位通过单一来源采购不违反我国法律、行政法规的强制性规定。	
专业人员签字	王新苗	日期: 2024.5.11

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张学兰
	职称:	主任医师
	工作单位:	省人民医院
项目信息	项目名称:	达芬奇手术机器人手术器械
	供应商名称:	河南臻钻医疗科技有限公司
专业人员论证意见	申请采购的产品,因为主机为原装进口,所采购的配件为进口专用,且目前无替代产品,具有唯一性,所以必须采用单一来源采购方式获取,且预算在合理的范围内。	
专业人员签字	张学兰	日期: 2024 5.11

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	丁锁军
	职称:	高工
	工作单位:	郑州市二院
项目信息	项目名称:	达芬奇手术机器人手术器械
	供应商名称:	河南臻钻医疗科技有限公司
专业人员论证意见	申请采购的该产品,由于主机为原装进口,所采购的附件为专机专用,无替代产品,具有唯一性,所以,只能采取单一来源的方式获得,且预算也在合理的范围内。	
专业人员签字	丁锁军	日期: 2024. 5. 11


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘伟	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 右银发中心研室	
项目信息	项目名称: 达芬奇手术机器人器械	
	供应商名称: 河南臻钻医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	1. 达芬奇手术机器人器械, 是匹配手术主机工作, 属于唯一性, 经单一来源采购。	
专业人员签字	刘伟	日期: 2024.5.11

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王景	
	职称：正高级会计师	
	工作单位：月东奇人民医院	
项目信息	项目名称：达芬奇手术机器人手术器械	
	供应商名称：河南臻钻医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	申请采购的器械，由于主机为原装进口，所采购的器械为专机专用，无替代产品，具有唯一性，所以，只能采取单一来源的方式获得，且预算也在合理的范围内。	
专业人员签字		日期：2024.5.11

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。