

一、采购需求一览表

序号	产品名称	数量	单位	备注
1	双摇病床	350	张	★自合同签订之日起7个日历日内完成交付、安装、调试、培训至验收合格。

二、技术要求

设备名称	技术参数要求	单位	数量
双摇病床	<p>1. 规格尺寸：2150*980*500mm</p> <p>2. 床面板采用优质冷轧板。厚度为≥ 1.2mm 冷轧钢板，表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。安全载荷能力：静载 0—400 kg，动载 0-250 kg。</p> <p>3. 床框用材：床框采用$\geq 30*60*1.5$mm 矩形管焊接；床体采用先进焊接工艺，焊接质量优秀，床体坚固牢实；</p> <p>4. 床头、尾板：高强度工程塑料吹塑成型，规格尺寸：$\geq 928*564*40$mm，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，可兼作 CPR 急救功能；床尾板配病历卡插座；中部装饰面板颜色可选；床尾板配亚克力透明床头信息卡。</p>	张	350

5. 床面板调节范围：背部 0-75° ±5° ，腿部 0-40° ±5° ；
6. ①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。
- ②手摇床丝杆采用机器一次性冷挤压成型。
7. 护栏：全新整体加固型倾倒式折叠铝合金护栏，优质电泳铝合金横梁，≥1347*500mm，六根 L 型喷塑立柱，上下关节为 ABS 关节，与喷塑立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松，单触点式手柄操作，插杆式锁紧安装，方便快捷、升降灵活安全。
8. 脚轮：双面脚轮，单独刹车，制动可靠。
9. 床头床尾各两个点滴架插座，床中间部位两边各有一个伸缩式点滴架插座由金属材质冲压成型，内配 ABS 工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架 $\phi \geq 22\text{mm}$ 气动伸缩, 结实耐用；
10. 配有鞋盆架，方便使用；
11. 引流钩：床体两侧分别有两个引流袋挂钩，设于左右二侧臀板下方。
12. 餐桌板：伸缩设计，方便使用。
13. 床垫：厚度 5-8CM，海绵加椰棕内胆，两折床垫，

	<p>配合床板，不易磨损，长宽与床相配，久用不塌陷。</p> <p>14. 整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。。</p> <p>15. 床头柜：≥480mm (L) x 480mm (W) x 760mm (H)，全新 ABS 材料，整体一次注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀；颜色与床体协调统一，配隐藏式毛巾架、抽屉、餐板，ABS 注塑，防潮、防水，易清洗可冲洗，三层结构，具有灵活伸缩拉板，有预设的杯子及温度计放置凹槽，PC 材质隐蔽式毛巾架。</p>		
--	--	--	--

三、商务要求

（一）供货期：

★自合同签订之日起 7 个日历日内完成交付、安装、调试、培训至验收合格。

（二）服务要求

1、设备或产品由成交供应商送至指定地点，并负责按用户的要求安装、调试、维护，同时对操作人员进行培训。

2、所配置各种设备或产品应按国家“三包”规定提供质量保证和服务。

3、保修期内同一设备或产品的同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，供方必须予以更换同品牌、同型号设备或产品。

4、在保修期限内，接到用户电话通知后，应及时上门服务，并在最短时间内修复，否则提供备用设备或产品。

如不能及时赶到，用户委托其它单位维修，其费用从未支付的货款中扣除。

5、应保证该设备或产品运行稳定和正常，提供至少一年的免费质保和技术服务，对出现的问题和故障应在 2 小时响应，4 小时内解决、答复。