

肃州区疾病预防控制中心 2025 年医疗服务保障能力提升设

备采购项目成交结果公告

一、项目编号：HYZX（2025）011 号

二、项目名称：肃州区疾病预防控制中心 2025 年医疗服务保障能力提升设备采购项目

三、成交信息：

成交单位：嘉峪关益博商贸有限责任公司

统一社会信用代码：91620200MA72EGCU3B

地址：甘肃省嘉峪关市机场南路 1118-30 号

成交金额：小写：¥283900.00 元，大写：人民币贰拾捌万叁仟玖佰元整

联系人：郭建成

联系电话：18893573639

四、主要标的信息：肃州区疾病预防控制中心 2025 年医疗服务保障能力提升设备采购，详见附件报价明细表。

五、评审专家名单：吴海峰、李嵘、段卫中

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、合同履行期限：30 日历天

八、其他补充事宜：无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名 称：肃州区疾病预防控制中心

地 址：酒泉市肃州区新城区世纪大道 49 号

联系方式：杨若琪 17793733589

2. 采购代理机构信息：

名 称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路 2 号阳光小区 16 号楼 2 号门店

联系方式：张红卫 15209378355/0937-5900178

3. 项目联系方式：

项目联系人：杨若琪

电 话：17793733589

附件：报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号	规格参数	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	便携式紫外线强度计	UV-B	1. 波长范围及峰值波长： UV-297 探头： λ ：(275~330)nm； $\lambda P=297\text{nm}$ UV-254 探头： λ ：(230~275)nm； $\lambda P=254\text{nm}$ 2. 辐照度测量范围：(0.1~199.9 $\times 103$) $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 3. 紫外带外区杂光：UV297：小于 0.05%，UV254：小于 0.1% 4. 相对示值误差： $\pm 8\%$ 5. 余弦特性误差： $\pm 10\%$ 6. 线性误差： $\pm 1\%$ 7. 换档误差： $\pm 1\%$ 8. 短期不稳定性： $\pm 1\%$ （开机 30min 后） 9. 疲劳特性：衰减量小于 2% 10. 零值误差：满量程的 $\pm 1\%$ 11. 响应时间：1 秒 12. 使用环境：温度(0~40) $^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<85\%\text{RH}$ 13. 尺寸：约 160mm $\times$ 78mm $\times$ 43mm 符合：《JJG879-2015 紫外辐射照度计检定规程》、 《GBT34048-2017 紫外辐射表》国标	北京师大光电技术有限公司	台	1	6000	6000	/
2	声级计	AWA5636	1. 测量范围：30 dB(A)~130 dB(A) 2. 频率范围：20 Hz~12.5 kHz 3. 频率计权：A、C、Z 4. 时间计权：F、S、I 5. 显示器：128x64 LED 点阵 6. 数据储存：8000 组数据 7. 工作温度： -10°C ~ 50°C 2 型以上，符合：GB3785《声级计、声性能及测量方法》	杭州爱华仪器有限公司	台	1	2180	2180	/

3	数字式照度计	TES1332A	1. 测量范围：200/2000/20000/200000 Lux 2. 分辨率：0.1 Lux 3. 准确度：±3%rdg±0.5%f. s. (<10,000 lux) ±4%rdg±10dgt (>10,000 lux) 4. 重复测试：±2% 5. 温度特性：±0.1% /℃ 6. 取样率：Approx. 2 times/sec 7. 记录器输出：DC 2V/f. s. 8. 操作及储存温湿度：0℃to 40℃ (32°F to 104°F) <70% R. H. 9. 光检测器尺寸：约 100mm (L) × 60mm (W) × 27mm (H) 10. 电表尺寸：约 135mm (L) × 72mm (W) × 33mm (H) 符合：《JJG 879-2002 照度计检定规程》、《GB/T5700-2008 照明测量方法》国标、《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》国标、《GB/T 26189-2010 室内工作场所照明》国标	东莞市森美仪器科技有限公司	台	1	1200	1200	/
4	便携式风速仪	ZRQF-30J	1. 测试对象：常湿、常压下的空气流 2. 风速范围：0.05~30.0M/S 3. 精度：0.05~5.00M/S: ±(4%U +0.1)M/S; 5.0~30.0M/S : ±(4%U +0.2)M/S 4. 分辨率 :0.01M/S 5. 应答性：≤3S 6. 外形尺寸：约 210x97x57mm 7. 适用范围温度：-10℃~40℃ 8. 湿度：<90%RH 9. 保存温度范围：-10℃~50℃ 符合：《JJG (建设) 0001-1992 热球式风速仪检定规程》	北京勤业致远科技有限公司	台	1	2580	2580	/
5	数字温湿度计	TES1360A	1. 测量范围：温度-20℃~+60℃ (-4°F~+140°F)，湿度10%-95%R. H. (相对湿度)	东莞市森美仪器科	台	1	1800	1800	/

			2. 测量精度: 温度 $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 1.5^{\circ}\text{F}$, 湿度 $\pm 3\%$ R. H. (25°C , $30\%\sim 95\%$ R. H.) 3. 分辨率: 0.1°C / 0.1°F / 0.1% R. H. 4. 响应时间: 温度 $1^{\circ}\text{C}/2\text{s}$ 湿度 45% R. H. $\rightarrow 95\%$ R. H. $\leq 3\text{min}$, 95% R. H. $\rightarrow 45\%$ R. H. $\leq 5\text{min}$ 5. 信号输出: 温度 ($10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 或 $^{\circ}\text{F}$), 湿度 ($10\text{mV}/\% \text{R. H.}$) 6. 操作环境: $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ($<80\% \text{RH}$) 7. 储存温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ($<70\% \text{RH}$) 8. 尺寸: 约 $270\text{mm}(\text{L}) \times 68\text{mm}(\text{W}) \times 25\text{mm}(\text{H})$ 符合: 《JJG-99-2010 数字温湿度计检定规程》、 《JB/T6862-2014 温湿度计行业标准》	技有限公司					
6	课桌椅尺	300	1. 厚度: 约 0.8cm 2. 测量范围: $0\sim 200$ 厘米	北京勤业致远科技有限公司	台	2	60	120	/
7	测距仪	SW-TG100	1. 测量距离: $0.05\text{m}\sim 100\text{m}$ 2. 激光类型: 2 级 635nm , $<1\text{mW}$ 3. 自动切断激光: 20 秒 4. 满电工作时间: $4000\sim 6000$ 次 5. 存储温度范围: $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 6. 存储湿度范围: $20\%\sim 80\text{RH}$ 7. 激光等级: 二级 8. 存储记录笔数: 30 笔 9. 工作温度范围: $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 符合: 《JJG 703-2003 光电测距仪检定规程》、《GB/T 14267-2009 光电测距仪》 国标、《ISO/IEC17025检测实验室能力通用要求》	深达威科技(广东)股份有限公司	台	2	690	1380	/
8	可吸入颗粒物分析仪	LD-8F	★1. 检测原理: 光散射法 2. 测量浓度范围: $(0.001\sim 500)\text{mg}/\text{m}^3$ 检测灵敏度: 0.001	北京天忱科技有限	台	1	24600	24600	/

	(PM2.5 PM10)		mg/m ³ 3. 测量时间: 标准为 1 分钟, 1 秒至 9999 秒可任意设置 4. 测量精度: $\pm 10\%$, 重复性误差: $\leq 2\%$ ★5. 显示参数: 彩色触屏实时显示粉尘浓度和测量曲线, 并可调整纵坐标刻度, 便于观察数据趋势变化 ★6. 存储、数据接口: 测量的同时自动存储数据, 存储 15000 组数据, USB 和 RS232 接口 ★7. 防爆型式: 本安防爆, 防爆标志, Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T200130° C Db ★8. 防护等级: IP66, 环境温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 9. 工作时间: 连续工作 5 小时以上 10. 外形尺寸: 约 160mm $\times$ 130mm $\times$ 90mm	公司					
9	一氧化碳、二氧化碳测定仪	QY-3051F	1. 测量原理: 不分光红外分析法/非分散红外法 (NDIR) 2. 采样方式: 内置泵吸式 3. 测量范围: CO: 0-200 $\mu\text{mol/mol}$ (0-200ppm), CO ₂ : 0-10000 $\mu\text{mol/mol}$ (0-1%) 4. 分辨率: $0.1 \times 10^{-6}\text{CO}$; $0.001\%\text{CO}_2$ 5. 重复性: $\leq 1\%F \cdot S$ 6. 零点漂移: $\pm 2\%F \cdot S/h$ 7. 跨度漂移: $\pm 2\%F \cdot S/3h$ 8. 线性偏差: $\pm 2\%F \cdot S$ 9. 温度附加误差: (在 $10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$) $\pm 2\%F \cdot S/10^{\circ}\text{C}$ 10. 一氧化碳干扰: $1250\text{mg/m}^3\text{CO} \pm 0.3\%F \cdot S$ 11. 响应时间: CO: $t_0 \sim t_{90} \leq 90\text{S}$; CO ₂ : $t_0 \sim t_{90} \leq 60\text{S}$ 12. 预热时间: $\leq 30\text{min}$ 13. 流量范围: (0.5-2.0) L/min ★14. 存储功能: 5000 组测量数据	北京勤业致远科技有限公司	台	1	44490	44490	/
10	ATP 荧光检测	Boilum	本设备应用于餐饮具、食品加工设备、医院消毒、制药、化	西安天隆	台	1	14800	14800	/

	仪		妆品等领域细菌、洁净度的快速检测 1. 内置自校光源，开机具有 15 秒或 60 秒两种自检模式 2. 可自动判断样品是否合格，自动统计合格率 ★3. 可设定 ≥ 256 个用户 ID，可设定的结果限值 ≥ 2000 个，可存储检测结果 ≥ 10000 个 4. 配有 USB 接口和蓝牙模块，可将结果上传至计算机 ★5. 检测精度： $1 \times 10^{-16} \text{mol/L/ATP}$ 6. 检测范围：0~999999RLU 7. 检测时间： ≤ 10 秒 8. 检测干扰： $\pm 5\%$ 或 $\pm 5 \text{RLU}$ 9. 数据输出：可配置蓝牙热敏打印机，实时输出检测结果 10. 检测保护：内置倾角传感器，当倾角超过范围，将中断检测，保障检测的准确性 11. 操作温度范围： $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 12. 操作湿度范围：20~80% 13. 屏幕：3.5 英寸彩色显示屏，数据直观显示 14. 电池：充电锂电池，通过 MiniUSB 口充电，并可选配太阳能充电器、车载电源充电器 15. 数据查询：可快速查看统计结果：RLU 数值、日期、时间等；结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询，并给出柱状图、饼状图、折线图，以便客户按需查看分析、监测 ★16. 内置不同行业不同检测部位检测参考值，方便用户参考调用 17. 试剂：一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要	科技有限公司					
11	甲醛测定仪	QYHCHO	1. 量程:0.001-10ppm 2. 分辨率：0.001ppm	北京勤业致远科技	台	1	11800	11800	/

			3. 检测原理:电化学原理 4. 精度:≤±2%F.S 5. 采样方式:内置泵吸式采样 6. 流量范围:0-500 mL/min 7. 浓度单位:ppm、mg/m ³ 8. 显示屏:3.5 寸 IPS 彩色液晶显示屏, 分辨率 320×480 9. 报警:蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量 10. 通讯及数据下载:可直接通过 USB 连接电脑, 快速下载数据 11. 操作语言:中、英文双语切换 12. 环境温度:-20℃~+50℃ 13. 环境湿度:0~95%RH 14. 环境压力:96-106KPa 15. 尺寸:约 170*75*41mm(H*W*D)	有限公司					
12	便携式水质分析套装	LH-P700	★1. 内置 420nm、510nm、535nm、560nm、610nm、700nm 共 6 个波长的 LED 光源, 可见光区域全覆盖, 光源寿命需达 10 万小时 ★2. 可检测 40+测定指标, 90+测量模式。可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标, 并支持多种比色方式 3. 主机满电状态下可保证连续测量 7 小时以上, 正常使用 12 小时以上, 待机时间达 30 天 ★4. 仪器内置 1300 万像素的摄像头, 可现场拍摄照片取证, 方便现场执法记录 ★5. 仪器内置使用说明书、快速使用指南、仪器报修板块, 便于用户学习及使用仪器, 仪器支持多任务处理, 可以在检	北京连华 永兴科技 发展有限 公司	台	1	40800	40800	/

			测过程中随时查看 ★6. 支持后期升级（OTA、U 盘）采用开放性的安卓系统平台，仪器能够持续接收软件更新以提升性能、增加新功能或适应新的水质监测标准 ★7. 支持 4G 和 WIFI 两种方式网络链接，支持物联网应用，随时随地实现远程监测及控制，上传数据至云端服务器，支持接入用户数据库进行查询 及大数据应用 技术参数： 1. 测量范围：COD: (0-15000)mg/L 氨氮: (0-200)mg/L 总磷: (0-100)mg/L 总氮: (1-150)mg/L 2. 示值误差：常规指标$\leq \pm 5\%$；其他指标：$\leq \pm 10\%$ 3. 分辨率：0.001Abs 4. 曲线数量：770 5. 重复性：$\leq \pm 3\%$ 6. 比色方式：16mm/25mm 比色管，旋转管比色 7. 主机显示屏：约 5 英寸，720×1280 触屏 8. 摄像头像素：1300 万 9. 主机尺寸：约 (235×95×83)mm 10. 消解器显示屏：3.5 英寸触屏 11. 消解模式：内置 9 种消解模式 12. 整机尺寸：约 (560*430*280)mm						
13	执法终端	/	1. 屏幕尺寸：≥ 11.5 英寸 2. 分辨率：$\geq 2800 \times 1840$ 像素 3. 运行内存：$\geq$ (RAM) 12GB 4. 存储容量：$\geq$ (ROM) 256GB 5. 前置摄像头：≥ 800 万像素 (F2.0 光圈)，后置摄像头：≥ 1300 万像素高清摄像头 (F1.8 光圈，自动对焦) 6. WLAN 协议：802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO HE160	北京梦天门科技股份有限公司	套	5	18600	93000	/

			7. 配置 MTM 智能执法系统						
14	便携式打印机	/	1. 打印分辨率：≥203DPI 2. 打印宽度：最大 72mm 3. 打印速度：最大 76mm/s 4. 纸卷大小：80mm×40mm 5. OLED 显示屏 6. 防摔高度：1.7 米 7. 防水防尘密封等级：IP42	北京梦天门科技股份有限公司	台	5	4850	24250	/
15	执法记录仪	DSJ-SLJL AA1	1. 屏幕尺寸：约 3 英寸彩色显示屏 ★2. 内置 4G（支持全网通）、WIFI、NFC、GPS 卫星定位模块 3. 防护等级：IP67 及以上 ★4. 双高清镜头（白光+夜视） 5. 分辨率：视频可支持 1920×1080（Full HD），30 帧/秒 照片可支持 1920×1080（Full HD） 6. 几何失真≤4.8% 7. 存储：32G 及以上，支持存储拓展 8. 配置补光灯 9. 具备公网对讲和视频通话功能 10. 电池工作时间：内置可更换电池，在更换一次电池的情况下满足 12 小时 ★11. 需配置云网服务器，使用者可在办公室打开现场执法记录仪指导现场执法，可以看到执法者运动轨迹图及圈定执法的范围 ★12. 文件同步功能：执法记录仪录制的视频、照片、音频、GPS 文件可同步到平台服务器	亮见智能科技有限公司	台	5	2980	14900	/