

平凉红牛种质科技创新实验室实验设备及 数据服务器采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：DSXCZB-2024-092

原公告的采购项目名称：平凉红牛种质科技创新实验室
实验设备及数据服务器采购项目

首次公告日期：2024年11月27日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

原公告内容为：

投标文件递交截止时间（网上开标时间）为：2024年
12月18日9时00分（北京时间）。

现更正为：

投标文件递交截止时间（网上开标时间）为：2024年
12月20日9时00分（北京时间）

更正日期：2024年12月3日

原招标文件内容：

第三部分采购内容及参数要求

2. 技术参数和要求

一包

序号	类别	名称	数量	单位	参数	是否进口	备注
3	分子实验室	生物安全柜	1	台	1、排风风速：0.2m—0.6m/s(可调) 2、功率：≤350W 3、电源配置：220V 50Hz 4、内径尺寸 L*D*H≥1660×700×700 mm 5、外径尺寸 L*D*H ≤1800×750×2050 mm 6、排风管口径：φ250mm 7、出风方向：顶出	国产	
21	细胞培养室	生物安全柜	1	台	1、排风风速：0.2m—0.6m/s(可调) 2、功率：≤350W 3、电源配置：220V 50Hz 4、内径尺寸 L*D*H≥1660×700×700 mm 5、外径尺寸 L*D*H ≤1800×750×2050 mm 6、排风管口径：φ250mm 7、出风方向：顶出	国产	

现更正为：

序号	类别	名称	数量	单位	参数	是否进口	备注
3	分子实验室	生物安全柜	1	台	1、下降风速 0.33±0.025m/s; 2、流入风速:0.53±0.025m/s。 3、功率:750w-1500W 4、电源配置:220V 50Hz 5、内径尺寸 L*D*H≥1600×520×640 mm 6、外径尺寸 L*D*H ≤1765×760×2200 mm 7、排风管口径: φ250mm 8、出风方向：顶出	国产	
21	细胞培养室	生物安全柜	1	台	1、下降风速 0.33±0.025m/s; 2、流入风速:0.53±0.025m/s。 3、功率:750w-1500W 4、电源配置:220V 50Hz 5、内径尺寸 L*D*H≥1600×520×640 mm 6、外径尺寸 L*D*H≤1765×760×2200 mm 7、排风管口径: φ250mm 8、出风方向：顶出	国产	

三、其他补充事宜

其他内容不变

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

单 位：平凉红牛研究院

地 址：甘肃省平凉市崆峒区南环路 140 号

联系人：张琰翔

电 话：0933-5967057

招标代理机构：甘肃鼎盛信诚招标有限公司

联系人：袁辉

联系电话：0933-8487206

地 址：平凉市崆峒区金润国际写字楼 18 层 1803 室