

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨浩
	职称：工程师
	工作单位：甘肃医学院
项目信息	项目名称：庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目
	供应商名称：陕西盛迈森智能科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)
	<p>本次采购的 16 排 CT 球管为庄浪县人民医院 CT 设备的核心部件，CT 属于大型精密医疗器械，具有放射源，性能高，为保证图像质量及球管及整个系统的安全和使用安全，采购的 16 排 CT 更换球管需要与原型匹配，球管产品匹配具有唯一性，需从唯一代理商陕西盛迈森智能科技有限公司采购，建议采用单一来源采购。</p>
专业人员签字	杨浩
	日期 2024 年 7 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钟游	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 庄浪县妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛迈森智能科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 庄浪县人民医院 CT 为大型医疗设备, 其中球管耗次数繁多, 每月检查达三万次之多。为了保证性能的稳定性, 图像的清晰度, 确保质量、安全、高效, 建议使用 CE 原厂产品配件, 球管配件与主机契合度, 同时也保证主机的使用寿命, 磨损程度, 减少主机维修次数, 故建议本产品采用单一来源进行采购。	
专业人员签字	钟游	日期 2024年 7月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱永会	
	职称: 专职律师	
	工作单位: 甘肃陇正律师事务所	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛迈森智能科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>同意采用单一来源方式采购。</p> <p>第一、陕西盛迈森智能科技有限公司系依法成立的企业法人，经营范围具备达成买卖协议的相应资质。</p> <p>第二、采购原因为该公司作为本区域指定授权代理商，能保证原厂全新配件的供应和维护，相比较有一定程度的优势和必要性。</p> <p>第三、会议研究通过的情况下再确定是否为唯一供应商，能确保以后不会损害未定。</p>	
专业人员签字	朱永会	日期 2024年 7月 24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。