

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	张掖市中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂 1
拟采购产品金额	410000.00 元
采购项目所属项目名称	张掖市中心血站血液核酸检测试剂（一包）
二、申请理由	
<p>我站所使用的核酸血液筛查系统由甘肃省卫计委统一招标采购分配安装，中标人为上海科华生物工程股份有限公司，该核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 组成，目前只能与上海科华生物工程股份有限公司乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2 型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）配套使用，我站须采购核酸检测试剂 20 套（96 测试/盒、6 人份/测试），此设备为封闭模式，与其他品牌核酸试剂一律不可通用，专机专用，为确保核酸检测的质量与匹配性，只能从上海科华生物工程股份有限公司唯一经销商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故申请单一来源方式进行采购。</p>	
拟定的唯一供应商：上海科华生物工程股份有限公司	
三、专家论证意见	
<p>拟采购的急需核酸检测试剂应符合我国相关政策规定，招标程序应符合《政府采购法》和《招标投标法》的相关规定，订立合同前就合同标的数量、质量、价款、付款时间和方式、交货验收、违约责任等核心内容进行严格约定，以防范法律风险。</p>	
<p>专家签字：李江 2024年6月19日</p>	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	张掖市中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂 1
拟采购产品金额	410000.00 元
采购项目所属项目名称	张掖市中心血站血液核酸检测试剂（一包）
二、申请理由	
<p>我站所使用的核酸血液筛查系统由甘肃省卫计委统一招标采购分配安装，中标人为上海科华生物工程股份有限公司，该核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 组成，目前只能与上海科华生物工程股份有限公司乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(1+2 型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)配套使用，我站须采购核酸检测试剂 20 套(96 测试/盒、6 人份/测试)，此设备为封闭模式，与其他品牌核酸试剂一律不可通用，专机专用，为确保核酸检测的质量与匹配性，只能从上海科华生物工程股份有限公司唯一经销商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故申请单一来源方式进行采购。</p>	
拟定的唯一供应商：上海科华生物工程股份有限公司	
三、专家论证意见	
<p>因张掖市中心血站所使用的核酸血液筛查系统由省卫计委统一招标采购分配安装，该系统目前只能与上海科华生物工程股份有限公司生产的试剂盒配套使用，其他品牌试剂一律不可通用，专机专用，故只能从该公司唯一经销商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故可申请单一来源方式进行采购。</p>	
专家签字：张鸿雁	
2024年6月19日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	张掖市中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂 1
拟采购产品金额	410000.00 元
采购项目所属项目名称	张掖市中心血站血液核酸检测试剂（一包）
二、申请理由	
<p>我站所使用的核酸血液筛查系统由甘肃省卫计委统一招标采购分配安装，中标人为上海科华生物工程股份有限公司，该核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 组成，目前只能与上海科华生物工程股份有限公司乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2 型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）配套使用，我站须采购核酸检测试剂 20 套（96 测试/盒、6 人份/测试），此设备为封闭模式，与其他品牌核酸试剂一律不可通用，专机专用，为确保核酸检测的质量与匹配性，只能从上海科华生物工程股份有限公司唯一经销商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故申请单一来源方式进行采购。</p>	
拟定的唯一供应商：上海科华生物工程股份有限公司	
三、专家论证意见	
<p>张掖市中心血站所用核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 组成，目前只能与上海科华生物工程股份有限公司的试剂盒配套使用。此设备为封闭模式，与其他品牌核酸试剂一律不可通用，专机专用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟向单一来源方式进行采购，拟唯一供应商：上海科华生物工程股份有限公司。 专家签字： 2024年6月19日</p>	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	张掖市中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂 1
拟采购产品金额	410000.00 元
采购项目所属项目名称	张掖市中心血站血液核酸检测试剂（一包）
二、申请理由	
<p>我站所使用的核酸血液筛查系统由甘肃省卫计委统一招标采购分配安装，中标人为上海科华生物工程股份有限公司，该核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 组成，目前只能与上海科华生物工程股份有限公司乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(1+2 型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)配套使用，我站须采购核酸检测试剂 20 套(96 测试/盒、6 人份/测试)，此设备为封闭模式，与其他品牌核酸试剂一律不可通用，专机专用，为确保核酸检测的质量与匹配性，只能从上海科华生物工程股份有限公司唯一经销商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故申请单一来源方式进行采购。</p>	
拟定的唯一供应商：上海科华生物工程股份有限公司	
三、专家论证意见	
<p>为确保核酸检测的质量与匹配性，保证设备的封闭模式，专机专用，根据申请单一来源方式进行采购。同意，核酸检测试剂由上海科华生物工程股份有限公司采购。</p>	
专家签字：高以飞 2024年6月19日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	张掖市中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂 1
拟采购产品金额	410000.00 元
采购项目所属项目名称	张掖市中心血站血液核酸检测试剂（一包）
二、申请理由	
<p>我站所使用的核酸血液筛查系统由甘肃省卫计委统一招标采购分配安装，中标人为上海科华生物工程股份有限公司，该核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 组成，目前只能与上海科华生物工程股份有限公司乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2 型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）配套使用，我站须采购核酸检测试剂 20 套（96 测试/盒、6 人份/测试），此设备为封闭模式，与其他品牌核酸试剂一律不可通用，专机专用，为确保核酸检测的质量与匹配性，只能从上海科华生物工程股份有限公司唯一经销商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故申请单一来源方式进行采购。</p>	
拟定的唯一供应商：上海科华生物工程股份有限公司	
三、专家论证意见	
<p>核酸血液筛查系统由全自动混样提取仪 Hamilton STAR 和扩增分析仪 ABI7500 使用专用的（1+2 型）核酸检测试剂盒。目前此设备在甘肃省（甘肃）卫生健康委统一配置安装，试剂不可通用，为确保核酸检测质量与匹配，建议以单一来源采购此试剂。</p>	
专家签字：俞平 2024 年 6 月 19 日	