

专家信息表

项目名称	采购单位	姓名	工作单位	专业	技术职称	身份证号	联系电话
		郭汉松	[Redacted]	医疗设备	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		王可	[Redacted]	医疗设备	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		袁建军	[Redacted]	医疗设备	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

日期 2024年04月03日

专家论证诚信承诺书

作为论证专家，我郑重承诺：

一、有下列情形之一的，主动提出回避：

（一）参加采购活动前三年内与采购人存在劳动关系；担任过董事、监事；是采购人的控股股东或者实际控制人；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与采购人有利害关系，可能影响对投标公平评审的；

（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（五）法律法规规定的其他情形。

二、严格执行有关招标投标的法律法规和部门规章，公正客观、独立自主的进行评审，对自己的评审意见负责。不对外透露评审内容。

三、在论证过程中，严格遵守工作纪律，不与任何投标人活着与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不向招标人征询中标人的意向，不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不做其他不客观、不公正履行植物的行为。

我将严守以上承诺，如若违反，我将自愿承担相应的后果和处罚。

承诺人：郭汉彪 已可 鲁军

日期 2024年04月03日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：郭汉彪	
	职称：[REDACTED]	
	工作单位：[REDACTED]	
项目信息	项目名称：礼县中医医院 CT 球管更换项目	
	供应商名称：西安零距离医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	用户采购的 CT 球管是用户从西安零距离医疗器械有限公司采购的 16 排螺旋 CT 的配套球管，由于球管具有唯一性和不可替代，只能按单一来源从原供应商采购。	
专业人员签字	郭汉彪	日期 2024 年 4 月 3 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：鲁光军	
	职称：[REDACTED]	
	工作单位：[REDACTED]	
项目信息	项目名称：礼县中医医院 CT 球管更换项目	
	供应商名称：西安零距离医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT球管是CT机的核心耗材。为使CT机正常有效运行，球管更换时只能选择西门子公司生产的同类产品。目前还没有同类其他厂商生产耗材替代。因此该货物的采购只能采用单一来源采购。由西门子授权的西安零距离医疗器械有限公司供货。</p>	
专业人员签字	鲁光军	日期 2024年04月03日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王可	
	职称：[REDACTED]	
	工作单位：[REDACTED]	
项目信息	项目名称：礼县中医医院 CT 球管更换项目	
	供应商名称：西安零距离医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>申请采购的球管两套已运行的螺旋CT更换，由于球管具有唯一性，其他生产厂家产品无法兼容和替代，西安零距离医疗器械有限公司为产品授权代理商，必须采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王可	日期 2024年4月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。