

表1 单一来源采购产品申请表

申请单位	天水市第四人民医院
申请文件名称	
申请文号	
采购项目名称	CT 球管
采购项目金额	100 万元
采购项目所属项目名称	天水市第四人民医院医疗设备（第二批）CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	100 万元
项目使用单位	天水市第四人民医院
项目组织单位	天水市第四人民医院
申 请 理 由	我院拟采购的CT球管是由GE原厂研发并生产，核心配件均有特殊技术参数、特殊的专利设计、独特的结构功能等，并且该设备所有核心备件均由GE原厂独家生产。要保证设备的各项功能均处于原厂设计状态，该设备出现故障后必须更换原厂认证合格的配件，同时必须有原厂培训合格的工程师以及原厂研发的维修软件、工具、方法流程等原厂独有的综合维修能力，否则无法达到该设备设计的功能预期，也无法保证设备使用的安全性、合法性等要求。且咸阳博信医疗设备有限公司是GE公司在我院唯一指定的授权代理商及售后服务提供商。鉴于上述原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，申请按单一来源方式进行采购。  2025年4月10日

表2

政府采购单一来源采购所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	天水市第四人民医院
拟采购产品名称	CT 球管
拟采购产品金额	100 万元
采购项目所属项目名称	天水市第四人民医院医疗设备（第二批）CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	100 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3.其他。	
原因阐述： 我院拟采购的CT球管是由GE原厂研发并生产，核心配件均有特殊技术参数、特殊的专利设计、独特的结构功能等，并且该设备所有核心备件均由GE原厂独家生产。要保证设备的各项功能均处于原厂设计状态，该设备出现故障后必须更换原厂认证合格的配件，同时必须有原厂培训合格的工程师以及原厂研发的维修软件、工具、方法流程等原厂独有的综合维修能力，否则无法达到该设备设计的功能预期，也无法保证设备使用的安全性、合法性等要求。且咸阳博信医疗设备有限公司是GE公司在我院唯一指定的授权代理商及售后服务提供商。鉴于上述原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，申请按单一来源方式进行采购。	
三、单一来源产品所属行业主管部门意见	
周 意 盖章 2025 年 4 月 10 日	

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2025 年 4 月 10 日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院医疗设备(第二批)CT球管采购项目		
采购内容	CT球管		
项目金额	100 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	高志军	正高	甘肃省计量研究院
专家论证意见	CT球管是64排TC的核心配件,具有特殊技术、专利设计和独特的结构,不具有替代性。对CT球管的采购只能采取单一来源方式,由64排CT原厂指定的授权代理商提供。 专家签字: 高志军 日 期: 2025.4.10		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 4 月 10 日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院医疗设备（第二批）CT 球管采购项目		
采购内容	CT 球管		
项目金额	100 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	马贵生	副高	天水市第一中心医院
专家论证意见	64排CT设备由GE原厂研发生产的设备，该设备所有的核心备件及球管均由GE原厂独家生产，国内产品无法匹配，只有通过单一来源方式进行采购CT球管。唯一指定的授权代理商咸阳博信医疗设备有限公司。 专家签字：马贵生 日 期：2025.4.10		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 4 月 10 日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院医疗设备（第二批）CT 球管采购项目		
采购内容	CT 球管		
项目金额	100 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	滕 蕾	副高	甘肃省药品监督管理局
专家论证意见	1. 设备兼容性。原医院有的CT设备是GE生产的，其硬件架构、电路设计、软件系统均是围绕特定的CT管球规格参数进行配置，只有原设备制造商才能提供的CT管球才能与原有CT设备完美匹配，若采用其他品牌，可能出现接口不匹配、通讯故障、扫描参数偏差等问题。 2. 技术独特性。由于医院在用的CT设备采用了独有技术应用于CT管球的电子发射、射线聚焦、热管冷却等关键环节，市场上其他品牌CT管球无法复制该技术。 3. 售后服务一致性：由于医院原使用CT品牌为GE，其售后团队熟悉设备整体架构和CT管球技术细节，若更换其他品牌则对售后前后一致性有较影响。 综上所述，建议购买GE CT管球。 品牌名 专家签字：滕蕾 日 期：2025.4.10		

单一来源采购产品论证专家信息表

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话
1	鲁光军	甘肃省计量研究院	正高	13893380199
2	马贵生	兰州市第一人民医院	副高	13919139189
3	滕 蕾	甘肃省药品监督管理局	副高	13609383300
4				
5				