



专家签到表

项目名称：临夏州人民医院两台核磁设备维修保养服务采购项目

序号	姓名	专业	职务/职称	工作单位	专家签字	备注
1	李霞	检验	高级	临夏州疾控中心	李霞	
2	韩亚涛	临床医学	副教授	临夏现代职业学院	韩亚涛	
3	罗昭	医疗	副高	临夏州疾控中心	罗昭	

论证时间：2025 年 6 月 23 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 韩亚涛	
	职称： 副教授	
	工作单位： 临夏现代职业学院	
项目信息	项目名称： 临夏州人民医院两台核磁设备维修保养服务采购项目	
	供应商名称： 飞利浦（中国）投资有限公司	
专业人员论证意见	临夏州人民医院申请采购飞利浦 Achieva 3.0T MR扫描仪和飞利浦 Ingenia II 3.0T MR维修服务。飞利浦成像系统设备只能使用飞利浦原厂配件，市场上没有使用的其他替代配件，其配件更换也有统一规格的需求，故建议申请单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	韩亚涛	日期 2025 年 6 月 23 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 罗昭
	职称： 副高
	工作单位： 临夏州疾控中心
项目信息	项目名称： 临夏州人民医院两台核磁设备维修保养服务采购项目
	供应商名称： 飞利浦（中国）投资有限公司
专业人员论证意见	临夏州人民医院拟采购的两台飞利浦3.0T磁共振成像系统维修保养项目中，两台机器均为飞利浦原装进口产品，在设备的使用及维修过程中，更换配件及系统维护不可避免，使用原厂配件，才能保证安全、高效和稳定的图像质量，才能更精准的服务于临床，目前市场上没有能够替代使用的其他替代配件，只有飞利浦原厂配件才能与目前医院已购是使用的两台Ingenia 3.0T及Achieva 3.0T相匹配，其软件的维护保养也只有飞利浦原厂能够提供，为保障其两台3.0T磁共振成像系统正常运行，建议采用单一来源的方式进行采购。
专业人员签字	罗昭 日期 2025 年 6 月 23 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李赞	
	职称：高级	
	工作单位：临夏州疾控中心	
项目信息	项目名称：临夏州人民医院两台核磁设备维修保养服务采购项目	
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司	
专业人员论证意见	临夏州医院拟采购两台核磁设备维修保养服务项目，飞利浦原厂配件更换有统一需求，原厂保养可以最大程度保障设备的安全运行，使设备不断更新到最佳状态。该2台设备均由飞利浦公司所，故建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李赞	日期 2025年6月23日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。