



# 单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：

编号：

|                                                                                                                                                               |                     |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                        |                     |      |             |
| 联系人                                                                                                                                                           | 邓宏涛                 | 联系电话 | 13309345165 |
| 项目名称                                                                                                                                                          | 正宁县人民医院综合服务自助设备采购项目 |      |             |
| 采购内容                                                                                                                                                          | 综合服务自助设备采购          |      |             |
| 预算金额                                                                                                                                                          | 247000.00 元         |      |             |
| 供应商                                                                                                                                                           | 甘肃伟正电子科技有限公司        |      |             |
| 二、申请理由                                                                                                                                                        |                     |      |             |
| <input type="checkbox"/> 1、只能从唯一供应商处采购的；                                                                                                                      |                     |      |             |
| <input type="checkbox"/> 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；                                                                                                          |                     |      |             |
| <input type="checkbox"/> 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的；                                                                        |                     |      |             |
| <input type="checkbox"/> 4、因专利、专有技术等原因具有唯一性；                                                                                                                  |                     |      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5、其他。                                                                                                                     |                     |      |             |
| <p>原因阐述：</p> <p>拟采购综合服务自助设备软硬件时由甘肃伟正电子科技有限公司建设的，为了确保设备数据联网共享和系统的安全对接，需继续从原供应商处添购，故具有唯一性，采用单一来源的方式进行采购。</p> <p style="text-align: right;">2021 年 11 月 15 日</p> |                     |      |             |

# 单一来源专家论证签到表

项目名称：正宁县人民医院综合服务自助设备采购项目

| 序号 | 姓名  | 职务（职称） | 工作单位    | 联系电话        |
|----|-----|--------|---------|-------------|
| 1  | 许有铭 | 招标人    | 市财政办公室  | 15393401555 |
| 2  | 刘艳春 | 主任医师   | 市妇幼保健院  | 13993458866 |
| 3  | 郭纲  | 助理工程师  | 庆阳市人民医院 | 15109465834 |
| 4  |     |        |         |             |
| 5  |     |        |         |             |

## 政府采购论证专家名单

| 姓名  | 性别 | 身份证号码              | 职称  | 现从事<br>专业 | 工作单位   | 联系电话        |
|-----|----|--------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 许智铭 | 男  | 622801197104100014 | 招标师 | 投资评审      | 庆阳市财政局 | 15391401555 |

专家论证意见:

拟采购综合服务自助设备需与已有综合服务设备数据共享,兼容等要求,故需继续从原供应商处添购,故具有唯一性,根据《政府采购法》满足单一来源采购方式适用的条件。

专家签字:

许智铭

2021年11月15日

## 政府采购论证专家名单

| 姓名  | 性别 | 身份证号码              | 职称   | 现从事<br>专业 | 工作单位     | 联系电话        |
|-----|----|--------------------|------|-----------|----------|-------------|
| 刘艳春 | 女  | 622801195604140021 | 主任医师 | 中医        | 庆阳市妇幼保健院 | 13993458866 |

专家论证意见:

正宁县人民医院拟采购的疫情防控综合服务自助设备,其需单一来源的理由如下:

1、在疫情流行当前,医院为避免交叉感染,实现院外自助挂号、缴费、打印和查询服务,故属紧急采购。

2、与该院之前使用的设备进行配套、联网共享。

鉴于以上理由,支持采购方单一来源采购。

专家签字: 刘艳春

2021年11月15日

## 政府采购论证专家名单

| 姓名 | 性别 | 身份证号码              | 职称    | 现从事<br>专业 | 工作单位    | 联系电话        |
|----|----|--------------------|-------|-----------|---------|-------------|
| 郭纲 | 男  | 622823198410042417 | 助理工程师 | 医疗设备      | 庆阳市人民医院 | 15109465824 |

专家论证意见:

正宁县人民医院现有的综合自助设备软硬件是由甘肃伟正电子信息科技有限公司建设的,由于疫情防护需要,需增加3台综合服务自助机,为确保数据对接和系统的安全运行建议采取单一来源的方式进行采购。

专家签字:

郭纲

2021年11月15日