

论证专家签到表

项目名称：永靖县人民医院 CT 阳极模块等备件采购项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	赵国胜	临夏县人民医院	副主任医师	13793029779	
2	张斌	临夏州医院	副主任医师	13039308678	
3	赵国辉	临夏县人民医院	主任医师	13034133929	

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 CT 阳极模块等备件采购项目			
专家姓名： <u>李国胜</u>		工作单位： <u>临夏市人民医院</u>	
职务或职称： <u>副主任医师</u>		所从事行业： <u>医疗</u>	
联系电话： <u>13993029779</u>			
采购内容	阳极模块一套和滤网一套		
单一来源采购主要理由	阳性模块和滤网为CT的较为重要的配件，市场上知名品牌CT均要有高度匹配的配件，要求使用原厂配件，第三方产品可能无法与现有设备完全匹配，不能保证原有设备的正常运行，无法保证提供快速、可靠的售后服务。因此建议采购方采用单一来源采购原厂配件。		
专家签字	<u>李国胜</u>	签字日期	<u>2023.2.16</u>

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 CT 阳极模块等备件采购项目			
专家姓名：李达	工作单位：明医院		
职务或职称：副主任医师	所从事行业：影像		
联系电话：13039308678			
采购内容	阳极模块一套和滤网一套		
单一来源采购主要理由	采购人拟采购CT备件，阳极模块一套和滤网一套，为了保证设备正常运行，实现无缝对接，建议采购人采购原厂产品备件，采用单一来源方式采购。		
专家签字	李达	签字日期	2023.2.16

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 CT 阳极模块等备件采购项目			
专家姓名：马恩萍		工作单位：县人民医院	
职务或职称：MR室主任		所从事行业：影像诊断	
联系电话：13034133929			
采购内容	阳极模块一套和滤网一套		
单一来源采购主要理由	采购方所需阳极模块、滤网为CT设备的重要耗材零配件，为保证CT的安全运行，实现无缝对接，建议采购单一来源、原厂零配件。		
专家签字	马恩萍	签字日期	2023.2.16