

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BGZJ-ZC24391

原公告的采购项目名称：会宁县中医医院中央财政补助资金医疗服务与保障能力提升项目

首次公告日期：2024-08-23

二、更正信息

更正事项：第二包采购需求

更正内容：原第二包采购文件第五章采购需求中：手动三摇病床名称及参数有误，现更正为：

手摇式病床 技术参数

一、床体规格：

长 2150mm，宽 900mm（含护栏 960mm），高 500mm；床面尺寸：1935mm*830mm

二、功能：

1、背部倾斜 $75\pm 5^\circ$ ，腿部倾斜度 $45\pm 5^\circ$ ，床整体承载重量 $\geq 300\text{kg}$ ，床体动态承重 $\geq 220\text{kg}$ 。

2、整床床面采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板及田字型 30*20*1.0 碳钢矩管加强结构；背部床面采用V型双支撑，双支撑为 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板冲压成形。

3、侧面护栏为全覆式，总长 1480mm，展开时高度 400mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；支柱采用高强度不锈钢管，可收缩平放，收缩时略高出床垫，防止床垫移位，有防夹手功能，设有双按键保险快速定位开关。

4、配置两组摇杆，分别控制背部床板折起功能、腿部床板折起功能；ABS强化塑胶材质摇把手，隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然；螺杆采用高强度钢管，高支撑力，内置模具钢螺母，静音耐磨，抗压寿命长，设有双向到位无极限保护装置、螺杆外配有ABS护尘装置，操作方便。

5、冷扎板油压冲孔喷涂床板，床板尾部安装挡被架，背板升降时可防止床垫滑动移位。

6、床板连接件采用高强度金属连接，方便拆卸消毒。

7、床面外接触四角配备塑胶防撞包角，确保推动过程中的保护。

8、床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备4个引流尿袋挂钩。

9、床脚安装4个5寸($\phi 130$ 脚轮)轮，对角带刹，便于床体移动及定位。

10、床底面整体离地距离地距离430mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

三、材质：

1、床头床尾板采用ABS塑料经中空吹塑工艺一次成型，结构坚固；塑胶部份需选用全新原生ABS材料，一次性注塑成型，有暗藏锁定装置及防撞轮，快速拆卸，内置金属构件，不变形，不褪色，耐酸碱、防折断、易清洁、抗氧化，尾板外侧有病人信息卡插槽。

2、床架需采用冷扎方管80mm*40mm*1.2mm，床脚采用冷扎管50mm*50mm*2.0mm，整床使用全自动焊接工艺成形。

3、床面板采用 ≥ 1.2 mm碳钢金属板，钣金加工工艺成型，板面采用拉伸孔设计，拉伸轮廓尺寸宽47*长92*深8mm，孔尺寸：宽

22*长 92mm，床面分布 42 个拉伸孔，便于透气与提升床面强度，更有“田”字型加强管，采用高精度激光切割设备加工，提高加工精度及零配件科学化承载力分布。

4、整床采用标准涂装处理，除经过冲击式表面处理+静电抗菌粉体涂装，真正达到内外防锈及加强粉层在金属表面吸附力，能延长病床的使用寿命。

四、配件配置：

1、脚轮：4 个 5 寸($\Phi 130$ 脚轮)轮，二轮带刹车装置，单轮承重 $\geq 135\text{kg}$ 。

2、六档铝合金护栏：立柱及横管采用表面硬化处理铝合金材质，连接件及开关座采用钢制表面喷涂材质；

3、输液架：采用 304 不锈钢，双段四勾，具有缓冲功能设计，可任意调节。

4、杂物架：床体下方床尾配一个钢塑杂物架。

5、餐桌板：ABS 材质，可拆卸或翻倒。

6、床头柜：ABS 材质，上面不锈钢面。

7、床垫：外面帆布材质，内垫棕纱垫。

更正日期：2024-8-26

三、其他补充事宜

其他内容不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：会宁县中医医院

地址：白银市会宁县会师镇东关南路19号

联系人：张建华

联系方式：13884268044

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃源和工程咨询有限公司

地址：白银市白银区北京路269号万盛大厦6楼A610室

联系人：张银娟

联系电话：17394312018

3. 项目联系方式

项目联系人：张建华

电话：13884268044