

单一来源论证专家签到表

项目名称：镇原县第一人民医院 CT 球管更换项目

论证地点：甘肃灵泽招标代理有限公司会议室

论证时间：2023 年 8 月 23 日

姓名	工作单位	专业	联系电话（手机）
李彪	市二人民医院	医疗设备	13919605665
崔叔	庆阳市人民医院	医疗设备	13309345043
郭纲	庆阳市人民医院	医疗设备	15109465834

单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：镇原县第一人民医院

编号：

一、基本情况

联系人	孟云云	联系电话	18294095769
项目名称	镇原县第一人民医院 CT 球管更换项目		
采购内容	CT 球管更换		
预算金额	180 万		
供应商	重庆医药集团(甘肃)有限公司(甘肃省兰州市兰州新区清水河街 1420 号)		

二、申请理由

1、只能从唯一供应商处采购的：

2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：

3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的：

4、因专利、专有技术等原因具有唯一性：

5、其他。

原因阐述：

镇原县第一人民医院现用的 CT 机为美国通用电器公司生产，型号为 Optima680，连续曝光次数已超过了正常使用寿命，现球管已经损坏停机，球管属于 CT 机的重要配件，必须采购原厂生产的球管才能与机器配套正常使用，该球管只能通过单一来源采购方式获得原厂配件，国内其他产品不能与之匹配使用，具有唯一性。只能采用单一来源方式进行采购。

专家论证意见：

影像检查使用的 CT 是二级以上医院常用医疗设备，因具有高科技技术特点，各生产商均把关键、核心部件的技术不对外公开，球管作为 CT 的核心部件，从尺寸到关键技术参数均与原机严格配套，具有唯一性的特点，宜采用单一来源方式采购。

专家签字：

崔板

2023 年 8 月 23 日

单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）： 镇原县第一人民医院

编号：

一、基本情况

联系人	孟云云	联系电话	18294095769
项目名称	镇原县第一人民医院 CT 球管更换项目		
采购内容	CT 球管更换		
预算金额	180 万		
供应商	重庆医药集团(甘肃)有限公司(甘肃省兰州市兰州新区清水河街 1420 号)		

二、申请理由

1、只能从唯一供应商处采购的：

2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：

3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的：

4、因专利、专有技术等原因具有唯一性：

5、其他。

原因阐述：

镇原县第一人民医院现用的 CT 机为美国通用电器公司生产，型号为 Optima680，连续曝光次数已超过了正常使用寿命，现球管已经损坏停机，球管属于 CT 机的重要配件，必须采购原厂生产的球管才能与机器配套正常使用，该球管只能通过单一来源采购方式获得原厂配件，国内其他产品不能与之匹配使用，具有唯一性。只能采用单一来源方式进行采购。

专家论证意见：

本次采购的球管是采购单位正在使用的核心配件，该设备所用配件均为美国 GE 原厂，具有唯一性和不可替代性，为保证 CT 机正常运行和图像质量，建议以单一来源的方式采购原厂球管。

专家签字：郭纲

2023年 8 月 23 日

单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：镇原县第一人民医院

编号：

一、基本情况

联系人	孟云云	联系电话	18294095769
项目名称	镇原县第一人民医院 CT 球管更换项目		
采购内容	CT 球管更换		
预算金额	180 万		
供应商	重庆医药集团(甘肃)有限公司(甘肃省兰州市兰州新区清水河街 1420 号)		

二、申请理由

1、只能从唯一供应商处采购的：

2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：

3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的：

4、因专利、专有技术等原因具有唯一性：

5、其他。

原因阐述：

镇原县第一人民医院现用的 CT 机为美国通用电器公司生产，型号为 Optima680，连续曝光次数已超过了正常使用寿命，现球管已经损坏停机，球管属于 CT 机的重要配件，必须采购原厂生产的球管才能与机器配套正常使用，该球管只能通过单一来源采购方式获得原厂配件，国内其他产品不能与之匹配使用，具有唯一性。只能采用单一来源方式进行采购。

专家论证意见：

采购单位现使用的 CT 机是 GE Optima680 原装生产，球管是 CT 的核心部件，目前国内尚无替代产品，本项目只能从原厂售后服务机构采购，具有唯一性和不可替代性，符合《政府采购法》第三十一条相关要求，建议采用单一来源的方式进行采购。

专家签字：

李 彦

2023年 8 月 23 日