

第二部分 项目需求书

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
一、假肢(33项)					
10001	单指假手指	个	硅胶，定制仿真手指，可辅助持物。标准符合《装饰性上肢假肢部件》(MZ/T220—2024)。	适用于单手指缺损，弥补外观缺损。	1
10002	装饰性假手	只	硅胶，定制仿真假手，可辅助持物。标准符合《装饰性上肢假肢部件》(MZ/T220—2024)。	适用于掌骨远、近端截肢，弥补外观缺损。	2
10003	装饰性腕离断假肢	具	装饰被动功能手、硅胶手套，定制接受腔，可辅助持物。标准符合《装饰性上肢假肢部件》(MZ/T220—2024)。	适用于不能穿戴功能性假肢的腕部截肢，弥补外观缺损。	3
10004	索控机械式腕离断假肢	具	机械假手、硅胶手套，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物。定制双层树脂接受腔及肩背带。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于不能安装肌电假肢的腕部截肢。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
10005	肌电手腕离断假肢	具	单自由度肌电假手、硅胶手套，肌电信号控制假手的开、闭，能主动持物。定制双层树脂接受腔。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于残肢肌电信号达标的腕部截肢。	3
10006	装饰性前臂假肢	具	装饰被动功能假手、硅胶手套，可辅助持物。定制双层树脂接受腔。标准符合《装饰性上肢假肢部件》(MZ/T220—2024)。	适用于不能穿戴功能性假肢的前臂截肢，弥补外观缺损。	3
10007	索控机械式前臂假肢	具	机械假手、硅胶手套，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物，腕关节被动屈伸或旋转。定制双层树脂接受腔及肩背带。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于不能安装肌电假肢的前臂截肢。	3
10008	单自由度肌电手前臂假肢	具	单自由度肌电假手、硅胶手套，肌电信号控制假手开、闭，能主动持物。定制双层树脂接受腔。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于肌电信号达标的长前臂截肢。	3
10009	双自由度肌电手前臂假肢	具	双自由度比例控制肌电假手、硅胶手套，肌电信号控制假手开、闭和腕关节屈、伸(或旋转)，能主动持物。定制双层树脂接受腔。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027 —2021)。	适用于肌电信号达标的中、短前臂截肢。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
10010	装饰性肘离断假肢	具	装饰被动功能假手，硅胶手套，可辅助持物。定制双层树脂接受腔。标准符合《装饰性上肢假肢部件》(MZ/T 220—2024)。	适用于不能穿戴功能性假肢的肘部和前臂极短残肢截肢，弥补外观缺损。	3
10011	索控机械式肘离断假肢	具	机械假手、硅胶手套，铰链式肘关节，能主动持物。牵引索控制假手开、闭和肘关节屈、伸。定制双层树脂接受腔及肩背带。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于不能安装机电假肢的肘部截肢。	3
10012	装饰性上臂假肢	具	装饰被动功能假手、硅胶手套，可辅助持物。标准假肢组件，定制双层树脂接受腔及肩背带。标准符合《装饰性上肢假肢部件》(MZ/T 220—2024)。	适用于不能穿戴功能性假肢的上臂截肢，弥补外观缺损。	3
10013	索控机械式上臂假肢	具	机械假手、硅胶手套，机械肘关节，能主动持物。牵引索控制假手开、闭和肘关节屈、伸。定制双层树脂接受腔及肩背带。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于不能安装机电假肢的上臂截肢。	3
10014	双自由度机电手电动肘上臂假肢	具	双自由度机电手、硅胶手套、电动肘关节，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈伸 或旋转，肘关节电动屈伸，定制双层树脂接受腔。标准符合《电动上肢假肢部件》(GB/T 18027—2021)。	适用于肌电信号达标的上肢截肢。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
10015	装饰性肩部假肢	具	装饰性假肢标准件，硅胶手套，有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动，可辅助持物。标准符合《装饰性上肢假肢部件》（MZ/T220-2024）。	适用于肩部截肢，弥补外观缺损。	3
10016	三自由度肌电手电动肘肩部假肢	具	肩胛胸廓关节和胸锁关节部位截肢后，上肢 该部分的替代装置。主材质为金属合金、硅胶等。标准符合《电动上肢假肢部件》（GB/T 18027—2021）。	适用于补偿肩胛胸廓缺失，生活功能辅助。	3
10017	足套式假半足	具	取型制作。标准符合《假肢下肢假肢的结构 检验要求和试验方法》（GB/T 18375—2024）。	适用于跗骨近端截肢，补缺并改善行走功能。	3
10018	足部假肢(包括赛姆假肢)	具	采用树脂接受腔、低踝假脚，取型制作。标准符合《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》（GB/T 18375—2024）。	适用于踝部包括赛姆截肢，代偿行走和站立功能。	3
10019	小腿假肢接受腔	具	碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶、硅胶或EVA内衬套。标准符合《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》（GB/T 18375-2024）。	适用于中、短小腿截肢患者更换接受腔或配置小腿假肢。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
10020	组件式小腿假肢	具	碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。标准符合《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》(GB/T 18375—2024)、《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177—2021)。	适用于小腿截肢，代偿行走和站立功能。	3
10021	组件式膝部假肢	具	碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，EVA内衬套。气压膝关节、液压膝关节、智能膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。标准符合《组件式小腿假肢》(GB/T 13461 —2008)、《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》(GB/T 18375—2024)、《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177—2021)。	适用于膝部截肢，代偿行走和站立功能。	3
10022	大小腿假肢硅胶套 (选配件)	只	带增强织物硅胶残肢套(不包含锁具)，能悬吊和控制假肢，成品。标准符合《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177—2021)。	适用于残肢皮肤瘢痕较多、短残肢、糖尿病和老年人腿部截肢，软化瘢痕、保护残肢。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
10023	大小腿假肢硅胶套锁具	套	锁住带锁具的硅胶套,起到硅胶套与接受腔连接作用,成品。标准符合《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177—2021)。	与带锁具的假肢硅胶套配合使用。	3
10024	大腿假肢接受腔	具	碳纤增强、树脂或PP材料制作,取型定制。标准符合《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177—2021)。	适用于大腿截肢者更换接受腔或配置大腿假肢。	3
10025	组件式大腿假肢	具	碳纤增强、树脂或PP材料制作的接受腔,液压膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。标准符合《组件式髋部、膝部和大腿假肢》(GB 14722—2008)、《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》(GB/T 18375-2024)、《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177---2021)。	适用于大腿截肢,代偿行走和站立功能。	3
10026	组件式髋部假肢	具	碳纤增强、树脂或PP材料制作的接受腔,多轴膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和静、动踝假脚。标准符合《组件式髋部、膝部和大腿假肢》(GB 14722—2008)、《假肢髋关节结构检验》(GB/T 19543---2004)、	适用于髋部截肢,具有行走和站立功能。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
			《假肢下肢假肢的结构检验要求和试验方法》(GB/T 18375—2024)、《假肢接受腔内衬套通用要求》(MZ/T 177—2021)。		
10027	假眼	只	新型高分子材料，定制。	适用于眼球缺损，起到装饰性作用。	4
10028	假鼻	只	硅胶，取型制作。	适用于鼻部缺损，起到装饰性作用。	3
10029	假耳	只	硅胶，取型制作。	适用于耳部缺损，起到装饰性作用。	3
10030	假乳房	只	硅胶，成品。	适用于乳房缺损，起到装饰性作用。	3
10031	假发	只	人造假发。	适用于局部或整体毛发缺损，弥补缺发或无发缺陷。	3
10032	护膝残肢袜	套	纺织物，成品。	适用于定制各类假肢的配件。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
10033	毛护套	件	动物皮毛、纺织物，成品。	适用于肢体伤疾患者对伤疾肢体的保暖，按残肢部位定制。	1
二、矫形器(40项)					
20001	手指固定托	只	低温板材，取型制作。	适用于指骨骨折及术后，固定手指。	1
20002	手指动态矫形器	具	低温板材、金属条、弹性装置，成品但可根据患者情况调整。	适用于指骨骨折后期、矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后手指功能恢复锻炼。	1
20003	掌指静态矫形器	具	聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物，成品但可根据患者情况调整。	适用于指骨近节骨折及术后的掌指关节固定保护。	2
20004	掌指动态矫形器	具	热塑板材、金属条、弹性装置，成品但可根据患者情况调整。	适用于指骨近节骨折、指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后手指伸展和屈曲功能恢复锻炼。	1
20005	腕手静态矫形器	具	热塑板材，固定带，成品但可根据患者情况调整。标准符合《腕矫形器》(GB/T 40838—2021)。	用于掌腕部骨折、腕部损伤及术后固定，保持功能位或中立位。	2
20006	腕手动态矫形器	具	热塑板材、金属条、弹性装置，成品但可根据患者情况调整。标准符合《腕矫形器》(GB/T 40838—2021)。	适用于桡神经损伤及术后固定。辅助掌指关节与拇指的伸展和屈曲，功能恢复与锻炼。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
20007	对掌矫形器	具	热塑板材，金属条及软衬材，成品但可根据患者情况调整。	适用于因正中神经麻痹、臂丛神经麻痹等引起的手指不能主动对掌的病症，使拇指与四指保持在对掌位。	2
20008	夹持矫形器	具	热塑板材，金属条，弹性装置，取型定制。	适用于手指肌力降低，腕关节保留功能，具有腕驱动持物功能。	2
20009	前臂(肘腕手)矫形器	具	聚乙烯高温板材或低温板材，带或不带肘关节铰链，取型定制。标准符合《上肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/T 34410-2017)。	适用于前臂骨折及术后保护、固定，限制前臂旋前旋后。	1
20010	上臂(肩肘)矫形器	具	热塑板材，带或不带肩关节、肘关节铰链，取型定制。标准符合《上肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/T 34410—2017)。	适用于上臂骨折及术后固定。	1
20011	全臂(肩肘腕手)矫形器	具	弹性护带、固定带，成品。标准符合《上肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/T 34410-2017)。	适用于上肢创伤和术后的保护固定，控制肩、肘、腕、手关节固定于功能位。	1
20012	肩锁关节脱位用矫形器	具	由肘托版、肩带、胸廓带等组成，成品。标准符合《上肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/T34410—2017)。	适用于肩锁关节脱位整复后的固定，使肩胛骨抬起(整个锁骨下降)，限制肩外展，防止肩关节脱位。	1
20013	肩外展矫形器 (肩外展支架)	具	热塑板，泡沫衬材，金属件，成品可调式。标准符合《支条式肩外展矫形器》(GB/T 39890—2021)。	适用于肩关节及肱骨骨折、臂丛神经损伤及术后固定。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
20014	平衡式前臂矫形器(BFO)	具	热塑板，泡沫衬材，金属件，成品，安装在轮椅上使用。标准符合《上肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/T34410-2017)。	适用于C4以上神经损伤，肩、肘屈伸肌力为1—2级以上，能稳定坐在轮椅上的四肢麻痹患者，辅助进行上肢运动，如吃饭、喝水等。	1
20015	颈托	个	塑料材质，成品。标准符合《颈部矫形器》(GB/T 37112—2018)。	适用于预防颈椎损伤和轻度颈损伤及术后固定，减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。	1
20016	颈胸矫形器	具	热塑板材，取型制作。标准符合《颈胸矫形器》(GB/T39871—2021)。	适用于颈椎的术后固定。	1
20017	胸腰骶矫形器	具	热塑板材，取型制作。标准符合《脊柱矫形器的分类及通用技术条件》(GB/T 19544-2004)。	适用于颈胸腰椎损伤及术前、术后，用于减轻颈胸腰椎的负荷，固定颈胸腰椎。	1
20018	脊柱过伸矫形器	具	主要采用金属支条或高强度热塑板材制造，框架式结构，成品但可根据患者情况调整。标准符合《脊柱过伸矫形器》(GB/T 39886—2021)。	适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变，用于控制或矫正胸腰椎后凸畸形。	1
20019	硬性围腰	具	半硬性塑料制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带，成品但可根据患者情况调整。	适用于腰胸部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定，用于加强胸腰部支撑，增强腹压、减轻脊柱负担，稳定脊柱。	1
20020	弹性围腰	件	弹性针织品，成品。标准符合《腰部矫形器弹力腰围》(GB/T 41839-2022)。	适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、腰椎间盘突出，对腰椎起支撑、保护作用，以及软骨骨性损伤的预防和	1

				保守治疗，用于增强腹压以减轻腰骶椎负担。	
产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
20021	矫形鞋垫	双	硅胶成品或EVA, 定制。	适用于纵弓塌陷，跖骨病变、根骨刺痛等，支撑足纵或横弓，减轻疼痛。	1
20022	矫形鞋	双	主要牛皮材质制作，定制。标准符合《矫形鞋要求与测试方法》(GB/T 43416—2023)。	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。	1
20023	单小架鞋	双	鞋面围头层牛皮面、胶底，牛带皮膛底，铝合金支条，定制。	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。	1
20024	双小架鞋	双	鞋面围头层牛皮面、胶底，牛带皮膛底，铝合金支条，定制。	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。	1
20025	单大架鞋	双	鞋面围头层牛皮面、胶底，牛带皮膛底，铝合金支条，定制。	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。	1
20026	双大架鞋	双	鞋面围头层牛皮面、胶底，牛带皮膛底，铝合金支条，定制。	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。	1
20027	金属支条式踝足矫形器	具	由踝铰链支条，足托，Y型(或T型)带等构成，成品但可根据患者情况调整。标准符合《踝足矫形器》(GB/T39868—2021)。	适用于踝关节不稳定和矫正足内、外翻畸形，限制踝关节运动，保持足内外侧的稳定。	2

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
20028	免荷式踝足矫形器	具	聚丙烯板材，髌韧带承重式，取型制作。标准符合《踝足矫形器》(GB/T 39868—2021)。	适用于小腿外伤及术后，限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重。	3
20029	膝踝足矫形器(腿部骨折)	具	聚乙烯板材，金属支条，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。固定膝关节、踝关节或矫正畸形。	1
20030	碳纤螺旋式踝足矫形器	具	碳纤维主体，尼龙拉带，复布海绵衬垫，成品但可根据患者情况调整。标准符合《踝足矫形器》(GB/T 39868—2021)。	适用于偏瘫或截瘫患者急性期、康复期的踝足部治疗。	1
20031:	膝关节限位矫形器	只	弹性针织品，金属或工程塑料卡盘，成品。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于大腿、小腿骨折或神经损伤恢复期功能锻炼及术后固定，控制膝关节活动范围。	1
20032	膝踝足矫形器 (胫腓骨或膝部骨折)	只	聚乙烯高温板材或低温板材，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于胫腓骨或膝部骨折，固定踝关节于功能位。	1
20033	膝矫形器	只	聚乙烯板材，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及术后，膝关节畸形，固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
20034	膝踝足矫形器(下肢瘫)	只	聚乙烯板材，金属支条，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于大腿、小腿骨折或神经损伤、下肢瘫或下肢肌力不足及术前、术后，用于固定膝、踝关节。	1
20035	髌膝踝足免荷式矫形器	只	聚乙烯板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髌铰链链接组成，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于大腿骨折、股骨头坏死、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的，用于腰骶部辅助固定。	1
20036	单侧髌人字矫形器	具	聚乙烯高温板材或低温板材，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于大腿骨、骨股胫骨折及术后。	1
20037	双侧髌人字矫形器	具	聚乙烯高温板材或低温板材，取型制作。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z41083—2021)。	适用于双侧大腿骨、骨股胫骨折及术后。	1
20038	髌膝踝足矫形器	只	聚乙烯板材，金属支条，取型制作，膝关节和踝关节根据医生要求确定活动范围。	适用于大腿骨折或神经损伤及术后。	1
20039	髌外展矫形器	具	采用定位盘锁定式髌铰链，腰骶部和大腿部采用加有软衬的塑料围托，成品。标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》(GB/Z 41083—2021)。	适用于髌关节脱位整复后固定，髌关节及其周围软组织损伤保守治疗，限制髌关节内收、外展，但可以在设定范围内自由屈曲、伸展，对髌关节起到支撑、固定和限制作用。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
20040	截瘫行走矫形器	副	聚丙烯板材，取型制作。	适用于胸腰部截瘫患者，帮助站立或近距离行走。	1
三、移动辅助器具(19项)					
30001	腋支撑拐	副	不锈钢或铝合金，高度可调。标准符合《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》(GB/T 19545.2-2009)。	适用于下肢支撑能力较差，上肢不能够控制肘拐的患者，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。	4
30002	肘支撑拐	副	不锈钢或铝合金。有前臂支撑架或环带，钢质或铝合金材质，高度可调。标准符合《单臂操作助行器具要求和试验方法第1部分：肘拐杖》(GB/T 19545.1—2012)。	适用于下肢支撑能力较差，上肢能够控制肘拐的患者，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。	4
30003	手杖	只	铝合金或碳纤维材质，成品。	适用于有一定平衡能力的体弱患者，或下肢有功能障碍的患者，提高行走的稳定性。	4
30004	助行器(室内型)	只	铝合金材质，成品。标准符合《双臂操作助行器要求和试验方法第1部分：框式助行架》(GB/T 14728.1—2006)。	适用于上肢有提握功能、下肢有功能障碍患者的室内康复锻炼，用于减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。	4
30005	轮式助行器(带座)	个	铝合金材质，具有助行架功能，有收纳袋，可以让使用者坐下休息，有制动功能。标准符合《双臂操作助行器具要求和试验方法第2部分：轮式助行架》(GB/T 14728.2—2008)。	适用于不需借助轮椅的残疾患者外出使用，用前臂支撑辅助行走。	4

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
30006	移位机	辆	轮式结构，可自由移位，带有电动升降的悬吊架。标准符合《功能障碍者移位机要求和实验方法》(GB/T 20404—2014)。	适用于帮助护理人员移动重症残疾人。	4
30007	偏瘫轮椅	辆	主要部件采用轻质金属材料，强度、耐用性和安全性符合《手动轮椅车》(GB/Z 13800—2021)。手摇驱动，或外力助动，可实现坐姿的适度调整，脚托和腿托可拆卸，踏板可翻、高度可调，踏板支架可外旋。标准符合《机动轮椅车》(GB 12995—2006)。	适用于偏瘫后健侧上肢功能正常、偏瘫一侧的上下肢失去自主运动功能患者的室内移动。	3
30008	道路型三轮轮椅车	辆	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合《手动轮椅车》(GB/Z 13800—2021)。手摇驱动。	适用于上肢功能正常，下肢功能存在障碍的患者，用于室外较长距离移动的代步工具。	3
30009	普通型轮椅	辆	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合《手动轮椅车》(GB/Z 13800—2021)，手摇驱动，或外力助动，包括助推轮椅、手动轮椅、带座便功能的轮椅等(任选其一)，为固定扶手，固定式脚踏板。	适用于上肢功能正常，下肢功能存在障碍的患者，用于室外较长距离移动的代步工具。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
30010	高活动运动轮椅	辆	为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金等。	适用于上肢臂力较好能够自行驱动轮椅，身体控制能力强的下肢肢体功能障碍患者，用于室内外移动代步工具。	3
30011	定制轮椅	辆	为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金等。根据身体尺寸量身定制。	适用于肢体功能严重障碍或身体严重畸形的肢体功能障碍患者。	3
30012	道路型电动三轮轮椅车	辆	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合《电动轮椅车》(GB/T 12996—2012)。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。	适用于上臂功能和操作意识正常的下肢功能障碍患者，适合在道路上远距离行驶。	3
30013	电动四轮轮椅车	辆	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合《电动轮椅车》(GB/T 12996—2012)。以蓄电池为能源：直流驱动，每次充电后可行驶40 公里，最大时速为15km/h。	适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫，适合在道路上远距离行驶。	3
30014	高靠背轮椅	辆	配有头枕、身体固定带、腿托等配件，靠背可调为全躺位或半躺位的手动轮椅。标准符合《电动轮椅车》(GB/T 12996—2012)。	适用于难以在轮椅上保持坐姿但需较长时间依赖轮椅移动的重度肢体残疾患者。	3
30015	室内型动力转向电动轮椅车	辆	肢体功能障碍患者使用电子控制器启动轮椅。主材质为金属合金等。动力转向，室内型。	适用于三肢或四肢功能障碍患者，通过动力操纵来驱动轮椅车进行室内活动。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
30016	定制式电动轮椅车	辆	肢体功能障碍患者使用电子控制器启动轮椅。主材质为金属合金等。动力转向,室外型。	适用于无认知障碍的重度肢体功能障碍患者。	3
30017	电子定位辅助器具	个	电子导向器具,用于在一定范围内提供信息来确定相对位置。具有卫星定位、导航功能与语音指示方向功能。主材质为塑料、电子元器件等。	适用于视力功能障碍患者定位、位置导航与确定所处的相对位置及障碍物,方便出行。	2
30018	电动轮椅控制器防水罩	个	保护电动轮椅控制器,防止液体进入。	适用于使用电动轮椅的肢体残疾患者。	2
30019	盲杖	个	塑料,碳纤或金属等材质,成品。标准符合 《盲杖第2部分:性能要求和试验方法》(GB/T16930.2—2021)。	适用于视力残疾。用于辅助视力残疾人行走。	3
四、生活自理类辅助器具(15项)					
40001	站立架	个	主要部件采用金属材料,成品。标准符合《康复训练器械站立架》(GB/T 28919—2012)。	适用于截瘫患者站立训练。帮助截瘫患者站立,有利于患者改善微循环,减少并发症发生。	5
40002	护理床	张	主要部件采用金属材料,海绵床垫。	适用于四肢瘫或高位截瘫导致长期卧床患者的辅助护理。	7

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
40003	多功能电动护理床	张	有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。通常由支架、电机、脚轮、底座支腿、控制器组件和扶手等组成。主材质为金属等。	适用于失能、半失能等身体功能障碍患者，方便调整床垫、移位、休息和护理，增加舒适性。	7
40004	防褥疮床垫	个	硅胶或凝胶气囊，成品。	适用于长期卧床患者，由气囊支撑体重，分散压力。	3
40005	防褥疮坐(靠)垫	个	硅胶或凝胶气囊，成品。	适用于偏瘫、截瘫患者配合轮椅使用，由气囊支撑体重，分散压力。	2
40006	供氧器(制氧机)	台	呼吸罩：由硅胶制的鼻口呼吸面罩、导管、气囊及气阀、氧气袋构成(使用年限1年)。供氧机：由储氧瓶(袋)或氧气发生器(包括从周围空气浓缩氧气的装置)、流量调节阀、压力表、导管和鼻塞等构成。不使用制氧剂。	适用于各种原因导致的呼吸困难缺氧障碍。提供较高浓度的氧气。	5
40007	坐便辅助器	只	主要部件采用金属、塑料材质，成品。标准符合《座便椅(凳)》(GB/T 24434-2009)。	适用于辅助行动不方便患者如厕使用。	3
40008	集尿器	个	电动负压吸收尿液，具有感应排尿和集尿功能。	适用于长期卧床的尿失禁或小便不能自理患者。	3

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
40009	固定抓握栏杆和拉手	个	牢固连接到墙壁，或连接墙壁和地板，或墙壁与天花板和地板之间的装置，通常是直的或成角度的杆，以便对站立或更换位置时的个人提供支撑。主材质为不锈钢、铝合金、树脂等。	适用于身体功能障碍患者，固定在墙上或家具上使人在变换体位时抓握，辅助移位。	3
40010	坐便椅	张	内置贮存箱在远离洗手间外大、小便的椅子，带或不带脚轮。主材质为金属、塑料、皮革、木质等。	适用于移动困难或蹲起困难的肢体功能障碍患者，便于如厕、移动。	3
40011	便盆	个	收集人体排泄物的容器；便于人在床上等地方大小便。主材质为塑料等。	适用于下肢功能障碍患者，收集人体排泄物的容器。	2
40012	有轮盆浴椅	张	在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。带脚轮。主材质为铝合金等。	适用于肢体功能障碍患者，辅助盆浴、淋浴。	3
40013	弯柄洗澡刷	个	沐浴清洁身体的器具。主材质为塑料等。	适用于肢体功能障碍患者，辅助擦洗身体，尤其是背部。	2
40014	洗浴床	张	帮助肢体功能障碍患者助浴、洗澡的器具。主材质为不锈钢、硅胶、塑料、ABS树脂等。	适用于重度肢体功能障碍患者，辅助卧床者躺着沐浴。	7
40015	跌倒报警装置	件	自动感知身体功能障碍患者身体平衡状态，如跌倒，将会及时报警。主材质为塑料、电子元器件等。	适用于身体功能障碍患者跌倒时的报警。	5

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
五、信息交流辅助器具(14项)					
50001	耳背式助听器	个	电子产品，在成品基础上验配。	适用于听力损失大于90dB的听力残疾人员。用于听力残疾人补偿听力。	6
50002	耳内式助听器	个	电子产品，在成品基础上验配。	适用于听力损失小于90dB的听力残疾人员。用于听力残疾人补偿听力。	6
50003	耳道式助听器	个	电子产品，在成品基础上验配。	适用于听力损失小于81dB的听力残疾人员。用于听力残疾人补偿听力。	6
50004	光学助视器	个	眼镜式、手持式或台式，光学镜片，成品。	适用于低视力者，具有放大功能，放大数倍固定。	5
50005	台式电子助视器	台	放大物体图像的器具。主材质为金属等。有远用、近用、远近两用等种类。	适用于视力功能障碍患者，多种度数放大，使用方便。	5
50006	盲人用手机	部	通过移动网络进行通话的设备。主材质为塑料、电子元器件等。具有语音导航功能、文字转语音等功能。	适用于辅助视力功能障碍患者远距离交流，随身携带，方便工作及生活。	5

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
50007	语音发生器	个	在喉部产生空气振动的装置，可通过软腭、舌和嘴的运动将振动转换成语言。主材质为橡胶、电子元器件等。	适用于言语障碍患者，通过语音发声器可将喉部振动转换成语言，达到与外界交流的目的。	5
50008	盲人用键盘、大字键盘	件	计算机输入设备，是操作计算机设备运行的一种指令和数据输入装置。主材质为塑料等。	适用于视力功能障碍患者完成计算机输入。	5
50009	手握式键盘敲击器	件	替代计算机输入的设备。主材质为塑料等。	适用于支配手指运动的周围神经损伤及手指关节活动受限患者使用。	5
50010	掌套式键盘敲击器	件	替代计算机输入的设备。主材质为塑料等。	适用于支配掌指运动的周围神经损伤及掌指关节活动受限患者使用。	5
50011	腕套式键盘敲击器	件	替代计算机输入的设备。主材质为塑料等。	适用于支配腕掌指运动的周围神经损伤及腕掌指关节活动受限患者使用。	5
50012	肢体障碍患者模拟鼠标 或键盘软件	件	计算机输入的程序、屏幕键盘等相关软件。	适用于肢体功能障碍患者用输入的软件来进行计算机操作。	5
50013	大轨迹球鼠标	件	用以替代计算机鼠标的设备。主材质为塑料等。	适用于手指精细功能差者可用手掌等其他部位操控电脑。	5
50014	脚控鼠标	件	用以替代计算机鼠标的设备。主材质为塑料等。	适用于肢体功能障碍患者用脚的前后左右移动和按压动作来代替手完成操控鼠标的功能。	5

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
六、其他辅助器具(7项)					
60001	失禁报警器	台	机电产品，成品。	适用于长期卧床不能自理患者，用于大小便失禁报警。	5
60002	全口假牙	件	复合树脂牙、塑料基托(甲基丙烯酸甲酯)、铸造金属基托(钴铬合金、钛)，定制。	代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。适用于上颌 或下颌牙齿的全部缺失者。	3
60003	半口假牙	件	复合树脂牙、塑料基托(甲基丙烯酸甲酯)、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环(钴铬合金、钛)，定制。	代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿。	3
60004	面部赝复体	件	仿制全部或部分面部外观的装置。主要材质为金属、塑料等。	适用于面部缺损，弥补面部缺陷	3
60005	安全背带	套	帮助照护者转移患者的器具。主材质为牛津布、聚丙烯等。	适用于移位困难者，将带子套在残疾者身上，护理者抓住带子辅助抬起并移位。	3
60006	静脉曲张袜	双	具有促进静脉血液回流心脏功能，预防和缓解静脉曲张类疾病的器具。主材质为高弹纤维棉等。	适用于腿部静脉曲张疾病的防治，舒缓静脉曲张压力，促进静脉血液回流。	1

产品编号	名称	单位	主要技术要求	适用范围	使用年限(年)
60007	取物钳	个	用于远距离握持或抓取物体的装置。主材质为不锈钢、塑料等。	适用于手部疾患者和行动不便者拿取物品。	3

注：1. 使用年限为产品的正常使用年限。
2. 康复辅助器具相关技术和质量要求应当符合有关国家强制性标准，标准有调整的按照最新版本执行。