

单一来源采购方式专业人员论证意见



姓名: 李艾薇  
职称: 主任药师  
工作单位: 定西市人民医院  
项目名称: 定西市第二人民医院数字减影X线血管造影机球管采购项目  
供应商名称: 西门子医疗系统有限公司

定西市第二人民医院所购的数字减影X线血管造影机球管采购项目, 在技术参数中要求: 1. 球管采用液态金属轴承技术, 2. 中焦点采用平板灯丝技术, 3. 球管焦点3个。  
以上技术参数必须匹配德国西门子Artis zee III ceiling 血管机配套型号为Cat plus球管, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源采购方式。

李艾薇

日期: 2024年6月21日

采购方式专业人员论证意见



姓名: 张凯

职称: 主任医师

工作单位: 定西市中医医院

项目名称: 定西市第二人民医院数字减影X线血管造影机球管采购项目

供应商名称: 西门子医疗系统有限公司

来则单位所来见的数字减影X线白管造影机球管为德国西门子Artis zeell ceiling 数字减影X线白管造影系统(白管机)的核心配件,该核心部件必须要与原主机的软件、硬件匹配方可保证整体设备的正常运转。其关键技术参数如: 1. 阳极热容量  $\geq 3.375 \text{ MHU}$ 。 2. 球管制造  $\geq 3$  个。 3. 球管采用钛合金轴承技术制造。 其它同类产品无法替代该核心部件要求: 必须统一来源采购原厂家的球管。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。

张凯

日期: 2024年6月29日

单一来源采购方式专业人员论证意见



姓名：张建军

职称：副教授

工作单位：甘肃中医药大学

项目名称：定西市第二人民医院数字减影X线血管造影机球管采购项目

供应商名称：西门子医疗系统有限公司

医疗机构拟采购的数字减影X线血管造影机球管，为进口德国西门子Artis zee III ceiling数字减影X线血管造影系统的配件，技术参数要求：球管采用液态金属轴承技术；阳极热容量 $\geq 3.375\text{MUL}$ ；球管焦点 $\geq 3$ 个，要求中焦点采用平板灯丝技术，中焦点可实现标准正方形。最大焦点功率 $\geq 90\text{kW}$ ，为保证设备系统性和精确性，球管型号：Cat. plus。其它产品无法满足技术要求，必须采购西门子原厂球管，本次采购只能以单一来源方式采购。本采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定！

张建军

日期：2024年6月21日