

# 上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）医疗设备更新项目（二标段）（三次）

## 更正公告

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JQZFCG-2024-1152 号

原公告的采购项目名称：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）医疗设备更新项目（二标段）

首次公告日期：2024 年 11 月 28 日

### 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 24：床宽度： $\geq 50\text{cm}$ ”。

现更正为：删除此条款要求。

2. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 50：球管阳极热容量： $\geq 3.7\text{MHU}$ ”。

现更正为：删除此条款要求。

3. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 51：球管管套热容量： $\geq 6.5\text{MHU}$ ”。

现更正为：删除此条款要求。

4. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 57: 直接油冷或水冷”。

**现更正为:** 删除此条款要求。

5. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 79: 可存储单幅及序列透视图像 $\geq 2000$  幅的连续动态透视图像”。

**现更正为:** 删除此条款要求。

6. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 133: 3D 全流程实时逐步引导采集功能, 智能提示造影剂用量及曝光参数”。

**现更正为:** 删除此条款要求。

7. 原招标文件(一包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 139: 具有虚拟支架功能”。

**现更正为:** 删除此条款要求。

8. 原招标文件(二包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 13: 床宽度:  $\geq 50\text{cm}$ ”。

**现更正为:** 删除此条款要求。

9. 原招标文件(二包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 45: 油冷或水冷”。

**现更正为:** 删除此条款要求。

10. 原招标文件(二包)中第五章采购内容-第二部分 技术要求“技术参数 60: 可存储单幅及序列透视图像 $\geq 2000$  幅的连续动态透

视图像”。

**现更正为：**删除此条款要求。

11. 原招标文件（二包）中第五章采购内容-第二部分 技术要求  
“技术参数 112：3D 全流程实时逐步引导采集功能，智能提示造影剂  
用量及曝光参数”。

**现更正为：**删除此条款要求。

12. 原招标文件（二包）中第五章采购内容-第二部分 技术要求  
“技术参数 118：具有虚拟支架功能”。

**现更正为：**删除此条款要求。

13. 原招标文件（二包）中第五章采购内容-第二部分 技术要求  
“技术参数 121：能提供原厂类 CT 的软组织图像，能够进行机架  
正位和侧位的类 CT 采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊  
柱、四肢部分的采集和重建。”。

**现更正为：**删除此条款要求。

更正日期：2024 年 12 月 13 日

### **三、其他补充事宜**

注：供应商应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网，  
以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站获取相  
关信息，对其产生的后果由供应商自行承担。

招标文件与本公告有冲突的，执行本公告内容，本更正同时变更  
招标文件内容相关其它条款，其他内容不变。

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名 称：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）

地 址：酒泉市肃州区风电大道 9 号

联系方式：0937-6982661

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃博闻正信项目咨询有限公司

地 址：酒泉市肃州区文体路 6 号中天国际 B 座 605 室

联系方式：13309370326

3. 项目联系方式

项目联系人：姜柯男

电 话：13309370326