

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杜庆东
	职称:	工程师
	工作单位:	定西市第二人民医院
项目信息	项目名称:临洮县人民医院西门子 SOMATOM Definition 64 排 CT 管球组件采购项目	
	供应商名称:西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位拟采购的西门子 SOMATOM Definition 64 排 CT 管球组件在技术参数上要求:1.重量(不包括附件):38公斤;2.阳极最大热容量:相当于 50 MHU(6.5 MHU/min 的冷却速率)。以上技术要求只有西门子医疗系统有限公司生产的型号为 STRATON MX P 的球管能够满足,其它厂家生产的产品无法满足,必须使用单一来源采购方式采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。</p>	
专业人员签字:	杜庆东	
	日期:2024.8.16	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨晓宇
	职称:	高级工程师
	工作单位:	临洮县人民医院
项目信息	项目名称:	临洮县人民医院西门子 SOMATOM Definition 64 排 CT 管球组件采购项目
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目拟采购的西门子 SOMATOM Definition 64 排 CT 管球组件，由于该设备的配件必须使用西门子原厂配件。其它品牌或生产厂家的产品无法与该设备配套使用。参数同时最大热容量：相当于 50mAH (6.5MV/min 的冷却速率)。重量：38kg。也只有西门子生产的 STHATOM MIX 能够满足要求，故必须使用单一来源政府采购方式采购。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。</p>	
专业人员签字:	杨晓宇	
	日期: 2024.8.16	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈广平
	职称:	工程师
	工作单位:	定西市人民医院
项目信息	项目名称:	临洮县人民医院西门子 SOMATOM Definition 64 排 CT 管球组件采购项目
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>临洮县人民医院拟采购的64排CT管球组件,主要用于该院西门子 SOMATOM Definition 64排CT,由于CT管球组件为CT机的核心部件,其它单位生产的管球组件无法替代使用,为了满足设备的安全性、有效性,必须使用西门子生产的STRATON MX P管球组件,必须采用单一来源政府采购方式采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。</p>	
专业人员签字:	陈广平	
	日期: 2024.8.16	

临洮县人民医院西门子 SOMATOM Definition 64 排 CT 管球组件采购项目单一来源论证专家联系方式

专家类别	专家姓名	工作单位及部门	职称/职务	联系方式	身份证号
技术类	李洪伟	定西市第二人民医院	工程师	18774290886	62242119603010039
技术类	何晓军	定西市肿瘤医院中心	副主任技师	13079362885	620105196701102019
技术类	郭广平	定西市人民医院	工程师	18993230226	622421192503156414

注：专家组应当由三人以上的单数组成，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家；采购人代表不得作为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得作为采购评审专家（即评标专家）参与同一项目工作的采购评审工作。

本证书由甘肃省人事厅批
准和颁发，它表明持证人通过相应
专业技术职务任职资格评审委员会

评审



编号甘职高字第：621051号



姓名 杨培军

性别 男 民族 汉

出生 1967年1月10日

住址 甘肃省定西市安定区西环
路国税局家属院

公民身份号码 620105196701102019



姓名 陈广平

性别 男

出生年月 1975年3月

出生地点 甘肃泾川

专业名称 临床医学技术

资格级别 中级

授予时间 2015年10月

首次有效期

注册登记

有效期间	注册单位及时间
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日
年 月至 日	年 月 日



中华人民共和国 居民身份证



签发机关 安定区公安局

有效期 2015.07.02~长期



杜庆东

姓 名 1956年3月1日

性 别 女
地 址 甘肃省定西市安定区解放
路51号

公民身份证号码 622421196603010039

