

单一来源论证专家咨询信息表

项目名称：灵台县皇甫谧中医院 64 排 CT 三年维保项目

专家签字	所在单位	职称	联系方式
任国建	灵台县医院	放射主管技师	13993349511
张永林	灵台县人民医院	副主任医师	13993349878
陶富军	灵台县人民医院	副主任医师	13918544510



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名	任国建	职 称	副主任医师
	工作单位	灵台县人民医院	联系电话	18993349511
项目信息	采购单位：灵台县皇甫谧中医院			
	项目名称：灵台县皇甫谧中医院 64 排 CT 三年维保项目			
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司			
专业人员论证意见	1. 飞利浦 64 排 CT 核心部件及附件具有单一性，除厂家供货外，其他途径采购的附件质量不能够达到原厂要求。 2. 设备技术要求高，厂家对第三方的技术支持程度不够。 3. 第三方维修公司的技术支持，一定程度上不能完全保障设备高效、良好的运转。			
专业人员签字	任国建	日 期	2025.5.14	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名	张明华	职	副主任医师
	工作单位	灵台县人民医院	联系电话	13993449878
项目信息	采购单位：灵台县皇甫谧中医院			
	项目名称：灵台县皇甫谧中医院 64 排 CT 三年维保项目			
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司			
专业人员论证意见	1. 对管系、CT 核心部件，具有唯一性，接受其配备原厂原装正品规格管。 2. CT 装置技术含量高，原厂对第三方之支持及配合程度不够。 3. 原厂部件等，能得完全保障设备正常运转。			
专业人员签字	张明华		日 期	2024.5.14

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名	陶富军	职 称	副主任医师
	工作单位	灵台县人民医院	联系电话	13814544570
项目信息	采购单位：灵台县皇甫谧中医院			
	项目名称：灵台县皇甫谧中医院 64 排 CT 三年维保项目			
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司			
专业人员论证意见	球管为CT的重要组成部分，市场上知名品牌CT均为专用球管，第三方球管不能保证与现有设备完全匹配，不能保证现有设备的正常运行，故同意飞利浦64排球管采用单一来源方式进行采购。			
专业人员签字	陶富军		日 期	2025.5.14