

五、分项报价表

项目名称： 酒泉市畜牧兽医总站2025年动物疫病检测试剂及设备采购项目（二次）

采购包名称： 酒泉市畜牧兽医总站2025年动物疫病检测试剂及设备采购项目（二次）

项目编号： JQTX2025JQ019

序号	货物名称	规格参数	品牌	生产厂家名称	单价	数量（台/套）	投标总价（元）	备注
1	猪瘟病毒荧光 RT-PCR 检测试剂盒	1. 可用实时荧光 RT-PCR 方法检测猪扁桃体、淋巴结等组织和血清 中 猪瘟病毒核 酸。 2. 规格 45 份/盒以 上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内 及批间差异 ≤3%。 6. 收货 时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成： 阴性对照、阳 性对照、RT- PCR 反应液、 酶混合液、 荧 光探针、说明 书。 8. 反应体 系为 50μL 以 内。	圣博	石家庄圣博科 技有限公司	1500	7盒	10500	无
2	猪繁殖与呼吸 综合征病毒荧 光 RT-PCR 检 测 试剂盒	1. 可用实时荧 光 RT-PCR 方 法检测猪肺、 扁桃体、脑组 织和血清 中的 猪繁殖与呼吸 综合征病毒核 酸。 2. 规格 45 份/盒以 上。 3. 敏感 性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳 定性批内及批 间差异≤3%。 6. 收货时有效 期在 10 个月 以上。 7. 试 剂盒组成：阴 性对照、阳性 对照、RT-PCR 反应液、酶混 合液、 荧光探 针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科 技有限公司	1500	7盒	10500	无

3	猪圆环病毒 1 型 实时荧光 PCR 检测试剂盒	1. 可用实时荧光 PCR 方法检测猪血清和组织中的猪圆环病毒 1 型核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成: 阴性对照、阳性对照、PCV1 反应混合液、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	7盒	10500	无
4	猪伪狂犬病毒实时荧光 PCR 检测试剂盒	1. 可用实时荧光 PCR 方法检测猪血清、组织和精液中的猪伪狂犬病毒 gB 基因。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成: 阴性对照、阳性对照、PRVgB 反应混合液、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	7盒	10500	无
5	猪细小病毒实时荧光 PCR 检测试剂盒	1. 可用实时荧光 PCR 方法检测猪血清和组织中的猪细小病毒核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成: 阴性对照、阳性对照、PPV 反应混合液、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	7盒	10500	无

6	小反刍兽疫病毒荧光 RT-PCR 检测试剂盒	1. 可实时荧光 RT-PCR 方法检测疑似感染动物的眼鼻分泌物、鼻咽拭子和抗凝血（病毒血症期）以及剖检动物的脾脏、肺脏、淋巴结（肠道或肺门）和肠中的小反刍兽疫病毒核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98% 以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤ 3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	5盒	7500	无
7	狂犬病毒（RV）核酸检测试剂盒（荧光 RT-PCR 法）	1. 可用实时荧光 RT-PCR 方法检测狂犬病疑似动物脑组织、唾液样品中的狂犬病病毒核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98% 以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤ 3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	4盒	6000	无

8	新城疫病毒型 荧光 RT-PCR 检 测试剂盒	1. 可用实时荧光 RT-PCR 方法检测禽血清、组织、呼吸道分泌物中的新城疫病毒的核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	4盒	6000	无
9	禽流感病毒荧光 PCR 检测试剂盒（通用型）	1. 可用实时荧光 RT-PCR 方法检测禽组织、分泌物、排泄物及尿液中所有亚型的禽流感病毒的核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	5盒	7500	无

10	口蹄疫病毒荧光 RT-PCR 检测试剂盒 (通用型)	1. 可用实时荧光 RT-PCR 方法检测偶蹄动物血清、水疱皮、水疱液及 OP 液中所有血清型的口蹄疫病毒的核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	11盒	16500	无
11	牛结核分枝杆菌 (BMT) 核酸检测试剂盒 (荧光-PCR 法)	1. 可用荧光 PCR 方法检测动物痰、尿、粪、乳汁、淋巴结、肺脏组织内的结核分枝杆菌复合群的核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μL 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	4盒	6000	无

12	牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒	1. 可用荧光PCR方法检测牛EDTA抗凝血、血清和组织中的牛结节性皮肤病病毒的核酸。 2. 规格 45 份/盒以上。 3. 敏感性 98%以上。 4. 特异性 100%。 5. 稳定性批内及批间差异 ≤3%。 6. 收货时有效期在 10 个月以上。 7. 试剂盒组成阴性对照、阳性对照、RT-PCR 反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8. 反应体系为 50μl 以内。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	4盒	6000	无
13	布病虎红平板抗原	1. 用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。 2. 保存条件：2-8℃保存。 3. 试剂盒规格：10ml/瓶、10 瓶/盒。 4. 收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	110	1200瓶	132000	无
14	布病虎红平板阳性对照	1. 用于布氏菌病虎红平板凝集试验阳性对照。 2. 保存条件：8℃以下保存。 3. 试剂盒规格：1ml/瓶、10 瓶/盒。 4. 收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	80	7瓶	560	无
15	布病虎红平板阴性对照	1. 用于布氏菌病虎红平板凝集试验阴性对照。 2. 保存条件：8℃以下保存。 3. 试剂盒规格：1ml/瓶、10 瓶/盒。 4. 收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	80	7瓶	560	无

16	布病试管凝集抗原	1. 用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 2. 保存条件：抗原在 2-8℃保存。阴性血清和阳性血清在 8℃以下保存。 3. 试剂盒规格：10ml/瓶（抗原）、1ml/瓶（阴、阳性血清）、10 瓶/盒。 4. 收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	120	50瓶	6000	无
17	布病试管凝集阳性对照	1. 用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 2. 保存条件：抗原在 2-8℃保存。阴性血清和阳性血清在 8℃以下保存。 3. 试剂盒规格：10ml/瓶（抗原）、1ml/瓶（阴、阳性血清）、10 瓶/盒。 4. 收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	130	30瓶	3900	无
18	布病试管凝集阴性对照	1. 用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 2. 保存条件：抗原在 2-8℃保存。阴性血清和阳性血清在 8℃以下保存。 3. 试剂盒规格：10ml/瓶（抗原）、1ml/瓶（阴、阳性血清）、10 瓶/盒。 4. 收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	80	10瓶	800	无

19	布病荧光偏振法检测试剂盒	1. 用于检测牛、羊血清中布鲁氏菌抗体。 2. 检测要求：以荧光素标记的小分子量片段作为抗原。 3. 以非免疫牛血清作阴性对照。阳性对照血清，荧光偏振值符合（FP）$\geq 200\text{mp}$。 4. 敏感度：97%以上；特异性：98%以上。 5. 检测通量：同时检测 96 份样本。 6. 检测时间：96 份样本的检测时间≤ 15 分钟。 7. 储存条件与有效期：试剂盒 2-8℃避光保存，收货时有效期在 10 个月以上。 8. 规格：500T/盒以上。	中联瑞	中联瑞（北京）生物科技有限责任公司	9500	2盒	19000	无
20	犬棘球蚴虫粪抗原夹心 ELISA 检测试剂盒	1. 采用双抗体夹心 ELISA 方法检测犬粪样本中的犬细粒棘球蚴虫抗原。 2. 规格 96 份/盒以上。 3. 敏感性、特异性均达到 96%以上。 4. 重复性：批内及批间差均小于 5%。 5. 贮藏与有效期：于 2-8℃避光保存，收货时有效期在 10 个月以上。 6. 试剂盒组成：Eg 单克隆抗体包被板、Eg 阳性对照、Eg 阴性对照、Eg 临界对照、Eg 样品稀释液、Eg 单克隆抗体酶标记物、显色液 A、显色液 B、20 倍以上浓缩洗涤液、终止液、一次性封板膜、说明书。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1600	7盒	11200	无

21	改进型口蹄疫病毒 O 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	1. 采用液相阻断 ELISA 方法检测猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫 O 型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。 2. 试剂盒主要组成：兔抗包被 ELISA 板、U 型 96 孔抗原抗体反应板、移液槽、口蹄疫 O 型病毒抗原、口蹄疫 O 型豚鼠抗体工作液、兔抗豚鼠 IgG-HRP 工作液、口蹄疫 O 型阳性对照血清、口蹄疫阴性对照血清、25 倍以上 PBST 浓缩洗液、TMS 底物 A、B 溶液、终止液、封膜板。 3. 敏感性：98%以上。 4. 特异性：98%以上。 5. 稳定性：批内及批间差异≤3%。 6. 规格：5*96 孔板/盒，可检测样品 100~200 份。 7. 储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分 2-8℃保存。 8. 收货时有效期在10个月以上。	兰兽研	兰州兽研生物科技有限公司	1500	40盒	60000	无
----	---------------------------------------	---	-----	--------------	------	-----	-------	---

22	改进型口蹄疫病毒 A 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	1. 采用液相阻断 ELISA 方法检测猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫 A 型病毒抗体, 适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。 2. 试剂盒主要组成: 兔抗包被 ELISA 板、U 型 96 孔抗原抗体反应板、移液槽、口蹄疫 A 型病毒抗原、口蹄疫 A 型豚鼠抗体工作液、兔抗豚鼠 IgG-HRP 工作液、口蹄疫 A 型阳性对照血清、口蹄疫阴性对照血清、25 倍以上 PBST 浓缩洗液、TMS 底物 A、B 溶液、终止液、封膜板。 3. 敏感性: 98% 以上。 4. 特异性: 98% 以上。 5. 稳定性: 批内及批间差异 $\leq 3\%$。 6. 规格: 5*96 孔板/盒, 可检测样品 100~200 份。 7. 储存条件: 病毒抗原 -20℃ 以下保存, 其余试剂盒组分 2-8℃ 保存。 8. 收货时有效期在 10 个月以上。	兰兽研	兰州兽研生物科技有限公司	1500	10盒	15000	无
----	---------------------------------------	--	-----	--------------	------	-----	-------	---

23	小反刍兽疫阻断 ELISA 抗体检测 测试剂盒	1. 采用阻断 ELISA 方法检测绵羊、山羊和其他易感动物血清样本中的小反刍兽疫病毒抗体。2. 规格：96 份/盒以上。3. 敏感性、特异性均达到 96%以上。4. 重复性：批内及批间差均小于 5%。5. 稳定性：批内及批间差异≤3%。6. 试剂盒组成：PPRV 抗原包被板、PPRV 阴性对照、PPRV 阳性对照、PPRV 样品稀释液、PPRV 酶标记物、显色液 A、显色液 B、终止液、20 倍以上浓缩洗涤液、样品稀释板、一次性封板膜、说明书。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	45盒	67500	无
24	动物包虫抗体酶联免疫抑制检测试剂盒（测免疫抗体用）	1. 用于羊棘球蚴疫苗免疫后抗体的血清学诊断。2. 规格：2×96 孔板/盒，可检测血清样品 184 份以上。3. 试剂盒组成：已包被棘球蚴抗原酶标板板2块、25 倍以上 PRST 浓缩液、血清稀释液、酶标记二抗溶液、羊包虫病阴性对照血清、羊包虫病阳性对照血清、底物溶液、终止液、一次性封板膜、说明书。4. 敏感性：98%以上。5. 特异性：98%以上。6. 稳定性：批内及批间差异≤3%。7. 贮存与有效期：2~8℃保存，收货时有效期在6个月以上。8. 试剂盒满足中华人民共和国农业行业标准《动物棘球蚴病诊断技术（NT/T1466-2018）》。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1500	7盒	10500	无

25	动物包虫抗体酶联免疫抑制检测试剂盒（测感染抗体用）	1. 用于羊棘球蚴（包虫）病抗体检测、诊断及流行病学调查。2. 规格：2×96 孔板/盒，可检测血清样品 184 份以上。3. 试剂盒组成：已包被棘球蚴抗原酶标板板2 块；25 倍以上 PBST 浓缩液、血清稀释液、酶标记二抗溶液、羊包虫病阳性对照血清、羊包虫病阴性对照血清、底物溶液、终止液、一次性封板膜、说明书。4. 敏感性：98% 以上。5. 特异性：98% 以上。6. 稳定性：批内及批间差异 ≤3%。7. 贮存与有效期：2～8℃保存，收货时有效期在6 个月以上。8. 试剂盒满足中华人民共和国农业行业标准《动物棘球蚴病诊断 技术（NT/T1466-2018）》。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1600	10盒	16000	无
26	非洲猪瘟感染抗体检测试剂盒	1. 用间接 ELISA 方法检测猪血清中非洲猪瘟病毒的抗体。2. 规格：96 份/盒。3. 敏感性、特异性均达到 96% 以上。4. 重复性：批内及批间差均小于 5%。5. 贮藏与有效期：于 2-8℃避光保存，收货时有效期在 10 个月以上。6. 试剂盒组成：ASFV 抗原包被板、ASFV 阴性对照、ASFV 阳性对照、ASFV 样品稀释液、ASFV 酶标记物、显色液 A、显色液 B、终止液、20 倍以上浓缩洗涤液、样品稀释液、样品稀释板、一次性封板膜、说明书。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1000	10盒	10000	无

27	羊痘 ELISA 抗体 检测试剂盒	1. 用 ELISA 方法检测绵羊、山羊和其他易感动物血清样本中的羊痘病毒抗体。 2. 规格：96 份/盒。 3. 敏感性、特异性均达到 96%以上。 4. 重复性：批内及批间差均小于 5%。 5. 贮藏与有效期：于 2-8℃ 避光保存，收货时有效期在 10 个月以上。	圣博	石家庄圣博科技有限公司	1000	2盒	2000	无
28	禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验抗原	1. 用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体。 2. 主要成分与含量：抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒，血凝（HA）效价不低于 1 : 128。 3. 规格：2ml/瓶。 4. 贮藏与有效期：-15℃ 以下保存，收货时有效期在 10 个月以上。	国生研	哈尔滨国生物科技股份有限公司	250	8瓶	2000	无
29	禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验阳性血清	1. 用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体。 2. 含量：测定鸡血清时，使用禽流感病毒H5亚型鸡阳性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制（HI）抗体效价不低于 1 : 128。 3. 规格：2ml/瓶。 4. 贮藏与有效期：-15℃ 以下保存，收货时有效期在 10 个月以上。	国生研	哈尔滨国生物科技股份有限公司	250	8瓶	2000	无
30	禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验抗原	1. 用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体。 2. 主要成分与含量：抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒，血凝（HA）效价不低于 1 : 128。 3. 规格：2ml/瓶。 4. 贮藏与有效期：-15℃ 以下保存，收货时有效期在 10 个月以上。	国生研	哈尔滨国生物科技股份有限公司	250	8瓶	2000	无

31	禽流感病毒H7 亚型血凝抑制 试验阳性血清	1. 用于HI试验 检测禽流感病 毒H7 亚型抗 体。 2. 含量： 测定鸡血清 时，使用禽流 感病毒H7 亚型 鸡阳性血清作 为 对照血清， 阳性血清血凝 抑制（HI）抗 体效价不低于 1 ： 128。 3. 规格：2ml/ 瓶。 4. 贮藏与 有效期：-15℃ 以下保存，收 货时有效期在 10 个月以上。	国生研	哈尔滨国生 生物股份有 限公司	250	8瓶	2000	无
32	冰柜	1、容积大于 800L； 2、制 冷-15℃以下； 3、能效等级小 于等于三级	海尔	青岛海尔特种 电冰柜有限公 司	4100	4台	16400	无

合计金额（大写）：487420.00 元（大写：肆拾捌万柒仟肆佰贰拾元整）

供应商名称：甘肃晟博鑫生物科技有限公司（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）



投标日期：2025年06月24日