


单一来源采购专家论证意见

一、基本情况	
采购人	陇西县第二人民医院
拟采购产品名称	CT球管
拟采购产品金额	90.00 万元
采购项目所属项目名称	陇西县第二人民医院 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	90.00 万元
二、申请理由	
原因阐述：只能从唯一供应商处采购。	
三、论证意见	
<p>陇西县第二人民医院拟采购的CT球管用于沈阳东软医学系统有限公司生产的64e/100多層螺旋CT，该球管为CT机核心配件，必须与主机注册的类型一致，为了保证设备的正常运行，必须采购由Dunlee公司生产的BMH球管，符合中华人民共和国政府采购法第三十一条之规定。</p>	
专家签字：张平	
年 月 日	

单一来源采购专家论证意见

一、基本情况	
采购人	陇西县第二人民医院
拟采购产品名称	CT 球管
拟采购产品金额	90.00 万元
采购项目所属项目名称	陇西县第二人民医院 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	90.00 万元
二、申请理由	
原因阐述：只能从唯一供应商处采购。	
三、论证意见	
<p>未对单位所采购的CT球管主要因于现旧东软件系统有限 公司为的64e/En/128层螺旋CT. 其技术参数数据: 1.球管 需与现机软件中调用匹配. 以确保设备的正常运转和使用. 2 轴系轴总功率800W. 3. 球管大小: Small: 0.6x1.2mm IEC60336 Large 1.1x1.2mm IEC60336. 4. 高压发生器: 最大80kW. 5. 刀线球管相模最 大连续曝光率11kW. 经上述要求, 必须要求单一来源采购符 合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定:</p>	
专家签字:  年 月 日	

单一来源采购专家论证意见

一、基本情况	
采购人	陇西县第二人民医院
拟采购产品名称	CT球管
拟采购产品金额	90.00万元
采购项目所属项目名称	陇西县第二人民医院CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	90.00万元
二、申请理由	
原因阐述：只能从唯一供应商处采购。	
三、论证意见	
<p>采购单位拟采购的CT球管用于油国东软医疗系统有限公司生产的64e/En/128层螺旋CT，球管更换后需用原机软件调试以确保与原机匹配，必须采购由Dunlee公司生产的热存储容量：8MHU的球管，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。</p>	
专家签字：李庆东	
年 月 日	