

单一来源采购专家论证签到表

姓名	工作单位	专业	职称	联系电话	签到时间
刘永峰	市中医院	医疗设备	工程师	13909347909	2024.12.5
左傲昂	市中医医院	医疗设备	工程师	15101890885	2024.12.5
郭纲	安顺市人民医院	医疗设备	助理工程师	15109465834	2024.12.5
苟永峰	市社会福利院	医学		17709346208	2024.12.5
李杰	市第二人民医院	医疗设备	经济师	13919605665	2024.12.5

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名：李 亮	
	职称：经济师	
	工作单位：庆阳市第二人民医院	
项目信息	项目名称：正宁县人民医院飞利浦 64 排螺旋 CT 维保全保服务	
	供应商名称：新疆君睿德医疗器械有限公司	
	公司地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路 3999 号阳光恒昌·万象天地 B 区一期 5 号商业楼办公 1310 室	
专业人员论证意见	采购人拟采购的 64 排螺旋 CT 维保全保服务项目中采购人现有 CT 设备为飞利浦生产的进口设备，其维护基于技术专利保护只能由厂家授权的经销商新疆君睿德医疗器械有限公司完成，该公司是该项目所在地唯一厂家授权经销商，具有唯一性，符合《政府采购法》的相关规定，建议采用单一来源方式进行采购此项服务。	
专业人员签字	李 亮	日期：2024 年 12 月 5 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名：刘永涛	
	职称：工程师	
	工作单位：市中医院	
项目信息	项目名称：正宁县人民医院飞利浦 64 排螺旋 CT 维保全保服务	
	供应商名称：新疆君睿德医疗器械有限公司	
	公司地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路 3999 号阳光恒昌·万象天地 B 区一期 5 号商业楼办公 1310 室	
专业人员论证意见	拟采购的项目为飞利浦 64 排计算机扫描系统、由于该设备属于高价值大型医疗设备、在维修技术、配件耗材等方面专业性很强，只能采用原厂产品，尤其是 CT 球管、探测器等配件不具有兼容性、设备软件方面具有一定的技术专一性、第三方维保公司在技术上不能得到厂家的完全支持、因此认为采购单位的申请理由合理、可行。	
专业人员签字	刘永涛	日期：2024 年 12 月 25 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 郭 纲	
	职称: 助理工程师	
	工作单位: 正宁人民医院	
项目信息	项目名称: 正宁县人民医院飞利浦 64 排螺旋 CT 维保全保服务	
	供应商名称: 新疆君睿德医疗器械有限公司	
	公司地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路 3999 号阳光恒昌·万象天地 B 区一期 5 号商业楼办公 1310 室	
专业人员论证意见	正宁县人民医院拟为现用的飞利浦 64 排螺旋 CT 购置维保服务, 其维保范围包含 CT 球管, 探测器, 高压系统等核心部件和后处理图文工作站。由于 CT 球管、探测器、高压系统等核心部件只有飞利浦原厂提供的产品才能与现用机器相匹配, 达到无缝衔接, 为保证机器正常运转, 提供可靠的影像图片, 建议采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	郭 纲	日期: 2024 年 12 月 5 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 苟永琪	
	职称: 中级	
	工作单位: 庆阳市礼县福利院	
项目信息	项目名称: 正宁县人民医院飞利浦 64 排螺旋 CT 维保全保服务	
	供应商名称: 新疆君睿德医疗器械有限公司	
	公司地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路 3999 号阳光恒昌·万象天地 B 区一期 5 号商业楼办公 1310 室	
专业人员论证意见	为确保原有设备与维保服务的匹配性和一致性,保障原设备专机技术的最大效用,拟同意采购单位从原供应商处以单一来源方式采购。	
专业人员签字	苟永琪	日期: 2024 年 12 月 5 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名： 左傲男	
	职称： 工 程 师	
	工作单位： 市 中 医 医 院	
项目信息	项目名称： 正宁县人民医院飞利浦 64 排螺旋 CT 维保全保服务	
	供应商名称： 新疆君睿德医疗器械有限公司	
	公司地址： 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路 3999 号阳光恒昌·万象天地 B 区一期 5 号商业楼办公 1310 室	
专业人员论证意见	64排螺旋CT为医院主要诊断设备,其球管,探测器,高压油箱,软件均为CT的核心部件,其它第三方配件无法与原机匹配使用,故建议通过单一来源方式采购该金保服务,又因新疆君睿德医疗器械有限公司为该项目的唯一供应商,故由该公司通过单一来源方式供货。	
专业人员签字	左傲男	日期： 2024 年 12 月 5 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：正宁县人民医院

编号：

一、基本情况

联系人	庞自荣	联系电话	13993432060
项目名称	正宁县人民医院飞利浦 64 排螺旋 CT 维保全保服务		
采购内容	1. 设备的安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查等； 2. 定期维护保养报告；3. 远程服务支持；4. 保证备件的存储和发货服务； 5. 设备出现故障时，及时派工程师进行指导或赴现场维修；全机及其处理站的免费上门故障诊断和技术维修及配件更换，包括球管的更换；7. 保证年开机率达到 95%，按照一年 365 个日历日计算。		
预算金额	207 万元		
供应商	新疆君睿德医疗器械有限公司		

二、申请理由

☒1、只能从唯一供应商处采购的；

☐2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

☐3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的；

☐4、因专利、专有技术等原因具有唯一性；

☐5、其他。

原因阐述：

1. 核心部件（配件）来源具有单一性，除厂家供货外，其他途径采购的配件质量不能够达到要求。

2. 设备技术含量高，厂家对第三方的支出程度不够。

3. 第三方维保公司技术专业性强，不能完全保障设备高效、良好运行。

2024 年 12 月 5 日