

论证专家签到表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电图中心软件对接项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	丁锁宁	肿瘤医院	高工	13919071136	
2	谢松安	县二院	工程师	15117293696	
3	袁文平	省二院	高工	13893410178	

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包一）			
专家姓名：谢益安		工作单位：美大仁德	
职务或职称：工程师		所从事行业：医疗	
联系电话：15117293696			
论证的产品清单	影像中心数字X线成像设备（DR）维修		
单一来源采购主要理由	需要数字X线成像（DR）的维修项目，为保证维修后技术参数的一致及完全匹配的原件，具有唯一性，无替代的维修配件。只能使用原厂的配件及配品。西安瑞步医疗器械有限公司为该配件及维修的合法代理公司。为此只能采用单一来源，保证维修工作的完成。		
专家签字	谢益安	签字日期	2025.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电图中心软件对接项目（包一）			
专家姓名：高文军		工作单位：省二院	
职务或职称：高工		所从事行业：医疗	
联系电话：13893410178			
论证的产品清单	影像中心数字X线成像设备（DR）维修		
单一来源采购主要理由	拟采购的设备为现有影像中心数字X线成像设备的配件，因该设备无法正常工作，现有进口设备的零部件更换、替代，必须采购进口配件，故该设备配件使用，发挥设备的作用。		
专家签字：高文军	签字日期	2025.6.12	

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包一）			
专家姓名：丁锁军		工作单位：省肿瘤医院	
职务或职称：副主任医师		所从事行业：医疗设备器械	
联系电话：13919071136			
论证的产品清单	影像中心数字X线成像设备（DR）维修		
单一来源采购主要理由	申请采购数字X线成像（DR）维修，考虑更换的附件要与原主机相互匹配，软件兼容使用具有唯一性，无法替代。西安瑞吉医疗器械有限公司为独家合法授权的公司，所以，只能采取单一来源的方式获得此项目服务。		
专家签字	丁锁军	签字日期	2023.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包二）			
专家姓名：丁维宇		工作单位：省肿瘤医院	
职务或职称：高工		所从事行业：医疗设备	
联系电话：13919071136			
论证的 产品清单	体检软件与心电中心软件对接		
单一来源采 购主要理由	故园和弘人强有心电信息管理系统为纳友健康科技股份有限公司产品，因和弘人临休工作和电子病历需要，需心电信息管理系统与体检系统实现互联互通，同时保证系统各功能点能够正常、高效、稳定运行，拟采用单一来源方式向纳友健康科技股份有限公司采购该服务。才能确保系统良好运行。		
专家签字	丁维宇	签字日期	2025.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包二）			
专家姓名：高文平		工作单位：省二院	
职务或职称：高级		所从事行业：医疗	
联系电话：13893410178			
论证的 产品清单	体检软件与心电中心软件对接		
单一来源采 购主要理由	拟采购的体检软件是与医院现有心电信息管理系统配套使用的设备。相互对接后可实现二者设备互联互通，兼容性好，性能稳定等特点。更好地服务于临床。故必须采用单一来源采购方式采购该设备。		
专家签字	高文平	签字日期	2025.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包二）			
专家姓名：谢宝中		工作单位：兰大二院	
职务或职称：工程师		所从事行业：医院	
联系电话：15117293696			
论证的 产品清单	体检软件与心电中心软件对接		
单一来源采 购主要理由	因采购人现有的心电信息管理系统为纳龙健康科技股份有限公司的产品，采购人作为临床工作和电子病历的需求，将心电信息管理系统与体检系统实现互联互通，并保证联接后各系统高效、稳定、正常运行。纳龙科技股份有限公司做为心电信息管理系统开发着，具有优势，并能确保新系统的可靠运行，具有单一来源采购的要求。		
专家签字	谢宝中	签字日期	2025.6.12