



环县政府采购专家论证意见表

申请单位(盖章):环县中医医院

编号:

一、基本情况			
联系人	贺东晓	联系电话	19993460266
项目名称	环县中医医院CT机三年维保采购项目		
采购内容	采购 CT 机三年维保		
预算金额	141万元		
供应商	东软医疗系统股份有限公司 辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号		
二、申请理由			
☐ 1. 只能从唯一供应商处采购的;			
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;			
☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的;			
☐ 4. 因专利、专有技术等原因具有唯一性;			
☐ 5. 其他。			
原因阐述: CT机三年维保服务包括核心部件的更换, 主要包括CT球管等部件。核心部件只能从维保设备生产商处采购不可替代的产品, 才能确保设备达标运行, 且生产商提供的服务更专业全面, 性价比更高, 节约投资, 保障医疗服务质量。 2025年5月28日			

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李 彦
	职称：经济师
	工作单位：市第二医院
项目信息	项目名称：环县中医医院CT机三年维保采购项目
	供应商名称：东软医疗系统股份有限公司 供应商地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号
专业人员论证意见	采购人拟采购的项目是CT机的维保服务，其CT机的核心部件是CT球管，所带三方配件无法与原CT机匹配使用，无替代配件，原主机已用，为保证CT机的正常运行，建议该项目通过单一来源的方式采购原厂东软医疗系统股份有限公司原厂进行维保服务。
专业人员签字	李 彦 日期：2015年5月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许磊	
	职称: 招标师	
	工作单位: 市投融资管理中心	
项目信息	项目名称: 环县中医医院CT机三年维保采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司 供应商地址: 辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号	
专业人员论证意见	拟采购服务项目包括核心部件的更换, 据专业评审意见, 核心部件须与维保设备同品牌匹配, 方能确保正常工作. 拟采购供应商东软医疗系统股份有限公司为维保设备的生产商, 故具有唯一性. 适用单一来源采购的条件.	
专业人员签字	许磊	日期: 2025年5月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 左 傲 男	
	职称： 工 程 师	
	工作单位： 市 中 医 医 院	
项目信息	项目名称： 环县中医医院CT机三年维保采购项目	
	供应商名称： 东软医疗系统股份有限公司 供应商地址： 辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号	
专业人员论证意见	该项目为维保项目，因维修保养的核心配件为球管、高压油箱，探测器等其第三方配件无法与原机配套使用，因此该项目的配件必须为原厂配件，又因该CT的生产厂商为东软医疗系统股份有限公司，故建议该项目通过单一来源方式采购东软医疗系统股份有限公司原厂维保服务。	
专业人员签字	左 傲 男	日期： 2015 年 5 月 28 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家签到表

项目名称：环县中医医院 CT 机三年维保采购项目

评审地点：甘肃霖徽招标代理有限公司

评审时间：2025年5月28日

姓名	工作单位	专业	联系电话
李 杰	市第二人民医院	医疗设备	13919605665
王 磊	市投融资管理中心	经济、法律	15393401555
王 杰	市中医医院	医疗设备	15107890885