

论证专家签到表

项目名称：永靖县人民医院 CT 维保服务项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	马恩博	临夏回族自治州人民医院	主任医师	13034133929	
2	张波	临夏回族自治州人民医院	副主任医师	13029308678	
3	马月祥	临夏回族自治州妇幼保健院	主任医师	18909307236	

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 CT 维保服务项目			
专家姓名：马恩泽		工作单位：临夏州医院	
职务或职称：主任医师		所从事行业：影像诊断	
联系电话：13034133929			
采购内容	飞利浦 64 排 CT 维保服务		
单一来源采购主要理由	采购方所需“飞利浦 64 排 CT 维保服务”，其设备为原装进口，采购飞利浦原厂维保服务具备以下优势：1. 飞利浦成像只能使用其原厂配件，而市场上没有替代配件；2. 其很多配件具有统一规格参数，更换备件需通过与原成像系统相匹配性测试，而非飞利浦备件无法通过测试；3. 飞利浦厂家维保服务中提供远程维保诊断、软件更新升级服务，以及临床应用培训等服务。基于以上原因，建议单一来源采购飞利浦原厂 CT 维保服务。		
专家签字	马恩泽	签字日期	2024.5.30

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 CT 维保服务项目			
专家姓名：包月群		工作单位：临夏州妇幼保健院	
职务或职称：主任医师		所从事行业：医疗	
联系电话：18909307236			
采购内容	飞利浦 64 排 CT 维保服务		
单一来源采购主要理由	永靖县人民医院 CT 维保服务 要求服务两年。CT 机为 64 排进口装置进口设备。更换维护的零件为进口零件，使用保养会更适宜。 目前该 CT 机的原装配件只有飞利浦厂家提供，建议单一来源采购。		
专家签字	包月群	签字日期	2024.5.30

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 CT 维保服务项目			
专家姓名：郭建		工作单位：临夏州医院	
职务或职称：主任医师		所从事行业：影像	
联系电话：1303930618			
采购内容	飞利浦 64 排 CT 维保服务		
单一来源采购主要理由	永靖县医院飞利浦 64 排 CT 机属原装进口设备，在设备使用使用和维修过程中，难免需要更换零部件及软件等，很多备件是整机的关键部件，如使用非原厂配件，则整机结构发生变化，难以保证设备安全运行，易造成设备相关替代配件，为了保证设备安全运行，只有飞利浦原装配件才能与该院 CT 相匹配。		
专家签字	郭建	签字日期	2024.5.30