

武山县人民医院专科能力建设采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：TGZC2024-402

原公告的采购项目名称：武山县人民医院专科能力建设采购项目

首次公告日期：2024 年 07 月 31 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容

1. 原招标文件中“第三章 采购需求,3. 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

序号	项目名称	主要技术参数
1	手摇式翻身床	配置：ABS 床头、高强度不锈钢打弯弯管护栏、5 寸中控脚轮、可调式不锈钢升降输液架、杂物筐。 (1) 规格：2180×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)（±10mm） (2) 升降功能： ①背部升降：升降角度 0～75°，±5°； ②腿部升降：升降角度 0～35°，±5°； ③左右侧翻：升降角度 0～35°，±5°。 (3) 床面板 ①床面板采用优质 20×40×1.0 碳钢矩管均匀分布焊接而成，矩管床条下使用矩管抬条，各接触点均焊接到位，床体焊接牢固可靠，整床静态承重达 250KG。 ②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音。 ③床板链接采用钢质铰链，单片厚度 4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 (4) 床身主要部件 ①床框采用 30mm×60mm×1.2mm 优质碳钢矩管； ②床框四角带输液架插座，方便操作使用。 (5) 护栏 ★①不锈钢打弯弯管护栏主管采用直径≥30mmD 型铝合金管，立管使用直径≥19mm 不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式，杜绝安全

	隐患； ②六柱不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形，独特的 S 形弯曲造型； ③高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠； ④加厚 D 形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有 ABS 装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方； ★⑤护栏升起后护栏上缘距离床面高度 36CM，有效防治患者发生坠床风险，护栏承受水平横向 1000N 力值后未产生影响正常使用的变形。 （6）床头床尾板 ①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；（提供病床生产厂家中空机（吹塑机）购机发票复印件及近一年购买 ABS 料发票复印件） ②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度$\geq 450\text{N}$； ③床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。 （7）床架加工 ★①整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性（提供自动化涂装生产线、机器人购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）。 ②喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈（提供病床生产厂家悬链式抛丸机购机发票扫描件）。 （8）传动装置 ★①摇把采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 三档折叠（提供病床生产厂家注塑机购机发票扫描件及近一年购买 ABS 料发票扫描件）。 ②摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 ③整床共计四组摇把，右侧摇把负责背板升降，左侧摇把负责腿板升降，中间两组摇把负责床面板左、右侧翻，当背板和腿板复位后，通过中间两摇把实现床面板左、右侧翻功能。 （9）脚轮 ①床脚采用 $30 \times 50 \times 1.2\text{mm}$ 钢制框架，两端带 ABS 防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观。 ★②病床脚轮为整体式中控 5 寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；轮面采用 TPR 耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈（提供脚轮谱尼测试报告）。 （10）输液架：伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带 ABS 旋转式锁紧装置，操作方便。 （11）引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作
--	--

现更正为：

序号	项目名称	主要技术参数
1	翻身护理床	1. 规格： 外形尺寸规： 长度 1980mm，床面宽度 900mm，床体标准高度 450mm。 便孔尺寸：210X260mm 2. 功能 摇把数量为 4 个, 手动左右翻身为 1 个、手动起背为 1 个、手动腿位升降为 1 个、手动便孔为 1 个 调节范围：背部可升降角度：0-80° 腿位可升降角度：+25° 至-65° 侧翻身可升降角度：0-45° 3. 摇把 采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 4. 摇杆 摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。 5. 铝合金护栏 侧面护栏总长 1100mm，高度 350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6. 床头尾板 采用 ABS 医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 7. 医用静音移动脚轮 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动； 8. 床垫 使用 4 公分棕 2 公分海绵医用床垫，厚度≥6cm，方便拆洗。 9. 左右翻身滑轮设计 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 10. 输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 11. 材料 (1)床帮采用厚度为 1.0mm 的方管。床面采用厚度为 0.9mm 的方管。床体连接件均采用厚壁 2.0mm 以上管材或 3mm 冷板冲压成型。 (2)床体喷涂工艺： 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 12. 产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、餐桌、6 公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、ABS 床头床尾。

更正日期：2024 年 08 月 02 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：武山县人民医院

地 址：武山县城关镇解放路 105 号

联系方式：0938-3429305

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃众信招标咨询有限公司

地 址：兰州市城关区五里铺桥万商国际 C 塔 17 楼

联系方式：0931-8651361

3. 项目联系方式

项目联系人：张小康

电 话：0931-8651361

甘肃众信招标咨询有限公司

2024 年 08 月 02 日