

专家签到表

项目名称：临夏州人民医院GE医用血管造影X射线机球管采购项目



序号	姓名	专业	职务/职称	工作单位	专家签字	备注
1	白双祥	临床	主任	临夏州妇幼保健院	白双祥	
2	冯燕霞	检验	主任检验师	临夏州疾控中心	冯燕霞	
3	李斌	临床	主任检验师	临夏州疾控中心	李斌	

2024年9月27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯燕霞	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 临夏州人民医院	
项目信息	项目名称: 临夏州人民医院GE医用血管造影X射线机球管采购项目	
	供应商名称: 西安智健医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>血管造影X射线机的球管是血管机的核心部件,血管机对球管有严格的匹配要求,目前,市场上尚无代用球管,需采购GE原厂球管才能保证和整机的匹配性,所以,建议采购方实施单一来源采购。</p>	
专业人员签字	冯燕霞	日期 2024年9月27日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 包月群
	职称: 主任医师
	工作单位: 临夏州妇幼保健院
项目信息	项目名称: 临夏州人民医院 GE 医用血管造影 X 射线机球管采购项目
	供应商名称: 西安智健医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>临夏州人民医院拟采购 GE 医用血管造影 X 射线机球管要求与原机球管型号规格,厂家一致,该设备为高端手术影像设备,只有一个经销商——西安智健医疗设备有限公司。故建议单一来源采购。</p>
专业人员签字	包月群
	日期 2024 年 9 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌
	职称: 主任检验师
	工作单位: 临夏州疾控中心
项目信息	项目名称: 临夏州人民医院 GE 医用血管造影 X 射线机球管采购项目
	供应商名称: 西安智健医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>因临夏州人民医院拟采购 GE 原厂球管才能保证和整机的匹配性, 获得最佳的图像质量。球管是易损配件, 不是单独存在使用的设备, 必须要通过国家食品药品监督管理局对球管与 CE 血管机整机的匹配性测试合格才能投入使用。为保障医院临床工作的正常运行, 为患者提供更好的诊疗服务。考虑到设备的特殊性和专业性, 只能从唯一经销商——西安智健医疗设备有限公司处购买。故建议单一来源采购。</p>
专业人员签字	<p>李斌</p> <p>日期: 2024年9月27日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。