

政府采购进口产品专家论证意见表



一、基本情况	
申请单位	庄浪县人民医院
拟采购名称	16 排 CT 球管
拟采购产品金额	42 万元
采购项目所属项目名称	庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	42 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☐ 3.其他。	
原因阐述：	
1、我院 GE 牌 16 排 CT 由于疫情期间检查病人多，球管曝光次数已达 32 万次，超出平均曝光次数 30 万次，目前已出现打火放电等现象，影响正常使用。 2、由于 CT 机是影像高端设备，球管是 CT 的核心部件，有严格的精准性和匹配性的要求，该球管是 GE 厂家原装生产，目前市场尚无代用球管需采购 GE 原厂球管才能保证和整机的匹配性，达到安全、高效和最佳的图像质量，以保证设备稳定运行。	
三、专家论证意见	
球管为CT的核心部件，更换最好匹配GE原厂产品，能更好的保证设备稳定运行，其他产品有可能会损坏机器或导致仪器设备不稳。建议购买原厂产品。 专家签字：王平 2023 年 7 月 28 日	



政府采购进口产品专家论证意见表



一、基本情况

申请单位	庄浪县人民医院
拟采购名称	16 排 CT 球管
拟采购产品金额	42 万元
采购项目所属项目名称	庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	42 万元

二、申请理由

☒ 1. 中国境内无法获取

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他。

原因阐述：

1、我院 GE 牌 16 排 CT 由于疫情期间检查病人多，球管曝光次数已达 32 万次，超出平均曝光次数 30 万次，目前已出现打火放电等现象，影响正常使用。

2、由于 CT 机是影像高端设备，球管是 CT 的核心部件，有严格的精准性和匹配性的要求，该球管是 GE 厂家原装生产，目前市场尚无代用球管需采购 GE 原厂球管才能保证和整机的匹配性，达到安全、高效和最佳的图像质量，以保证设备稳定运行。

三、专家论证意见

球管是CT机的主要部件，需品牌型号与原厂一致。
若使用其它产品，与原厂整机无法匹配，使CT机无法使用甚至损坏。

建议使用第一类合格供应商的产品。

专家签字：史永修

2023 年 7 月 28 日



政府采购进口产品专家论证意见表



一、基本情况

申请单位 庄浪县人民医院

拟采购名称 16 排 CT 球管

拟采购产品金额 42 万元

采购项目所属项目名称 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目

采购项目所属项目金额 42 万元

二、申请理由

☐1.中国境内无法获取

☐2.无法以合理的商业条件获取

☐3.其他。

原因阐述:

1、我院 GE 牌 16 排 CT 由于疫情期间检查病人多,球管曝光次数已达 32 万次,超出平均曝光次数 30 万次,目前已出现打火放电等现象,影响正常使用。

2、由于 CT 机是影像高端设备,球管是 CT 的核心部件,有严格的精准性和匹配性的要求,该球管是 GE 厂家原装生产,目前市场尚无代用球管需采购 GE 原厂球管才能保证和整机的匹配性,达到安全、高效和最佳的图像质量,以保证设备稳定运行。

三、专家论证意见

为保证CT机的正常运转和医院诊疗工作的有效开展,CT对其核心部件具有高度排他性,建议采购与原有CT机相匹配的同一品牌进口球管设备。

专家签字:

冯岩

2023年7月4日



政府采购进口产品专家论证意见表



一、基本情况	
申请单位	庄浪县人民医院
拟采购名称	16 排 CT 球管
拟采购产品金额	42 万元
采购项目所属项目名称	庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	42 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☐ 3.其他。	
原因阐述： 1、我院 GB 牌 16 排 CT 由于疫情期间检查病人多，球管曝光次数已达 32 万次，超出平均曝光次数 30 万次,目前已出现打火放电等现象，影响正常使用。 2、由于 CT 机是影像高端设备，球管是 CT 的核心部件，有严格的精准性和匹配性的要求，该球管是 GE 厂家原装生产，目前市场尚无代用球管需采购 GE 原厂球管才能保证和整机的匹配性，达到安全、高效和最佳的图像质量，以保证设备稳定运行。	
三、专家论证意见	
球管是CT机的重要组成部件，更换型号类型与原厂生产厂家一致，才能相匹配，使用其它产品，可能影响设备的稳定运行，加速原CT机的使用寿命。 建议购买原厂产品建新单一来源购买。 专家签字：钟雄 2023年7月28	



政府采购进口产品专家论证意见表



一、基本情况	
申请单位	庄浪县人民医院
拟采购名称	16 排 CT 球管
拟采购产品金额	42 万元
采购项目所属项目名称	庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	42 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☐ 3.其他。	
原因阐述：	
1、我院 GB 牌 16 排 CT 由于疫情期间检查病人多，球管曝光次数已达 32 万次，超出平均曝光次数 30 万次,目前已出现打火放电等现象，影响正常使用。 2、由于 CT 机是影像高端设备，球管是 CT 的核心部件，有严格的精准性和匹配性的要求，该球管是 GE 厂家原装生产，目前市场尚无代用球管需采购 GE 原厂球管才能保证和整机的匹配性，达到安全、高效和最佳的图像质量，以保证设备稳定运行。	
三、专家论证意见	
本次采购产品符合我国进出口产品管理法律法规，不属于法律法规禁止或限制进口产品，采购行为合法有效。 专家签字：杨晓波 2023 年 7 月 28 日	



单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 王义平	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 平凉市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛迈森智能科技有限公司	
专业人员 论证意见	球管为CT的核心部件。 更换最为匹配GE原厂产品。能 更好的保证设备稳定运行。 其他产品有可能会损坏机器 或导致仪器设备不稳。支持 通过单一来源采购进行。	
专业人员签字	王义平	日期 2023 年 7 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 史永强	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 平凉市妇幼保健院.	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛迈森智能科技有限公司	
专业人员 论证意见	球管是 CT 机的主要部件, 需品牌、型号与原机一致, 若使用其它产品, 可能导致整机运行不稳定, 使 CT 机无法使用甚至损坏。 建议使用单一来源采购方式采购原厂进口产品	
专业人员签字	史永强	日期 2023 年 7 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 阎峻	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 平凉市疾控中心	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛远森智能科技有限公司	
专业人员 论证意见	为保证CT机的正常运行 更换球管需与原有设备生产 厂家、型号保持一致。 建议采取单一来源的方式 购买球管设备。	
专业人员签字	阎峻	日期 2023 年 7 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 钟瑜	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 平凉市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛迈森智能科技有限公司	
专业人员 论证意见	球管是CT机的重要组成部分, 更换型号, 类型与原生产厂家一致, 才能相匹配. 使用其它产品, 可能影响设备的稳定运行, 加速原CT机的使用寿命. 建议使用单一来源采购, 原厂进口产品.	
专业人员签字	钟瑜	日期 2028年 7 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 杨晓光	
	职称: 执业律师	
	工作单位: 甘肃律杰律师事务所	
项目信息	项目名称: 庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 陕西盛迈森智能科技有限公司	
专业人员 论证意见	本次采购产品符合我国现行法律法规 规定, 采购行为合法有效。	
专业人员签字	杨晓光	日期 2023 年 7 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



招标采购文件专家论证意见书



项目名称	庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目	采购单位名称	庄浪县人民医院
项目预算总额	42 万元	是否通用采购项目	☒ 是 ☐ 否
采购项目准书文号		采购方式	单一来源
采购代理机构名称	甘肃广源恒项目咨询管理有限公司	招标采购文件编号	GSGYH230726-CTQGCG
采购单位联系人	李向军	联系人手机号码	13679334020

论证意见:

专家一:

采购文件符合政府采购法相关规定要求。该采购项目要求为单一来源采购。没有对供应商有倾向性、排他性因素。

专家签字:

2023 年 7 月 28 日

专家二:

采购文件符合法律法规要求, 没有对供应商有倾向性、排他性因素。

专家签字:

2023 年 7 月 28 日

专家三:

该采购文件相关内容符合法规要求, 未对供应商设置排他性和倾向性限制。

专家签字:

2023 年 7 月 28 日



扫描全能王 创建

专家四：该采购文件符合法律法规要求，没有对供应商有倾向性、排他性因素，



专家签字：钟瑜

2023年7月28日

专家五：

该采购文件符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，不违反法律法规禁止性规定，合法有效。

专家签字：杨晓光

2023年7月28日

招标采购文件专家论证签到表

姓名	工作单位	职称	手机号码
阎岩	平凉市疾控中心	副主任医师	13195878944
史永强	平凉市妇幼保健院	主治医师	13919507514
王义平	平凉市疾控中心	副主任医师	18109331601
钟瑜	平凉市妇幼保健院	主治医师	15097071598
杨晓光	甘肃律杰律师事务所	执业律师	13993347893





庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目

进口产品专家论证报告表

姓名	单位	职称	专业	联系电话	备注
王 江 平	平凉市疾病预防控制中心	副主任医师	医学影像	18109331601	.
刘 永 强	平凉市妇幼保健院	主治医师	医学影像	1391207514	
周 峰	平凉市疾控中心	主任医师	公卫	13195828944	
张 瑞	平凉市妇幼保健院	主任医师	临床	15092071598	
杨 晓 亮	甘肃佳杰律师事务所	执业律师	法律	13983347893	





论证专家签到表

项目名称：庄浪县人民医院 16 排 CT 球管采购项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	王华	平凉市疾控中心	副主任医师	18109331601	
2	王利华	平凉市妇幼保健院	主治医师	13918507514	
3	周峰	平凉市疾控中心	主任医师	13195878944	
4	张瑞	平凉市妇幼保健院	主任医师	15097071598	
5	杨晓文	甘肃律杰律师事务所	执业律师	13983342893	

