


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王可
	职称: 高工
	工作单位: 省紧急医疗救援中心
	专业: 医学影像(放射)
项目信息	项目名称: 金昌市人民医院 CT 球馆采购
	供应商名称: 甘肃无界医疗服务有限公司
专业人员论证意见	<p>目前医院使用的128排CT机为美国GTE公司整机原装进口,球管是和原主机匹配.别的生产厂家产品无法兼容.必须采用单一来源方式采购,保证设备正常安全运行。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期: 2023年11月26日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王赓博	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	甘肃中研医院	
	专业:	医学影像专业	
项目信息	项目名称:	金昌市人民医院 CT 球馆采购	
	供应商名称:	甘肃无界医疗服务有限公司	
专业人员论证意见	<p>因拟采购与单位目前使用设备为进口产品。GE 公司 128 排 CT 机设备核心部件为球管，由于球管的特殊性，无法和其他厂家的产品兼容，保证原有旧设备匹配，正常安全的运行，故必须采用单一来源采购。</p>		
专业人员签字	王赓博		日期 2023 年 11 月 16 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 窦郁
	职称: 主任医师
	工作单位: 兰大一院
	专业: 放射影像
项目信息	项目名称: 金昌市人民医院 CT 球管采购
	供应商名称: 甘肃无界医疗服务有限公司
专业人员论证意见	<p>该医院现在使用的 CT 机为美国 GE 公司原装进口 128 排 CT 设备 本次申请采购的 CT 球管是 CT 设备核心部件, 要求严格匹配性, 无法兼容其他厂家 CT 球管配件, 必须采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 窦郁 日期 2023 年 11 月 16 日 </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李军义
	职称: 主任
	工作单位: 兰州市安宁区第一人民医院
	专业: 放射影像
项目信息	项目名称: 金昌市人民医院 CT 球管采购
	供应商名称: 甘肃无界医疗服务有限公司
专业人员论证意见	<p>因使用单位使用的为GE公司生产的128排CT, 其核心配件球管必须使用GE公司生产的同型号球管, 方能保障机器的正常运行, 其它品牌的球管与原有CT无法相互匹配, 只有GE公司为使用单位球管的唯一供货商, 故必须采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>李军义</p>
	日期: 2023年11月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

