



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 石林	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 甘肃省疾控中心	
项目信息	项目名称：人类免疫缺陷病毒 P24 抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法）	
	供应商名称：甘肃陇盛健源商贸有限公司	
专业人员论证意见	为保证兰州市艾滋病确证实验室对复检样品的检测能力，缩短窗口期，从国家药品监督管理局查询到，国内市场仅有一家且为进口试剂的含 P24 抗原的快速检测试剂，该产品由雅培诊断（日本）医疗有限公司生产，可检测 HIV-1、HIV-2 型抗体及 O 亚型抗体、HIV-1 P24 抗原，能更有效的发现 HIV 急性感染期的患者，故必须采购雅培诊断（日本）医疗有限公司生产的此种试剂，由甘肃陇盛健源商贸有限公司提供。	
专业人员签字	石林	日期 2025 年 5 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张 纯	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 兰州理工大学医院	
项目信息	项目名称: 人类免疫缺陷病毒 P24 抗原及抗体检测试剂盒 (胶体硒法)	
	供应商名称: 甘肃陇盛健源商贸有限公司	
专业人员论证意见	采购单位拟采购人类免疫缺陷病毒 P24 抗原及抗体检测试剂盒 (胶体硒法), 目前国内市场含 P24 抗原的抗体检测试剂仅有一家且为进口试剂, 由雅培诊断 (日本) 医药有限公司生产, 可检测 HIV-1、HIV-2 抗体及 P24 抗原, HIV-1 P24 抗原, 1 周其引入 P24 检测, 有效期为 3 个月, 1-2 月, 能更早地发现 HIV 急性感染期的患者, 有效降低高危人群感染风险, 为临床诊断结果的准确性, 需采购进口试剂。故由甘肃陇盛健源商贸有限公司提供。	
专业人员签字	张 纯	日期 2025 年 5 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨书峰	
	职称: 理化检验师	
	工作单位: 兰州大学第一医院	
项目信息	项目名称: 人类免疫缺陷病毒 P24 抗原及抗体检测试剂盒 (胶体硒法)	
	供应商名称: 甘肃陇盛健源商贸有限公司	
专业人员论证意见	兰州市疾控中心为提高艾滋病检测效率, 缩短窗口期, 缩短检测时间, 有效提高检测能力, 经调研拟采购并提高含P24抗原的检测试剂(快检试剂)只有进口试剂, 建议采购进口快检试剂, 更好保障实验室检测能力, 更早发现早期感染者, 为防控做出更大贡献, 应由甘肃陇盛健源商贸有限公司提供。	
专业人员签字	杨书峰	日期 2025年5月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名：石林	
	职称：副主任技师	
	工作单位：甘肃省疾控中心	
项目信息	项目名称：人类免疫缺陷病毒 I 型核酸检测试剂盒 PCR 荧光法及其配套耗材（COBAS AMPLIPREP/COBAS TAQMAN WASH REAGENT 清洗液、SAMPLE PROCESSING UNITS:SPUS 样本处理单元、SAMPLE INPUT TUBE(S-TUBES)WITH BARCODE CLIPS 样本管、RACK OF K-TIPS 样本处理移液头、K-TUBE BOX 扩增检测管）	
	供应商名称：兰州嘉利生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	由于兰州市疾控中心艾滋病病毒载量检测使用仪器为罗氏 COBAS AmpliPreP/COBAS TagMan 病毒载量仪，在检测时需要使用与人类免疫缺陷病毒 I 型核酸检测试剂盒及其配套的相关耗材，包括五种耗材，分别是：COBAS aMPLIPrep/COBAS Tagman wash reagent 清洗液、sample processing units: spus 样本处理单元、sample input tube (S-tubes) with barcode clips 样本管、Rack of K-tips 样本处理移液头、K-tube Box 扩增检测管。该方法具有高精密度、高灵敏度，且只有在配套试剂耗材共同组成的体系中使用，必须采购单一来源的试剂盒及配套耗材。该试剂耗材由兰州嘉利生物科技有限公司。	
专业人员签字	石林	日期 2025 年 5 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名：张纯	
	职称：副主任医师	
	工作单位：兰州理工大学医院	
项目信息	项目名称：人类免疫缺陷病毒 I 型核酸检测试剂盒 PCR 荧光法及其配套耗材（COBAS AMPLIPREP/COBAS TAQMAN WASH REAGENT 清洗液、SAMPLE PROCESSING UNITS:SPUS 样本处理单元、SAMPLE INPUT TUBE(S-TUBES) WITH BARCODE CLIPS 样本管、RACK OF K-TIPS 样本处理移液头、K-TUBE BOX 扩增检测管）	
	供应商名称：兰州嘉利生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	采购单位拟采购人类免疫缺陷病毒 I 型核酸检测试剂盒及其配套的相套耗材，主要用于配备使用仪器罗氏 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 病毒载量仪，需专用，由于检测工作特殊性，对结果准确性要求极高。目前国内无法满足生产供应，必须采购进口试剂盒及其配套耗材。故由兰州嘉利生物科技有限公司提供。	
专业人员签字	张纯	日期 2025 年 5 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名：杨彦麟	
	职称：理化检验师	
	工作单位：兰州大学第一医院	
项目信息	项目名称：人类免疫缺陷病毒 I 型核酸检测试剂盒 PCR 荧光法及其配套耗材（COBAS AMPLIPREP/COBAS TAQMAN WASH REAGENT 清洗液、SAMPLE PROCESSING UNITS:SPUS 样本处理单元、SAMPLE INPUT TUBE(S-TUBES) WITH BARCODE CLIPS 样本管、RACK OF K-TIPS 样本处理移液头、K-TUBE BOX 扩增检测管）	
	供应商名称：兰州嘉利生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	兰州市疾病预防控制中心检测人类免疫缺陷病毒 I 型核酸检测所用仪器为罗氏 Cobas Ampliprep /cobas Taqman 病毒载量仪，为确保检测的准确性和特异性，需使用与仪器设备相匹配的检测试剂和实验耗材，目前国内无法满足要求，需购进进口试剂和所需耗材，应由兰州嘉利生物科技有限公司提供。	
专业人员签字	杨彦麟	日期 2025 年 5 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 石林	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 甘肃省疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 人类免疫缺陷病毒 1 型核酸检测试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法)、核酸提取试剂盒	
	供应商名称: 甘肃宏霖源生物科技有限责任公司	
专业人员论证意见	兰州市疾控中心承担全市艾滋病感染者和部分病人的病载检测,使用的是丽珠 AUTO NA 96 核酸提取仪及宏石 SLAN 96P 扩增仪,且仅能适配于丽珠生产的核酸提取试剂盒(磁珠法)核酸试剂,为保证检测结果的准确性及设备正常运行,必须要使用相同品牌配套试剂耗材。该试剂耗材由甘肃宏霖源生物科技有限责任公司提供。	
专业人员签字	石林	日期 2025年5月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 张 纯	
	职称: 副主任检验技师	
	工作单位: 兰州理工大学	
项目信息	项目名称: 人类免疫缺陷病毒 1 型核酸测定试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法)、核酸提取试剂盒	
	供应商名称: 甘肃宏霖源生物科技有限责任公司	
专业人员论证意见	采购单位拟采购人类免疫缺陷病毒 1 型核酸测定试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法) 和核酸提取试剂盒, 主要用于核酸检测, 检测仪器为 SLAN 96 型全自动核酸提取仪, 由于该设备必须配用原厂生产的核酸提取试剂盒, 核酸提取试剂为 HW-1 核酸定量检测试剂, 为保证正常进行检测结果的准确性, 国内其他品牌无法满足要求, 必须使用原厂品牌配套试剂。故由甘肃宏霖源生物科技有限责任公司提供。	
专业人员签字	张 纯	日期 2021 年 5 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 杨彦卿	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 兰州大学第一医院	
项目信息	项目名称: 人类免疫缺陷病毒 1 型核酸测定试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法)、核酸提取试剂盒	
	供应商名称: 甘肃宏霖源生物科技有限责任公司	
专业人员论证意见	兰州市疾控中心拟采购人类免疫缺陷病毒 1 型核酸测定试剂盒和核酸提取试剂盒, 主要用于迈尔 AUTO NA96 核酸提取仪及宏石 SLAN 96P 扩增仪, 为确保实验结果的准确性和特异性, 必须选择匹配生产的核酸提取试剂盒 (迈尔配套) 及时扩增试剂, 建议采购相适配的试剂, 应由甘肃宏霖源生物科技有限责任公司提供。	
专业人员签字	杨彦卿	日期 2025 年 5 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名： 石林	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 甘肃省疾控中心	
项目信息	项目名称： 安捷伦 Agilent CD4/CD8/CD3 检测试剂盒 及相关配套试剂（流式细胞分析用鞘液、 血细胞分析用溶血剂、Novo Clean 清液液、 Novo Rinse 冲洗液、Novo Cyte 质控微球）	
	供应商名称： 甘肃科能医用器材有限责任公司	
专业人员论证意见	兰州市艾滋病确证实验室承担着全市艾滋病感染者及高危病人的CD4检测，所用的仪器设备是安捷伦Agilent CD4/CD8/CD3流式细胞仪，此仪器设备为开放技术平台，且与安捷伦生产的试剂耗材有高度的适配性，尤其配套使用耗材包括鞘液、清洗液、冲洗液、质控微球等属于专用耗材，为保证结果的连续性、准确性及售后维修，需采购安捷伦Agilent CD4/CD8/CD4检测试剂盒及相关配套试剂，该试剂耗材由甘肃科能医用器材有限责任公司提供。	
专业人员签字	石林	日期 2025年5月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 张纯	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 兰州理工大学	
项目信息	项目名称: 安捷伦 Agilent CD4/CD8/CD3 检测试剂盒及相关配套试剂 (流式细胞分析用鞘液、血细胞分析用溶血剂、Novo Clean 清洗液、Novo Rinse 冲洗液、Novo Cyte 质控微球)	
	供应商名称: 甘肃科能医用器材有限责任公司	
专业人员论证意见	采购单位拟采购安捷伦 Agilent CD4/CD8/CD3 检测试剂盒及配套试剂 (流式细胞分析用鞘液、血细胞分析用溶血剂、Novo Clean 清洗液、Novo Rinse 冲洗液、Novo Cyte 质控微球), 由于目前实验室所使用的流式细胞仪为艾默 (ACEA) D2060K (现更名为安捷伦)。安捷伦生产的试剂耗材与该仪器运行软件有最佳的匹配性, 尤其配套使用耗材, 为保证检测结果准确性, 建议采购安捷伦生产的试剂及配套耗材。故由甘肃科能医用器材有限责任公司提供。	
专业人员签字	张纯	日期 2025年5月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 柏芳敏	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 兰州大学第一医院	
项目信息	项目名称: 安捷伦 Agilent CD4/CD8/CD3 检测试剂盒及相关配套试剂 (流式细胞分析用鞘液、血细胞分析用溶血剂、Novo Clean 清洗液、Novo Rinse 冲洗液、Novo Cyte 质控微球)	
	供应商名称: 甘肃科能医用器材有限责任公司	
专业人员论证意见	该单位所用流式细胞仪为艾默(ACEA) D2060R, 为最大限度提高仪器检测准确性, 应在选择检测试剂和耗材时首先考虑配套的试剂和耗材, 才能获得科学准确的检测结果, 建议优先选择原厂试剂和耗材, 以保证检测结果的准确性。由甘肃科能医用器材有限责任公司提供。	
专业人员签字	柏芳敏	日期 2025年5月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。