


单一来源论证专家签到表

项目名称：庄浪县人民医院医用血管造影X射线机球管购置项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	闫加元	甘肃省信息中心	高工	13909311810	
2	张宏	甘肃省档案馆	高工	18919137620	
3	邱军	兰州市公安局	高工(律师)	1339480789	
4	董坤伟	甘肃通远医院	高工	18993170190	
5	李如	兰州市广播电视台	高工	1689511667	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：何方	
	职称：高级工程师	
	工作单位：兰州市广播电视台	
项目信息	项目名称：庄浪县人民医院医用血管造影X射线机球管购置项目	
	供应商名称：西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该项目的目的是庄浪县人民医院现有美国GE公司医用血管造影X射线机球管因长期使用烧坏的更换。目前，国产设备无可替代产品，并且现有设备对球管有精准性、匹配性、同步性要求，为保证安全、可靠、准确的检测及诊断产品的兼容性、一致性，外观目视以单源设备为准，并由GE公司独家授权代理西安宏光医疗科技有限公司提供是成。	
专业人员签字		日期 2022 年 4 月 2 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张寅
	职称：高级
	工作单位：甘肃省档案馆
项目信息	项目名称：庄浪县人民医院医用血管造影X射线机球管购置项目
	供应商名称：西安宏光医疗科技有限公司
专业人员论证意见	血管造影机球管是其核心部件，有严格精准性和匹配性的要求，考虑到原设备是GE厂家原装生产，球管需采购GE原厂才能保证和整机匹配性，达到安全、高效和质量稳定。西安宏光医疗科技有限公司为GE公司在本地区唯一授权代理商，根据政府采购法第三十一条规定，因此必须采用单一来源方式采购，由美国GE公司授权经销商西安宏光医疗科技有限公司负责采购实施。
专业人员签字	张寅 日期2022年4月2日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：闫加元	
	职称：高级	
	工作单位：甘肃省信息中心	
项目信息	项目名称：庄浪县人民医院医用血管造影X射线机球管购置项目	
	供应商名称：西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	球管是血管机的核心部件，属于易损部件。本项目采购的球管为医院现有美国GE医用血管造影X射线机配套使用，必须与现有设备相匹配，其他厂家产品不能替代，因此必须采用单一来源方式采购，由美国GE公司授权经销商西安宏光医疗科技有限公司负责采购实施。	
专业人员签字	闫加元	日期2022年4月2日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：董坤伟	
	职称：高级	
	工作单位：甘肃建筑职业技术学院	
项目信息	项目名称：庄浪县人民医院医用血管造影X射线机球管购置项目	
	供应商名称：西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该院所用的医用血管造影X射线机是美国GE厂家原装进口，球管是血管X射线机的主要部件，血管机对球管有严格的精准性和匹配性要求，须采购GE原厂球管才能保证设备正常运行。因此必须采用了一致的方式进行采购，由美国GE公司授权经销商西安宏光医疗科技有限公司负责采购完成。	
专业人员签字		日期2011年11月2日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：邱军	
	职称：高级	
	工作单位：甘肃省市场监督管理局	
项目信息	项目名称：庄浪县人民医院医用血管造影X射线机球管购置项目	
	供应商名称：西安宏光医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该次因为GE医用血管造影机关键部件，目前市场还没有可代用球管。需新的原厂球管才能保证与整机匹配性和最佳的图像质量。西安宏光医疗科技有限公司是GE公司在本地唯一授权代理。该厂依法备案已具备备案上的唯一性。符合新的法律计-号第一-种中规定。即“由从唯一供应商处采购。因此。须采取单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 2022 年 4 月 2 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。